

ÚPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu

Název veřejné zakázky

Název: Vrtací systém ORL

Údaje o zadavateli veřejné zakázky

Název zadavatele: **Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace**
Sídlo zadavatele: **U Nemocnice 1, 690 02 Břeclav**

IČ: 00390780
DIČ: CZ00390780

Statutární zástupce: **MUDr. Jiří Jurník, ředitel**

Kontaktní osoba: Ing. Petr Bařka
e-mail: batka@nembv.cz
telefon: 519 315 115

Odůvodnění úprav zadávací dokumentace:

Zadavateli byly podány požadavky na dodatečné informace, které se týkaly obsahu zadávací dokumentace, kdy některé ze zvolených technických parametrů požadovaného zboží byly označeny jako diskriminační. Vzhledem k tomu, že zadavatel má zájem na bezvýjimečně transparentním, nediskriminačním a v zacházení rovném zadávacím řízení, na základě těchto dotazů přezkoumal celý obsah zadávací dokumentace a následně v technických specifikacích upravil zadávací dokumentaci tak, aby nastavením konkrétních a jednotlivých technických parametrů nemohlo dojít k neodůvodněnému vyloučení okruhů uchazečů v zadávacím řízení.

S ohledem k výše uvedenému zadavatel rovněž adekvátně prodloužil lhůtu pro podání nabídek v zadávacím řízení, a to do 28. 6. 2017 do 13:00.

Úpravy zadávací dokumentace - technických parametrů

Shaver

1. Maximální váha handpiece 495g.
2. Minimální počet otáček 10 000 ot/min, jedno/více otáčková oscilace – minimální rychlost 2 000 ot/min.
3. Krouticí moment: maximální 35"/lb(24N/m).
4. Délka kabelu: min. 3,5m.

Elektrická konzole

Elektrická konzole, s dotykovým displejem. Dvě samostatné platformy umožňující nezávislé použití dvou různých instrumentů. Programovací zařízení a paměť umožňující uložení nastavení. Řídící jednotka obsahující vestavěnou irigační pumpu vhodnou pro specifické operace vyžadující zvlhčování. Hlasový výstup oznamující změny nastavení.

Vstupní napětí: 230V

Frekvence: 50/60 Hz

Průtok pumpou: 0-150 ml/min

Nožní ovladač - plynulá regulace otáček, změna programu


ORL shaver

1. Minimální počet otáček: 10 000 ot/min

2. Upínací mechanismus umožňující 360° upnutí shaverových nožů a frézek. Tlačítko ovládající sání (po připojení externí odsávačky, která není součástí dodávky).

V Břeclavi, dne 19. 6. 2017

NEMOCNICE BŘECLAV
příspěvková organizace
ředitel
U nemocnice 1 620 74 Břeclav
tel: 565 800 730


MUDr. Jiří Jurník
ředitel