

## **Příloha č. 1 výzvy Technická specifikace**

- operační stůl s mobilní základnou s integrovanými koly s centrální brzdou všech kol
- záložní zdroj integrovaný v základně operačního stolu na cca 1 týden běžného provozu
- 6-ti segmentová patientská deska (centrální díl, 2 nožní podélně dělené, 2 zádové příčně dělené, hlavový díl v šířce celé desky)
- rozměry desky bez lišt 2120 x 570mm
- zdvojené dálkové ovládání, 1ks kabelové ovládání, 1ks záložní ovládání umístěné na boční straně základny

Elektrické ovládání následujících pohybů:

- nastavení výšky
  - nastavení sklonu zádové části
  - trendelenburg/antitrendelenburg
  - boční náklon
  - podélný posuv
  - hlavová opěrka
  - pohyb nožních segmentů nahoru/dolů
- mechanické ovládání pohybu nožních segmentů do stran

Rozsahy pohybů:

- nastavení výšky 600mm/1060mm
- nastavení sklonu zádové části 80 ° / -40 °
- trendelenburg/antitrendelenburg 30 ° / -30 °
- boční náklon 30 ° / -30 °
- podélný posuv 450mm
- hlavová opěrka 60 ° / -50 °
- pohyb nožních segmentů nahoru/dolů 80 ° / -90 °

- matrace na všech částech antidekubitní s RTG transparentností, matrace odnímatelná na suchý zip
- všechny segmenty patientské desky RTG transparentní
- nosnost operačního stolu min. 450kg
- euro lišty pro připevnění příslušenství na všech částech operačního stolu
- odnímatelné nožní segmenty a každý jednotlivé zádový segment a hlavový díl se zajištěním manuální západkou

Příslušenství k operačním stolům:

- 1 ks anesteziologický rám s axiálním kloubem na eurolištu
- 2 ks opěrka ruky anesteziologická včetně axiálního kloubu na eurolištu
- 2 ks boční zarážka tvarovaná
- 1 ks stolek pro operativu HK
- 2 ks kloub na upínání zarážek