



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

Č.j. : 472/SŘ/2017

V Břeclavi, dne 3. 7. 2017

V Břeclavi, dne 3. 7. 2017

Odpověď na žádost č. 1 o vysvětlení zadávací dokumentace

Název zakázky: " Pořízení EKG "

Údaje o zadavateli:

Název: Nemocnice Břeclav, p.o.
Právní forma: příspěvková organizace
IČ/DIČ: 00390780 / CZ00390780
Sídlo: Břeclav, U nemocnice 1, PSČ 690 74
Zapsaná v OR: KS Brno, odd. Pr, vložka 1233
Statutární zástupce: MUDr. Jiří Jurník, ředitel nemocnice
Kontaktní osoba: Ing. Petr Baťka
E-mail: batka@nembv.cz

(dále jen „**zadavatel**“)

Výše uvedený zadavatel k Vaší žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace sděluje následující:

Požadavek dodavatele:

Měl bych několik dotazů k technické specifikaci veřejné zakázky Pořízení EKG

1. *Obecně pro celou specifikaci - Jaká je tolerance pro splnění jednotlivých parametrů?*
2. *K jednotlivým bodům specifikace:*
 - a. *LCD obrazovka min. 8" s podsvětlením a zobrazením všech 12 kanálů najednou, Rozlišení: min. 800 x 600 bodů - Jak striktní je tento požadavek? Zařízení, která nabízíme, používají displej 7" 800x480 bodů, které jsou obecně pro funkci přístroje dostačující. Bude zařízení s uvedenou velikostí displeje akceptováno?*
 - b. *Svalové filtry: 25, 35 Hz – Používáme svalové filtry 25, 40 a 150 Hz. Je to z pohledu splnění zadání v pořádku?*
 - c. *doba nabití baterie na 100% - do 4 hodin – používáme mnohem výkonnější baterii umožňující provoz 5 hodin, proto je i nabíjecí doba delší. Za 4 hodiny se plně vybitá baterie nabije na 85% kapacity. Budete parametr akceptovat?*

- d. RS-232 – jedná se o striktní požadavek? Nabízené zařízení komunikuje sériově přes USB, v síti pře Ethernet. Splní zařízení bez RS232 zadání?
- e. PDQ obousměrná komunikace – co je to PDQ komunikace? O jaký standard se jedná? Možná splňujeme, možná ne, protože netuším, co se za zkratkou ukrývá.

Odpovědi zadavatele:

Dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na zadaných technických parametrech, které uvedl v zadávací dokumentaci na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, a to konkrétně v příloze č. 1 výzvy k podání nabídek. V případě uvedených technických parametrů je technická specifikace dána požadavkem na uživatelskou přehlednost předávaných informací obsluze, používající zařízení v kritických fázích poskytování zdravotní péče pacientovi, při léčbě některých skupin pacientů na specializovaném pracovišti kardio JIP.

Zadavatel má za to, že se jedná o technické řešení rozšířené, nespátřuje v něm žádné prvky diskriminace, které by mohly zvýhodnit konkrétního dodavatele či skupinu dodavatelů či být jinak v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Zadavatel bude akceptovat pouze řešení, které odpovídá zadávací dokumentaci, a to konkrétně požadavkům technickým parametrů uvedených příloze č. 1 výzvy k podání nabídek.

Zadavatel uvádí, že trvá na technických podmínkách, které uvedl v zadávací dokumentaci bez tolerance.

Dotaz č. 2:

- a. Zadavatel trvá na uvedeném technickém parametru, zařízení s displejem menším než 8" nebude akceptováno.
- b. Zadavatel bude akceptovat svalové filtry o větším rozsahu, než je uvedeno v zadávací dokumentaci.
- c. Zadavatel bude akceptovat výkonnější baterie než je uvedený požadavek v zadávací dokumentaci. V zadávací dokumentaci je uveden minimální požadavek na výkonnost baterie.
- d. Zadavatel trvá na uvedeném technickém parametru, zařízení bude připojeno přes terminálové servery, které používají protokol RS232.
- e. Zadavatel uvádí, že se jedná o možnost napojení do NIS - worklist a obousměrné PDQ – Patient Data Query.

S ohledem na obsah dotazu a odpovědi zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek v rámci této veřejné zakázky.

.....
za zadavatele
MUDr. Jiří Jurník
ředitel Nemocnice Břeclav, p.o.

NEMOCNICE BŘECLAV
příspěvková organizace
ředitel
U nemocnice 1, 690 74 Břeclav
IČO: 00 520 780