



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U nemocnice 1, 690 74 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

V Břeclavi, dne 12. 7. 2017

Odpověď na žádost č. 1 o vysvětlení zadávací dokumentace

Název zakázky: " Pořízení operačních věží"

Údaje o zadavateli:

Název: Nemocnice Břeclav, p.o.
Právní forma: příspěvková organizace
IČ/DIČ: 00390780 / CZ00390780
Sídlo: Břeclav, U nemocnice 1, PSČ 690 74
Zapsaná v OR: KS Brno, odd. Pr, vložka 1233
Statutární zástupce: MUDr. Jiří Jurník, ředitel nemocnice
Kontaktní osoba: Ing. Petr Batka
E-mail: batka@nembv.cz

(dále jen „**zadavatel**“)

Výše uvedený zadavatel k Vaší žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace sděluje následující:

Požadavek dodavatele:

Dotaz č. 1 – Část Optiky

Zadavatel požaduje v posledním bodě zadávací dokumentace – optiky:

- 1 ks 70°, Ø4 mm, délka 17,5 cm

- 1 ks 12°, CH 8 / 9,8, délka pracovní části 430 mm, celková délka 570 mm

Ze zadání jednoznačně nevyplývá, jestli zadavatel požaduje 1 ks 70° optiky a 1 ks 12° optiky ke každé poptávané věži, tj. 2 ks a 2 ks. nebo 1 ks 70° optiky a 1 ks 12° optiky k oběma věžím?

Prosím o upřesnění požadovaného počtu optik.

Dotaz č. 2 – Část Optiky

Zadavatel požaduje v posledním bodě zadávací dokumentace – optiky:

- 1 ks 12°, CH 8 / 9,8, délka pracovní části 430 mm, celková délka 570 mm

Akceptuje zadavatel, bez jakékoliv penalizace, nabídku s dodávkou: 1 ks 7°, CH 8,6 / 9,8, délka pracovní části 430 mm, celková délka 570 mm?

Odůvodnění:

Na základě průzkumu trhu se domníváme, že požadovaný parametr - úhel pohledu 12° splňuje pouze jediný dodavatel, a proto považujeme daný parametr za diskriminační.

Odpovědi zadavatele:

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje celkem 2 ks optik. (1 ks 70°, Ø4 mm, délka 17,5 cm a 1 ks 12°, CH 8 / 9,8, délka pracovní části 430 mm, celková délka 570 mm případně jak je uvedeno v dotazu č. 2 1 ks 7°, CH 8,6 / 9,8, délka pracovní části 430 mm, celková délka 570 mm).

Dotaz č. 2:

Zadavatel bude akceptovat dodávku optiky 1 ks 7°, CH 8,6 / 9,8, délka pracovní části 430 mm, celková délka 570 mm bez jakékoliv penalizace.

Zadavatel má za to, že se jedná o technické řešení rozšířené, nespátřuje v něm žádné prvky diskriminace, které by mohly zvýhodnit konkrétního dodavatele či skupinu dodavatelů či být jinak v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o zásadní změnu technických parametrů, zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek v rámci této veřejné zakázky.

.....
za zadavatele
MUDr. Jiří Jurník
ředitel Nemocnice Břeclav, p.o.

NEMOCNICE BŘECLAV
příspěvková organizace
ředitel
U nemocnice 1 690 74 Břeclav
IČO: 00 520 780