



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U nemocnice 1, 690 74 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

Č.j. 514/SŘ/2017

V Břeclavi, dne 14. 7. 2017

Odpověď na žádost č. 3 o vysvětlení zadávací dokumentace

Název zakázky: " Pořízení operačních věží"

Údaje o zadavateli:

Název: Nemocnice Břeclav, p.o.
Právní forma: příspěvková organizace
IČ/DIČ: 00390780 / CZ00390780
Sídlo: Břeclav, U nemocnice 1, PSČ 690 74
Zapsaná v OR: KS Brno, odd. Pr, vložka 1233
Statutární zástupce: MUDr. Jiří Jurník, ředitel nemocnice
Kontaktní osoba: Ing. Petr Batka
E-mail: batka@nembv.cz

(dále jen „**zadavatel**“)

Výše uvedený zadavatel k Vaší žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace sděluje následující:

Požadavek dodavatele:

Dotaz č. 1

– Část: *Kombinovaná oplachová pumpa s odsáváním*

Zadavatel požaduje:

- *Multioborová pumpa pro laparoskopii a hysteroskopii*
- *Sání/oplach min. 1,8 l/min*
- *Min. oplachovací tlak pro laparoskopii: 400 mm Hg (+/- 50mm Hg)*
- *Oplachovací tlak pro hysteroskopii: 15-150 mm Hg*
- *Součástí dodávky bude:*
 - o Láhev pro odsávací pumpu min. 2l*
 - o 2 sady resterilizovatelných hadic pro laparoskopii*
 - o 2 sady hadic pro hysteroskopii*
 - o Oplachový nástroj pro laparoskopii*
- *Zadavatel bude akceptovat 2 nezávislá zařízení pro laparoskopii a hysteroskopii splňující uvedené parametry*

Zadavatel požaduje kombinovanou multioborovou pumpu s odsáváním pro laparoskopii a hysteroskopii. Zároveň zadavatel akceptuje 2 nezávislá řešení pro laparoskopii a hysteroskopii.

Rozumí uchazeč požadavkům zadavatele správně, že nepožaduje pro chirurgicko-laparoskopickou věž pumpu s hysteroskopickými parametry?

Prosím o upřesnění požadovaných parametrů.

Odpovědi zadavatele:

Dotaz č. 1:

Zadavatel bude akceptovat dodávku multioborové pumpy pro laparoskopii a hystereskopii a to pro každou dodávanou věž. V případě, že dodavatel nemá v portfoliu kombinovanou pumpu, bude zadavatel akceptovat dodávku dvou nezávislých zařízení pro každou věž a to bez jakékoliv penalizace.

Zadavatel má za to, že se jedná o technické řešení rozšířené, nespátřuje v něm žádné prvky diskriminace, které by mohly zvýhodnit konkrétního dodavatele či skupinu dodavatelů či být jinak v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách.

.....
za zadavatele
MUDr. Jiří Jurník
ředitel Nemocnice Břeclav, p.o.

NEMOCNICE BŘECLAV
příspěvková organizace
ředitel
U nemocnice 1, 692 74 Břeclav
IČO: 00 820 780