



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U nemocnice 1, 690 74 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

Č.j. 515/SŘ/2017

V Břeclavi, dne 14. 7. 2017

Odpověď na žádost č. 4 o vysvětlení zadávací dokumentace

Název zakázky: " Pořízení operačních věží"

Údaje o zadavateli:

Název: Nemocnice Břeclav, p.o.
Právní forma: příspěvková organizace
IČ/DIČ: 00390780 / CZ00390780
Sídlo: Břeclav, U nemocnice 1, PSČ 690 74
Zapsaná v OR: KS Brno, odd. Pr, vložka 1233
Statutární zástupce: MUDr. Jiří Jurník, ředitel nemocnice
Kontaktní osoba: Ing. Petr Baťka
E-mail: batka@nembv.cz

(dále jen „**zadavatel**“)

Výše uvedený zadavatel k Vaší žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace sděluje následující:

Požadavek dodavatele:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci kamerové jednotky požaduje ovládání kamerové jednotky pomocí dotykového displeje, kamerové hlavy a klávesnice

Bude zadavatel akceptovat kamerovou jednotku ovládanou pomocí tlačítek kamerové hlavy a klávesnice?

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technické specifikaci insuflátoru požaduje rychlost plnění min. 40l/min.

Bude zadavatel akceptovat rychlost plnění insuflátoru 30l/min?

Dotaz č. 3:

Zadavatel v technických parametrech požaduje insuflátor s aktivním odsáváním kouře.

Bude zadavatel akceptovat řešení doplnění insuflátoru samostatnou jednotkou pro odsávání kouře?

Dotaz č. 4:

Zadavatel v technických parametrech insuflátor s vyhříváním plynu před vstupem do pacienta – vyhřívání v insuflační hadici

Bude zadavatel akceptovat obdobné technické řešení vyhřívání plynu pomocí elementu pro předehtání plynu umístěného mezi insuflační jednotkou a insuflační hadicí?

Dotaz č. 5:

Zadavatel v technických parametrech požaduje kombinovanou oplachovou pumpu s odsáváním

Bude zadavatel akceptovat obdobné technické řešení pomocí dvou samostatných jednotek pro oplach a sání?

Dotaz č. 6:

Zadavatel u kombinované oplachové pumpy s odsáváním požaduje oplachovací tlak pro hysteroskopii: 15 – 150 mmHg

Bude zadavatel akceptovat oplachovací tlak pro hysteroskopii 20 – 150 mmHg?

Dotaz č. 7:

Zadavatel požaduje optiku 1 ks 12°, Ch 8 / 9,8, délka pracovní částí 430 mm, celková délka 570 mm.

Bude zadavatel akceptovat optiku 6°, CH 8 / 9.5 / 12, délka pracovní části 430 mm?

Odpovědi zadavatele:

Dotaz č. 1:

Zadavatel bude akceptovat dodávku kamerové jednotky ovládané pomocí tlačítek kamerové hlavy a klávesnice a to bez jakékoliv penalizace.

Dotaz č. 2:

Zadavatel bude akceptovat dodávku insuflátoru s rychlostí plnění min. 30l/min a to bez jakékoliv penalizace.

Dotaz č. 3:

Zadavatel bude akceptovat dodávku řešení doplnění insuflátoru samostatnou jednotkou pro odsávání kouře a to bez jakékoliv penalizace.

Dotaz č. 4:

Zadavatel bude akceptovat dodávku obdobného technické řešení vyhřívání plynu pomocí elementu pro předehtání plynu umístěného mezi insuflační jednotkou a insuflační hadicí a to bez jakékoliv penalizace.

Dotaz č. 5:

Zadavatel bude akceptovat dodávku obdobného technické řešení pomocí dvou samostatných jednotek pro oplach a sání a to bez jakékoliv penalizace.

Dotaz č. 6:

Zadavatel bude akceptovat oplachovací tlak pro hysteroskopii 20 – 150 mmHg a to bez jakékoliv penalizace.

Dotaz č. 7:

Zadavatel bude akceptovat optiku 6°, CH 8 / 9.5 / 12, délka pracovní části 430 mm a to bez jakékoliv penalizace.

Zadavatel má za to, že se jedná o technické řešení rozšířené, nespátřuje v něm žádné prvky diskriminace, které by mohly zvýhodnit konkrétního dodavatele či skupinu dodavatelů či být jinak v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o zásadní změnu technických parametrů, zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek v rámci této veřejné zakázky.

.....
za zadavatele
MUDr. Jiří Jurník
ředitel Nemocnice Břeclav, p.o.

NEMOCNICE BŘECLAV
příspěvková organizace
ředitel
U nemocnice 1, 692 74 Břeclav
IČO: 00 320 780