



Investor:
NEMOCNICE HUSTOPEČE p.o.
BRNĚNSKÁ 716/41, HUSTOPEČE PSČ 693 01
Tel. +420 519 407 311 <http://www.nemocnicehustopece.cz/>

Profese: TECH		Zpracovatel dílu: Chiradis - Chironax s.r.o., Březová 353/8a, 637 00 Brno Tel: +420 777 150 577 E-mail: chiradis@volny.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:			
ING. JAN BILOŠ	ING. RADEK AMBROŽ	ING. JAN BILOŠ			

Akce: NEMOCNICE HUSTOPEČE ÚPRAVA BÝVALÝCH PROSTOR JIP NA REHABILITAČNÍ PRACOVIŠTĚ		Zakázkové číslo: JDS 17 - 2017		Paré:	
		Datum: 07 - 2017			
		Formát:			
Objekt:	REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ	SO 01	Stupeň:	DSP + DPS	
Obsah: TECHNICKÁ ZPRÁVA			Měřítko:	Číslo výkresu: D2.01-001	

ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE

1. Úvod

Cílem akce je přemístění oddělení rehabilitace z nevyhovujících prostor do nově zrekonstruovaných prostor bývalé JIP. Převážná část vybavení bude přestěhována ze současného provozu

2. Vymezení rozsahu dokumentace PS zdravotnická technologie

Projektová dokumentace provozního souboru zdravotnická technologie řeší zařízení zdravotnickými přístroji a provozním nábytkem.

Tato dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou MZČR 92/2012Sb a podléhá schválení příslušnou hygienickou stanicí z hlediska posouzení podmínek pracovního prostředí (rozměr, osvětlení, větrání, teplota, hluk).

Pro provoz zdravotnických přístrojů řeší dokumentace napojení přístrojů na zdrojová média. Požadavky jsou uvedeny na výkrese a v příložených montážních detailech.

Obsahem dokumentace zdravotnické technologie není vybavení výpočetní technikou, spotřebním materiálem, drobnými provozními prostředky, hygienickými prostředky apod.

3. Provozní toky a vybavení technologií a provozním nábytkem

Pacienti budou mít po příchodu a registraci v **evidenci č.108 čekárnu č.101** s hygienickým zázemím.

Vyšetřovna č.102 bude vybavena pracovištěm lékaře a sestry, vyšetřovacím stolem s nástěnným svítidlem a pracovní linkou s umývadlem, dřezem a vestavnou chladničkou. Ve vyšetřovně bude lékař indikovat způsob a procedury rehabilitace.

V elektroléčbě č. 104 bude vybavena pěti lehátko oddělenými závěsy. U každého lehátka bude přístrojový stůl s elektroléčebnými přístroji. Pro zapojení do el sítě jsou u každého stolu navrženy zásuvka. Dále bude v místnosti pracovní linka s umývadlem, dřezem a vestavěnou chladničkou. Na pracovišti sestry bude sestra zapisovat provedené léčby do počítače. Před vstupem do elektroléčby je umístěna převlékárna č. 103 se skříňkami a věšáky, kde si mohou pacienti odložit.

V místnosti **laser č. 105** bude pacientovi k dispozici lehátko, laser bude obsluhovat sestra, ale nabude přítomna léčbě. Na dveřích do místnosti bude umístěn výstražný nápis – pozor laser. Povrchy v místnosti budou matné.

Místnost **magnetoterapie č. 105** bude mít dvě lehátka oddělená plentou. Magnety se budou skladovat v otevřeném regálu.

V místnosti **č. 107 vodoléčba** bude vybavena vířivkou na dolní končetiny PediJet a horní končetiny ManiJet firmy Trautwein, které budou reinstalovány ze současného provozu.

Pro možnost odpočinku bude za závěsem lehátko, využitelné i např. pro masáže.

Místnost **č. 109 individuální cviky** bude vybavena velkoplošným nástěnným zrcadlem, rotopedy, gymnastickými míči se stojanem na uskladnění, ribstolem a dalším mobilním rehabilitačním vybavením.

Místnosti **č. 111 až 115 individuální cviky** budou vybaveny lehátkem pro individuální cviky, nástěnným velkoplošným zrcadlem, odkládacím stolem a

pracovištěm sestry pro administrativu. Pro oddělení lehátek mezi sebou budou použity zástěny.

Masáž č. 116 bude vybavena obdobně jako individuální cviky s výjimkou masážního lehátka.

Denní místnost č. 117 bude sloužit k odpočinku a občerstvení. Bude vybavena kuchyňskou linkou s umývadlem a dřezem, chladničkou obsahu min. 250 jídelním stolem se čtyřmi židlemi a skříní na osobní věci zaměstnanců. K dispozici bude varná konvice, mikrovlnná trouba.

V **šatně č. 118** je navrženo 11 šatních dvouskříňek, věšáky a zrcadlo.

Instalovaný nábytek musí splňovat kvalitativní parametry a příslušné bezpečnostní, hygienické a jakostní fyzikálně - mechanické parametry kladené na provozní nábytek ve zdravotnickém provozu. Jedná se zejména o povrchy, které jsou ošetřovány desinfekčními roztoky, mechanické části – zásuvy zásuvek, panty atd., které jsou velmi namáhány apod.

Čalounění nábytku musí vyhovovat z hlediska zápalnosti a desinfikovatelnosti.

4. Napojení technologie na média

Veškeré požadavky jsou uvedeny na výkrese nebo na montážních výkresech.

Napojení el. energie se bude řídit normou ČSN 332000 7-710 :