



KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami

Jméno: **Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace**
 Sídlo: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
 Jednající: Ing. Milan Klusák, MBA, ředitel
 Kontaktní osoba: [REDACTED]
 IČ: 00346292
 DIČ: CZ00346292
 Zápis v OR: Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245
 Bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]

(dále jen „kupující“)

a

Jméno: **Medsol s.r.o.**
 Sídlo: Lužná 591/4, 160 00 Praha 6 - Vokovice
 Jednající: Antonín Havlíček, jednatel
 Kontaktní osoba: [REDACTED]
 IČ: 242 01 596
 DIČ: CZ24201596
 Zápis v OR: zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188143
 Bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]

(dále jen „prodávající“)

1.

Prodávající je oprávněn na základě svého vlastnického práva nakládat s tímto zbožím: 1 ks monitoru životních funkcí – defibrilátoru.

Bližší specifikace tohoto zboží je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.

Součástí dodávky zboží dle čl. 1 této smlouvy je také dodání veškerých návodů k obsluze, odpovídající technické dokumentace v tištěné a datové podobě, dodání dokladů prokazujících kvalitu a schválení pro užívání v České republice, zejm. dodání příslušných atestů, certifikátů a prohlášení o shodě, to vše v českém jazyce. Součástí dodávky zboží podle článku 1 této smlouvy je rovněž provádění bezpečnostně-technických kontrol po dobu záruční lhůty dle čl. 8 této smlouvy.

3.

Prodávající prodává zboží podle čl. 1 této smlouvy se všemi jejích součástmi a příslušenstvím kupujícímu, a kupující kupuje toto zboží do vlastnictví Jihomoravského kraje jako svého zřizovatele za kupní cenu podle čl. 6 této smlouvy. Součástí závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy je instalace zboží, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v místě splnění tohoto závazku, kterým je sídlo kupujícího podle záhlaví této smlouvy.

4.

Prodávající se zavazuje splnit svůj závazek k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy nejpozději do **30 dnů** ode dne účinnosti smlouvy. Závazek prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy se pak považuje za splněný po instalaci zboží, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy dnem předání a převzetí tohoto zboží formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami.

5.

Nebezpečí škody na převáděném zboží a vlastnické právo k tomuto zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem splnění závazku prodávajícího k dodání tohoto zboží způsobem podle čl. 4 této smlouvy.

6.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě a prodeje podle čl. 1 této smlouvy kupní cenu ve výši 489 000,- Kč bez DPH, tj. 591 690,- Kč včetně DPH. Součástí této ceny jsou veškeré náklady prodávajícího na splnění jeho závazku k dodání zboží podle této smlouvy a daň z přidané hodnoty v sazbě podle zákona.

7.

Kupní cena podle čl. 6 této smlouvy je splatná na účet prodávajícího po splnění závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy způsobem podle čl. 4 této smlouvy ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování (daňového dokladu). Na daňovém dokladu musí být mimo jiné vždy uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: **P17V00002165**.

8.

S převodem zboží podle čl. 1 této smlouvy je spojena záruka za jeho jakost v trvání nejméně 36 měsíců. V rámci této záruky se prodávající zavazuje odstraňovat vady na zboží podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě do 48 hodin od doručení příslušné reklamace kupujícího.

9.

Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti zboží soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

10.

Nepřikročí-li prodávající k odstranění vady ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě ze strany kupujícího, je kupující oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklady prodávajícího.

11.

Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 4 této smlouvy a pro případ jeho prodlení s odstraněním vady ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy se prodávající zavazuje platit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení.

12.

Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 4 této smlouvy o víc než 1 týden nebo pro případ výskytu neodstranitelné vady resp. výskytu tří a více vad, a i to postupně, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc.

13.

Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části ve lhůtě podle čl. 7 této smlouvy o víc než 1 týden, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky ex tunc.

14.

Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím při realizaci této smlouvy ust. par. 2079 a násl. občanského zákoníku.

15.

Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany prodávajícího. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 20 této smlouvy.

16.

Prodávající uděluje kupujícímu svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

17.

Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede kupující, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně na e-mail [REDACTED]

18.

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran.


19.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv postupem dle čl. 17.

20.


Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně dne 15. 11. 2017



Ing. Milan Klusák, MBA
ředitel
za kupujícího

V Praze dne 27.10. 2017



Antonín Havlíček
jednatel
za prodávajícího

Příloha č. 1 Specifikace

Příloha č. 1 Specifikace
Monitor životních funkcí - defibrilátor

Transportní defibrilátor/monitor vhodný pro sanitní vozidla RLP, RZP a LZS a vrtulník ZS s požadovaným vybavením dle specifikace

Model - typové/výrobní označení:	LIFEPAK 15
Výrobce:	Physio-Control, Inc. [USA]
Počet kusů:	1 ks

Požadavky zadavatele		Uchazečem nabízená hodnota
1	jednoduché intuitivní ovládání, snadná manipulace s přístrojem	Ano, přístroj má jednoduché intuitivní ovládání včetně snadné manipulace
2	maximální odolnost proti nárazům a úderům, provozní odolnost proti prachu a vodě (min. IP44); požadovaná odolnost proti vibracím pro pozemní vozidla a letecké prostředky	Ano, maximální odolnost proti nárazům a úderům EN 1789, IEC 60068-2-27 a MIL-STD-810E, EN 60601-1 a UL 60601-1; provozní odolnost proti prachu a vodě IP44; odolnost proti vibracím pro pozemní vozidla a letecké prostředky Vibrace MIL-STD-810E, metoda 514.4 Vrtulové letadlo – kategorie 4 Vrtulník – kategorie 6 Pozemní vozidlo – kategorie 8
3	obrazovka dobře čitelná i v terénu při slunečním osvětlení, volitelný režim zobrazení, plně barevný režim a vysoce kontrastní režim	Ano, barevný podsvícený displej, režim zobrazení volitelný uživatelem: (plně barevný nebo s vysokým kontrastem SunVue™)
4	současné zobrazení křivek měřených hodnot vitálních funkcí na monitoru, z toho minimálně možnost sledovat současně křivku EKG, SpO2(včetně měření SpCO) a EtCO2, přehledné a čitelné zobrazení všech měřených hodnot vitálních funkcí	Ano, současné zobrazení křivek měřených hodnot vitálních funkcí na monitoru, z toho možnost sledovat současně křivku EKG, SpO2(včetně měření SpCO) a EtCO2, přehledné a čitelné zobrazení všech měřených hodnot vitálních funkcí
5	bifazický defibrilační výboj s eskalací energie výboje do 360J s maximální hodnotou energie při manuálním i automatickém režimu	Ano, bifazický defibrilační výboj s eskalací energie výboje do 360J s maximální hodnotou energie při manuálním i automatickém režimu
6	manuální defibrilace s využitím samolepících elektrod	Ano, manuální defibrilace s využitím samolepících elektrod
7	poloautomatická externí defibrilace se systémem doporučení výboje s využitím samolepících defibrilačních elektrod	Ano, poloautomatická externí defibrilace (AED) se systémem doporučení výboje s využitím samolepících defibrilačních elektrod
8	metronom s zvukovým signálem pro provádění KPR nastavitelný na inkubovaného i nezaintubovaného pacienta, pro dospělé i děti	Ano, metronom se zvukovým signálem pro provádění KPR nastavitelný na inkubovaného i nezaintubovaného pacienta, pro dospělé i děti
9	tiskárna s možností tisku minimálně tří křivek nad sebou	Ano, tiskárna s možností tisku tří křivek nad sebou
10	neinvazivní kardiostimulace minimálně s režimy on demand/non demand s využitím samolepících defibrilačních elektrod	Ano, neinvazivní kardiostimulace s režimy on demand/non demand s využitím samolepících defibrilačních elektrod
11	monitorace CO2 (EtCO2)	Ano, monitorace CO2 (EtCO2)
12	neinvazivní monitorace SpO2 (pulzní oxymetrie) včetně měření SpCO	Ano, neinvazivní monitorace SpO2 (pulzní oxymetrie) včetně měření SpCO
13	snímání 12svodového EKG, včetně záznamu tisku a vyhodnocení	Ano, snímání 12svodového EKG, včetně záznamu tisku a vyhodnocení
14	měření neinvazivního tlaku krve NIBP	Ano, měření neinvazivního tlaku krve NIBP
15	trendy životních funkcí, sledování vývoje ST segmentů, včetně vytvoření souhrnné zprávy (protokolu), která bude obsahovat minimálně měřené hodnoty EKG, SpO2, NIBP a CO2 s možností přímého nebo následného tisku z paměti přístroje nebo datového přenosu z paměti přístroje do databáze	Ano, trendy životních funkcí, sledování vývoje ST segmentů, včetně vytvoření souhrnné zprávy (protokolu), která obsahuje měřené hodnoty EKG, SpO2, NIBP a CO2 s možností přímého nebo následného tisku z paměti přístroje nebo datového přenosu z paměti přístroje do databáze
16	telemetrický datový přenos (především 12-ti svodového EKG a ostatních měřených zdrojových dat) včetně příslušenství k jeho realizaci z nabízeného přístroje do stávajícího systému LIFENET RS -zdravotnický přístroj (včetně potřebného příslušenství pro provoz)	Ano, telemetrický datový přenos (především 12-ti svodového EKG a ostatních měřených zdrojových dat) z nabízeného přístroje do stávajícího systému LIFENET RS (včetně modemu)
17	schopnost datové komunikace s cílovými pracovišti specializovaných koronárních jednotek FN u Sv. Anny v Brně a FN Brno (softwarová kompatibilita) a schopnost stávajících přijímacích stanic těchto speciálních koronárních jednotek přijímat a zpracovávat standardním způsobem zdrojová data vysílaná z dopravních prostředků ZZS JMK	Ano, schopnost datové komunikace s cílovými pracovišti specializovaných koronárních jednotek FN u Sv. Anny v Brně a FN Brno (softwarová kompatibilita) a schopnost stávajících přijímacích stanic těchto speciálních koronárních jednotek přijímat a zpracovávat standardním způsobem zdrojová data vysílaná z dopravních prostředků ZZS JMK.
18	schopnost přenosu dat nabízeného přístroje se stávající softwarovou zdrojovou databází (Code Stat Suite) -softwarová kompatibilita	Ano, schopnost přenosu dat nabízeného přístroje se stávající softwarovou zdrojovou databází (Code Stat Suite) -softwarová kompatibilita

19.	ukládání dat v paměti defibrilátoru a možnost následného tisku záznamu resuscitace pro potřeby dokumentace a předání pacientů; možnost přenesení těchto zdrojových dat z přístroje do stávající zdrojové databáze	Ano, ukládání dat v paměti defibrilátoru a možnost následného tisku záznamu resuscitace pro potřeby dokumentace a předání pacientů; možnost přenesení těchto zdrojových dat z přístroje do stávající zdrojové databáze Code Stat.
20.	schopnost přístroje ukládat data v paměti defibrilátoru s možností další práce s uloženými daty	Ano, schopnost přístroje ukládat data v paměti defibrilátoru s možností další práce s uloženými daty
21.	schopnost přístroje zamezit riziku ztráty dat a nastavení přístroje během provozu (např. zálohované napájení)	Ano, přístroj má schopnost zamezit riziku ztráty dat a nastavení přístroje během provozu (sada dvou kusů baterií - zálohované napájení).
22.	dodání 3 ks výměnných baterií s indikací stavu kapacity na obrazovce přístroje a na těle baterie	Ano, součástí dodávky jsou 3 ks výměnných baterií s indikací stavu kapacity na obrazovce přístroje a na těle baterie
23.	provoz přístroje s jednou sadou výměnných baterií minimálně 6 hodin bez možnosti dobíjení	Ano, jedna sada (2 ks) výměnných baterií umožňuje provoz minimálně 6 hodin bez možnosti dobíjení
24.	brašna se třemi kapsami, přezkou a krytem monitoru	Ano, součástí dodávky je brašna se třemi kapsami, přezkou a krytem monitoru
25.	schopnost přístroje umožnit dodatečné rozšíření o modul pro měření Sp Methemoglobinu	Ano, přístroj lze dodatečně rozšířit o modul pro měření Sp Methemoglobinu
26.	potřebná kabeláž	Ano, k přístroji je dodávána potřebná kabeláž: terapeutický kabel, kabel EKG, prodlužovací kabel + SpO2 klip, tlaková manžeta + tlaková hadice, Filter line pro měření CO2
27.	přístroj bude mít schválení pro provoz v ČR	Ano, přístroj je schválen pro provoz v ČR
28.	součást dodávky musí být návod k obsluze a prohlášení o shodě v českém jazyce	Ano, součástí dodávky je návod k obsluze a prohlášení o shodě v českém jazyce
29.	nabídnutý přístroj musí být kompletní a funkční včetně příslušenství	Ano, nabídnutý přístroj je kompletní a funkční včetně příslušenství