

**KUPNÍ SMLOUVA**

uzavřená v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi níže uvedenými smluvními stranami

Jméno: **Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace**
Sídlo: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
Jednající: Ing. Milan Klusák, MBA, ředitel
Kontaktní osoba: [REDACTED]
IČ: 00346292
DIČ: CZ00346292
Zápis v OR: Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245
Bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]

(dále jen „kupující“)

a

Jméno: **Medsol s.r.o.**
Sídlo: Lužná 591/4, 160 00 Praha 6 - Vokovice
Jednající: Antonín Havlíček, jednatel
Kontaktní osoba: [REDACTED]
IČ: 242 01 596
DIČ: CZ24201596
Zápis v OR: zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188143
Bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]

(dále jen „prodávající“)

1.

Prodávající je oprávněn na základě svého vlastnického práva nakládat s tímto zbožím: 2 ks přístroje pro umělou plicní ventilaci.

Bližší specifikace tohoto zboží je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.

Součástí dodávky zboží dle čl. 1 této smlouvy je také dodání veškerých návodů k obsluze, odpovídající technické dokumentace v tištěné a datové podobě, dodání dokladů prokazujících kvalitu a schválení pro užívání v České republice, zejm. dodání příslušných atestů, certifikátů a prohlášení o shodě, to vše v českém jazyce. Součástí dodávky zboží podle článku 1 této smlouvy je rovněž provádění bezpečnostně-technických kontrol po dobu záruční lhůty dle čl. 8 této smlouvy.

3.

Prodávající prodává zboží podle čl. 1 této smlouvy se všemi jejích součástmi a příslušenstvím kupujícímu, a kupující kupuje toto zboží do vlastnictví Jihomoravského kraje jako svého zřizovatele za kupní cenu podle čl. 6 této smlouvy. Součástí závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy je instalace zboží, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v místě splnění tohoto závazku, kterým je sídlo kupujícího podle záhlaví této smlouvy.

4.

Prodávající se zavazuje splnit svůj závazek k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy nejpozději do **30 dnů** ode dne účinnosti smlouvy. Závazek prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy se pak považuje za splněný po instalaci zboží, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy dnem předání a převzetí tohoto zboží formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami.

5.

Nebezpečí škody na převáděném zboží a vlastnické právo k tomuto zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem splnění závazku prodávajícího k dodání tohoto zboží způsobem podle čl. 4 této smlouvy.

6.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě a prodeje podle čl. 1 této smlouvy kupní cenu ve výši 494 000,-Kč bez DPH, tj. 597 740,- Kč včetně DPH. Součástí této ceny jsou veškeré náklady prodávajícího na splnění jeho závazku k dodání zboží podle této smlouvy a daň z přidané hodnoty v sazbě podle zákona.

7.

Kupní cena podle čl. 6 této smlouvy je splatná na účet prodávajícího po splnění závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy způsobem podle čl. 4 této smlouvy ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování (daňového dokladu). Na daňovém dokladu musí být mimo jiné vždy uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: **P17V00002165**.

8.

S převodem zboží podle čl. 1 této smlouvy je spojena záruka za jeho jakost v trvání nejméně 36 měsíců. V rámci této záruky se prodávající zavazuje odstraňovat vady na zboží podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě do 48 hodin od doručení příslušné reklamace kupujícího.

9.

Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti zboží soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

10.

Nepřikročí-li prodávající k odstranění vady ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě ze strany kupujícího, je kupující oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklady prodávajícího.

11.

Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 4 této smlouvy a pro případ jeho prodlení s odstraněním vady ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy se prodávající zavazuje platit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení.

12.

Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 4 této smlouvy o víc než 1 týden nebo pro případ výskytu neodstranitelné vady resp. výskytu tří a více vad, a i to postupně, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc.

13.

Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části ve lhůtě podle čl. 7 této smlouvy o víc než 1 týden, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky ex tunc.

14.

Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím při realizaci této smlouvy ust. par. 2079 a násl. občanského zákoníku.

15.

Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany prodávajícího. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 20 této smlouvy.

16.

Prodávající uděluje kupujícímu svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

17.

Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede kupující, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně na e-mail [REDACTED]

18.

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran.

19.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv postupem dle čl. 17.

20.


Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně dne 15. 11. 2017



Ing. Milan Klusák, MBA
ředitel
za kupujícího

V Praze dne 27.10. 2017



Antonín Havlíček
jednatel
za prodávajícího

Příloha č. 1 Specifikace

Příloha č. 1 Specifikace

Přístroje pro umělou plicní ventilaci

Přístroj pro umělou plicní ventilaci - transportní plicní ventilátor, obchodní název Oxylog 2000 Plus, výrobce Dräger Medical, GmbH, který splňuje veškeré níže uvedené požadavky zadavatele.

Model - typové/výrobní označení:	Oxylog 2000 Plus
Výrobce:	Dräger Medical GmbH
Počet kusů:	2 ks

Požadavky zadavatele		Uchazečem nabízená hodnota
1	přenosný, automatický plicní ventilátor pro potřeby zdravotnické záchranné služby	ANO; mj. pro použití v následujících prostředích: – mobilní použití pro pacienty v nouzových situacích ve vnějším a vnitřním prostředí. – v průběhu transportu v ambulancích nebo letadlech, včetně helikoptér – atd...
2	hmotnost maximálně 5,5 kg	ANO; hmotnost přístroje včetně baterie 5,4kg
3	velikost maximálně 30 cm x 20 cm x 18 cm (specifické požadavky na uložení v sanitním voze)	ANO, rozměry přístroje - 285 x 184 x 175 mm
4	provozní teplota minimálně od -20 do + 50 st. C	ANO, provozní teplota od -20 do + 50 st. C
5	umožňující ventilační režim minimálně VC-CMV, VC-AC, VC-CMV, CPAP, PS, NIV	ANO; umožňuje ventilační režimy VC-CMV, VC-AC, VC-CMV, CPAP, PS, NIV
6	objemově kontrolovaný a tlakově limitovaný	ANO; objemově kontrolovaný a tlakově limitovaný
7	použitelnost přístroje umožňující ventilaci dětí i dospělých, včetně použití přídatných zařízení pro děti (pacientská hadice, PEEP apod.)	ANO; Dechový objem 100 – 2000 ml plynule nastavitelný, použitelnost přístroje umožňující ventilaci dětí i dospělých, včetně použití přídatných zařízení
8	provoz přístroje včetně alarmů bez závislosti na přímém napájení na 12V, provoz přístroje nezávislý na zdroji elektrického proudu 220V. (vyjma vnitřní baterie pro alarmy, je –li jí přístroj vybaven)	ANO; výdrž baterie minimálně 4 hodiny provozu při standardní ventilaci
9	možnost nastavení koncentrace kyslíku alespoň na úrovních airmix a no airmix nebo možnost regulace FiO2	ANO; Koncentrace O2 100 objemových % (No-AirMix) nebo (O2 AirMix).
10	dechová frekvence minimální rozsah od 5 do 50/min, anebo větší rozsah	ANO; Dechová frekvence - 2 - 50 /min pro VC - SIMV 5 - 50 /min pro VC - CMV, VC - AC
11	možnost plynulé regulace dechové frekvence	ANO; možnost plynulé regulace dechové frekvence
12	VT od 100 ml do 2000 ml	ANO; VT od 100 ml do 2000 ml
13	možnost plynulé regulace minutového objemu	ANO; možnost plynulé regulace minutového objemu
14	možnost nastavení maximálního ventilačního tlaku v dýchacích cestách	ANO; Tlak v dýchacích cestách Paw Alarm - horní alarmová hranice při překročení hodnoty "Pmax". Rozsah nastavení 20 až 60 mbar; Alarm - dolní alarmová hranice - pokud je rozdíl tlaků mezi inspirační a expirační fází menší než 5 mbar. Nebo pokud není dosaženo nastavené úrovně tlaku.
15	s kontrolou inspiračního tlaku v dýchacích cestách na přístroji	ANO; s kontrolou inspiračního tlaku v dýchacích cestách na přístroji
16	možnost připojení PEEP ventilu k pacientskému ventilu anebo PEEP ventil součástí ventilátoru	ANO; PEEP ventil součástí přístroje
17	signalizace/monitoring tlaku v dýchacích cestách	ANO; Alarm, horní alarmová hranice Při překročení hodnoty "Pmax". Rozsah nastavení 20 až 60 mbar - Alarm, dolní alarmová hranice Pokud je rozdíl tlaků mezi inspirační a expirační fází menší než 5 mbar nebo pokud není dosaženo nastavené úrovně tlaku.
18	zvukové a optické alarmování při nízkém tlaku medicínálního plynu v tlakové láhvi anebo nízkém, či vysokém ventilačním tlaku v dýchacích cestách, alarm rozpojení ventilačního okruhu	ANO; Zvukové a optické alarmy při nízkém tlaku v kyslíkové lahvi, nízkém či vysokém tlaku v dýchacích cestách, při apnoe, při úniku (rozpojení systému) a při vysoké frekvenci spontánního dýchání pacienta.
19	příslušenství – pacientská hadice/okruh, pacientský ventil, tlakové hadice na O2, včetně koncovek kompatibilních s přístrojem a rychlospojkami na medicínální plyn	ANO, součást dodávky
20	ovládání přístroje jednoduché a intuitivní	ANO, ovládání přístroje je jednoduché a intuitivní

21	odolnost vůči negativním jevům (rozdíly teplot, prach, otřesy, vibrace, příp. nárazy), certifikace pro provoz na LZS	ANO; Podmínky okolního prostředí Během provozu Teplota -20 až 50 °C Atmosférický tlak 570 až 1200 hPa Relativní vlhkost 5 až 95 % ANO; Elektromagnetická kompatibilita EMC v souladu s ICE / EN 60601-1-2: 2001 a ISO 10651-3 Letová způsobilosti v souladu s RTCA DO - 160D, oddíly 7, 8 a 21 Mechanická pevnost v souladu s MIL STD 810F, metoda 514.5
22	přístroj s nízkou spotřebou kyslíku pro vlastní provoz a řízení ventilace	ANO; spotřeba plynu na řízení ventilátoru 0,1 – 0,5 L/min
23	dodávka přístroje s držákem přístroje pro instalaci do vozidla ZZS dle EN, včetně certifikace držáku dle platné legislativy	ANO, součást dodávky
24	součástí dodávky musí být návod v českém jazyce, v elektronické, či papírové podobě, zaškolení s manipulací a ovládáním, včetně údržby přístroje	ANO, součást dodávky
25.	jednorázový okruh dospělý 5ks, celobličejeová gelová maska pro NIV	ANO, součást dodávky
26.	monochromatický displej - dobrá viditelnost na ostrém slunci	ANO; Elektroluminescence (EL) čitelná i na přímém slunečním osvitu; Viditelná oblast 4,25" x 2,20";