



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Nemocnice Kyjov – pořízení přístrojového vybavení pro oddělení chirurgie, ortopedie, urologie, gynekologie |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | Z2017-007588 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov |
| IČ: | 002 26 912 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Otevřené nadlimitní řízení |

Na základě žádosti dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

V části Zadávací dokumentace Nemocnice Kyjov – pořízení přístrojového vybavení pro oddělení chirurgie, ortopedie, urologie, gynekologie – SVAZEK 1, Příloha 1 – Technická specifikace – Část 2 Operační světla uvedeno: Technický popis v zadání – Elektricky nastavitelný průměr světelného pole v 1m: min. 200-300mm. Dotaz – bude zadavatel akceptovat mechanicky nastavitelný průměr světelného pole v 1m: 170-280mm?

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel na minimálním požadavku uvedeném v zadávacích podmínkách, tedy na elektricky nastavitelném průměru světelného pole v 1m minimálně 200-300mm, trvá. Zadavatel nebude akceptovat mechanicky nastavitelný průměr světelného pole v 1m 170-280mm.

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a konstatuje, že nedošlo k úpravě zadávacích podmínek a vysvětlení nemá vliv na zpracování nabídek či okruh možných dodavatelů. Z tohoto důvodu tedy nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Brně dne 29. 12. 2017