



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 05

V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

|                            |                                          |                      |                  |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Název zadavatele:          | Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace |                      |                  |
| IČ a DIČ:                  | 00839205, není plátce DPH                |                      |                  |
| Sídlo zadavatele:          | 682 01 Vyškov, Purkyňova 36              | CZ                   |                  |
| Zastoupený:                | Ing. Věrou Seidlovou                     | ředitelkou nemocnice |                  |
| Tel:                       | +420 517 315 100                         | Fax:                 | +420 517 315 118 |
| e-mail:                    | seidlova@nemvy.cz                        |                      |                  |
| Kód NUTS:                  | CZ 064                                   |                      |                  |
| Kód obce zadavatele (ZÚJ): | 592889                                   |                      |                  |

Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

**„Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – I. etapa“  
(dále také zakázka)**

**Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2017-025974**

**Označené: VZD/05/18**

**Jedná se o tyto informace:**

### **Otázka č. 05/1: Samostatná část č.28 „Myčka podložních mís“**

**Dotaz č.1.** Požadavek - Hepa Filter

Námi nabízená myčka nepoužívá v žádném procesu vzduch jako médium pro sušení. HEPA filtr je určen pro čištění vzduchu a v myčkách (laboratorních nebo operačních) je instalován právě pro fázi sušení, kde je čistota vzduchu nutná. V myčkách podložních mís zcela zbytečný.

Akceptuje zadavatel myčku bez tohoto HEPA filtru?

#### **Odpověď č. 05/1.1**

Zadavatel zpracoval technickou specifikaci předmětné myčky s důrazem na zabezpečení maximálního dodržení hygienického a dezinfekčního postupu k eliminování nozokomiálních nákaz v nemocnici a zejména pak na chirurgickém oddělení a tedy i s důrazem na celý proces mytí, desinfekce a sušení vkládaných podložních mís. Z tohoto důvodu zadavatel trvá na požadavku myčky vybavené nuceným sušením podložních mís a vybavení myčky účinným HEPA filtrem potřebným pro zabránění výstupu jemným částicím, bakteriím a jiným alergenům z myčky.

**Dotaz č. 2** Požadavek - Přístroj do výšky 150 cm z důvodu možné instalace polic pro nádoby.

Přístroj s velkou kapacitou mytí nutně potřebuje větší konstrukci pro uložení všech částí nutných pro mytí-čerpádky, vyvíječ páry, atp.

Bude zadavatel akceptovat myčku s výškou 161 cm?

#### **Odpověď č. 05/1.2**

Tázatelem navržená hodnota nepřesáhne zadavatelem přípustnou odchylku od stanovených technických parametrů „ +/- 10%“ uvedenou v úvodu Svazku č.4 Zadávací dokumentace „Požadované technické parametry přístrojů“. Zadavatel umožní technické parametry nabízených přístrojů, které budou splňovat v zadávací dokumentaci stanovené parametry pro nabízené přístroje.

**Dotaz č. 3.** Požadavek - Likvidace biologického odpadu ve vacích

Do našich myček lze ukládat mísy a ostatní nádoby včetně obsahu, kromě odpadu, který nelze vypouštět do odpadu kanalizace (gáza, buničina...).

Prosíme o vysvětlení požadavku likvidace biologického odpadu ve vacích.

#### **Odpověď č. 05/1.3**

Zadavatel zpracoval technickou specifikaci předmětné myčky s důrazem na zabezpečení maximálního dodržení hygienického a dezinfekčního postupu k eliminování nozokomiálních nákaz v nemocnici a zejména pak na chirurgickém oddělení a tedy i s důrazem na celý proces manipulace s biologickým odpadem. Zadavatel



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

požaduje, aby myčka podložních mís byla vybavena funkcí – možností likvidovat veškerý biologický odpad i ten, který není shromažďován v podložních mísách (veškeré tělní tekutiny, a odpad vzniklý na ošetřovnách) způsobem shromažďování, manipulace a likvidace tohoto odpadu v uzavíratelném vaku, který se vkládá do myčky.

#### **INFORMACE č. 05/2**

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a konstatuje, že nedošlo k úpravě zadávacích podmínek a vysvětlení nemá vliv na zpracování nabídek či okruh možných dodavatelů. Z tohoto důvodu tedy nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Ve Vyškově, dne 12.2.2018

.....

Ing. Věra Seidlová  
ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o.