



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 06

V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace		
IČ a DIČ:	00839205, není plátce DPH		
Sídlo zadavatele:	682 01 Vyškov, Purkyňova 36	CZ	
Zastoupený:	Ing. Věrou Seidlovou	ředitelkou nemocnice	
Tel:	+420 517 315 100	Fax:	+420 517 315 118
e-mail:	seidlova@nemvy.cz		
Kód NUTS:	CZ 064		
Kód obce zadavatele (ZÚJ):	592889		

Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

**„Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – I. etapa“
(dále také zakázka)**

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2017-025974

Označené: VZD/06/18

Jedná se o tyto informace:

Otázka č. 06/1: Samostatná část č. 27 „Bedside analyzátor“

Upraví zadavatel technické požadavky pro „BEDSIDE analyzátor“ následujícím způsobem, který umožní účast více uživatelům a které odpovídají obvyklé praxi ?

- Měřené parametry: pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, iCa⁺⁺, Glu, Lac, Hct
- Počítané parametry: Ca⁺⁺(7,4), HCO₃⁻, HCO₃std, TCO₂, BEcf, BE(B), SO₂c, THbc, O₂ct, O₂cap, AaDO₂, pAO₂, paO₂ /pAO₂, RI, CaO₂, CvO₂, CcO₂, a-vDO₂, Qsp/Qt, P50
- kazetový plně uzavřený systém (nulové biologické riziko)
- potřebný objem vzorku 135 uL
- dotyková obrazovka, čtečka č, kódů pro pac. data i spotřební materiál
- přenos patientských dat i QC dat do LIS
- vzdálená správa (patientské reporty, QC reporty, správa uživatelských účtů, chybová hlášení)
- automatický management QC s automatickou detekcí, evidencí a nápravou chyb po každém vzorku
- systém provede kontrolu plně automaticky bez přítomnosti obsluhy
- plně bezúdržbový přístroj
- skladování veškerého spotřebního materiálu při pokojové teplotě

Odpověď č. 06/1

Zadavatel trvá na specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci pro tuto samostatnou část a nebude ji upravovat. Tato specifikace odpovídá obvyklé praxi a umožní účast více dodavatelům.

Otázka č. 06/2: Samostatná část č. 20 „Mikrobiologie“

Dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vás tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – I. etapa“, část 20. Zadavatel dle čl. 8.1 kvalifikační dokumentace požaduje doložení realizace min. 3 zakázek, jejichž předmětem byla dodávka a uvedení do plného provozu alespoň jednoho přístroje, jehož technické parametry a charakteristiky byl obdobné technickým podmínkám stanoveným pro tento přístroj ve svazku č. 4 zadávací dokumentace.

Vzhledem k tomu, že předmětem části 20 je dodávka více přístrojů (ELISA analyzátor, Automatický kamerový systém, PCR, MALDI, Automatický systém k provádění biochemických identifikací mikroorganismů, Modulární systém pro mikrobiologickou kultivaci), prosíme o informaci, zda zadavatel požaduje doložení referenčních dodávek ke každému přístroji (ke všem osmi přístroji) tvořící předmět veřejné zakázky (část 20) nebo postačí



doložení pouze 3 referenčních dodávek a to na kterýkoliv přístroj tvořící předmět veřejné zakázky (část 20) v příslušném finančním objemu.“

Odpověď č. 06/2

Tak jak bylo již uvedeno v Informaci č.04/04

Zadavatel upozorňuje všechny dodavatele, na znění ustanovení čl. 8.1 Svazku č. 3 „Kvalifikační dokumentace“. V případě, že u samostatných částí uvedených v předmětném článku, které obsahují více přístrojů zadavatel vymezil ke každému takovému přístroji minimální úroveň finančního objemu každé jednotlivé zakázky má se za to, že dodavatel ve své nabídce prokáže kvalifikaci v tomto případě technickou kvalifikaci ke každému přístroji, který je součástí předmětné samostatné části. Tedy, že v posledních třech letech realizoval min. 3 zakázky, jejichž předmětem byla dodávka a uvedení do plného provozu alespoň jednoho přístroje, jehož technické parametry a charakteristiky byly obdobné technickým podmínkám stanoveným pro tento přístroj ve svazku č. 4 zadávací dokumentace a současně byl splněn jejich minimální finanční objem bez DPH u každého jednotlivého přístroje zadavatelem v tomto článku stanoveným.

U samostatné části č. 20 platí totéž, tedy pro každý přístroj této části předloží dodavatel v nabídce doklady o splnění technické kvalifikace v rozsahu a zadavatelem stanovených parametrech uvedených v čl. 8.1 kvalifikační dokumentace.

Otázka č. 06/3: Samostatná část č. 26 „Systém pro měření hemodynamiky invazivně“

v rámci veřejné zakázky "Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci - I. etapa" zadavatel v uveřejněném dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 03" upravuje v odpovědi č. 03/8.3 požadavek na zobrazované parametry tak, že jej z původního požadavku na zobrazení parametru ITBV rozšiřuje o zobrazení parametru GEDVa EVLW. Tímto dochází k diskriminaci výrobců systémů pro měření hemodynamiky, kteří dlouhodobě dodávají na světový (i český) trh přístroje, které zobrazují "pouze" parametr ITBV a přesto tak splňují požadavek na hodnocení klinického stavu pacienta.

Dotaz: Bude vzhledem k uvedeným skutečnostem akceptovat zadavatel nabídku dodavatele hemodynamického monitoru splňujícího veškeré ostatní technické požadavky a zobrazující "pouze" parametr ITBV, tak, jak bylo požádáno v původní zadávací dokumentaci zadavatele?

Odpověď č. 06/3

Monitorace a zobrazení parametrů ITBV, GEDV a EVLW je důležitá a nezbytná u pacientů s těžkým poškozením plic, tj. u pacientů s ARDS, ALI, s těžkou hypoxemií a je nutná pro řízení tekutinové terapie. Při zpracování odpovědi č. 03/08 ve věci uvedených parametrů zadavatel prověřil situaci na trhu a zjistil, že existuje více výrobců splňujících tyto parametry Systému pro měření hemodynamiky invazivně a proto zadavatel trvá na specifikaci uvedené pod bodem č. 03/08 ve Vysvětlení zadávací dokumentace označeném: VZD/06/18.

INFORMACE č. 06/4

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a konstatuje, že nedošlo k úpravě zadávacích podmínek a vysvětlení nemá vliv na zpracování nabídek či okruh možných dodavatelů. Z tohoto důvodu tedy nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Ve Vyškově, dne 14.2.2018

.....

Ing. Věra Seidlová
ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o.