



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 07

V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace		
IČ a DIČ:	00839205, není plátce DPH		
Sídlo zadavatele:	682 01 Vyškov, Purkyňova 36	CZ	
Zastoupený:	Ing. Věrou Seidlovou	ředitelkou nemocnice	
Tel:	+420 517 315 100	Fax:	+420 517 315 118
e-mail:	seidlova@nemvy.cz		
Kód NUTS:	CZ 064		
Kód obce zadavatele (ZÚJ):	592889		

Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

**„Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – I. etapa“
(dále také zakázka)**

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2017-025974

Označené: VZD/07/18

Jedná se o tyto informace:

Otázka č. 07/1: Samostatná část č. 18 „C rameno digitální“

Žádáme o upřesnění a potvrzení technické specifikace u části 18 C rameno digitální - pravděpodobně se část specifikace týká jiného přístroje a byla vložena omylem.

Odpověď č. 07/1

Zadavatel trvá na specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci pro tuto samostatnou část a nebude ji upravovat. Tato specifikace odpovídá obvyklé praxi a umožní účast více dodavatelům.

Otázka č. 07/2: Samostatná část č. 6 „EKG“

č. položky 6.1 – EKG 12 svodové: Trvá zadavatel na možnosti rozšíření až na 18 svodů? Domníváme se, že 16ti žilový kabel má pouze jediný dodavatel v České Republice. Bude zadavatel akceptovat 16ti svodové EKG, tedy 14ti žilový kabel?

Odpověď č. 07/2

Zadavatel trvá na stávajícím zadání, tj. na možnosti rozšíření až na 18 svodů. Dle informací zadavatele existuje na trhu více výrobců splňujících toto kritérium. Přístroj je určen na oddělení ARO kde je požadavek na zlepšení diagnostiky a možnosti terapie u pac. v kritickém stavu.

Otázka č. 07/3: Samostatná část č. 6 „EKG“

č. položky 6.2 – Defibrilátor + EKG + stimulace: Je možné mít k přístroji tiskárnu externí, jejíž cena bude samozřejmě započtena v cenové nabídce? Nebo zadavatel trvá bez výjimky na požadavku integrované tiskárny?

Odpověď č. 07/3

Zadavatel trvá na specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci pro tuto samostatnou část a nebude ji upravovat. Resuscitační tým oddělení ARO pro které je přístroj určen zajišťuje kardiopulmonální resuscitaci v celém areálu nemocnice. Tento tým vybíhá ze svého stanoviště na resuscitačním oddělení vybavený právě tímto přístrojem. Z uvedených důvodů mobility a jednoduchosti obsluhy je nutné mít v defibrilátoru integrovanou tiskárnu.



Otázka č. 07/4: Samostatná část č. 6 „EKG“

č. položky 6.4 – EKG Holter: Bude zadavatel akceptovat volbu vzorkovací frekvence mezi 250 a 1000 Hz v případě, že záznamník je schopen i s 250 vzorky/ s snímat nepřetržitě 7 denní záznam?

Odpověď č. 07/4

Zadavatel trvá na specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci pro tuto samostatnou část a nebude ji upravovat.

Otázka č. 07/5: Samostatná část č. 6 „EKG“

č. položky 6.5 Tlakový holter – 1 ks: Požaduje zadavatel 1 ks tlakového holteru, jako je uvedeno v nadpisu položky, nebo 3 ks jako je uvedeno dále v textu?

Odpověď č. 07/5

Zadavatel trvá na specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci pro tuto samostatnou část a nebude ji upravovat. Zadavatel požaduje 1 ks přístroje s vybavením a provedením (technickým i množstevním) dle technické specifikace uvedené pro tento přístroj v zadávací dokumentaci.

INFORMACE č. 07/6

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a konstatuje, že nedošlo k úpravě zadávacích podmínek a vysvětlení nemá vliv na zpracování nabídek či okruh možných dodavatelů. Z tohoto důvodu tedy nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Ve Vyškově, dne 21.2.2018

.....

Ing. Věra Seidlová
ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o.