



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 08

V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace		
IČ a DIČ:	00839205, není plátce DPH		
Sídlo zadavatele:	682 01 Vyškov, Purkyňova 36	CZ	
Zastoupený:	Ing. Věrou Seidlovou	ředitelkou nemocnice	
Tel:	+420 517 315 100	Fax:	+420 517 315 118
e-mail:	seidlova@nemvy.cz		
Kód NUTS:	CZ 064		
Kód obce zadavatele (ZÚJ):	592889		

Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

**„Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – I. etapa“  
(dále také zakázka)**

**Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2017-025974**

**Označené: VZD/08/18**

**Jedná se o tyto informace:**

### **Otázka č. 08/1: Samostatná část č. 6 „EKG“**

V zadávací dokumentaci svazek č. 3 - Kvalifikační dokumentace, odd. 7 – Technická kvalifikace, pro samostatnou část č.6 - EKG, zadavatel požaduje splnění kvalifikačního předpokladu doložením realizací minimálně 3 referenčních zakázek obdobné techniky v posledních třech letech. Dodávkou obdobného rozsahu se rozumí dodávka, jejímž předmětem byla dodávka elektrokardiografického přístroje nebo elektrokardiografických přístrojů ve finančním rozsahu min. 0,5 mil. Kč bez DPH. V případě kumulované dodávky více elektrokardiografických přístrojů se do stanoveného minimálního finančního rozsahu započítávají max. 2 ks elektrokardiografických přístrojů. Z výše uvedeného vyplývá, že cena 1ks EKG přístroje je min. 250 tis. Kč bez DPH. Průměrné ceny EKG přístrojů se na českém trhu pohybují v řádech desetitisíců. Proto požadovaný finanční limit prakticky není možné splnit.

Dotaz: Umožní zadavatel, aby pro splnění tohoto kvalifikačního kritéria uchazeč doložil 3 referenční zakázky elektrokardiografických přístrojů, každou ve finančním rozsahu min. 120 tis. Kč bez DPH? V případě kumulované dodávky více elektrokardiografických přístrojů se do stanoveného minimálního finančního rozsahu započítávají max. 3 ks elektrokardiografických přístrojů.

### **Odpověď č. 08/1**

Zadavatel tímto mění ustanovení znění ustanovení čl. 8.1 Svazku č. 3 „Kvalifikační dokumentace“ pro samostatnou část č. 6 a nahrazuje ho tímto novým zněním:

**Vymezení minimální úrovně tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79, odst. 2, písm. b) zákona odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:**

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních třech letech realizoval min. 3 zakázky, jejichž předmětem byla dodávka a uvedení do plného provozu alespoň jednoho přístroje, jehož technické parametry a charakteristiky byly obdobné technickým podmínkám stanoveným pro tento přístroj ve svazku č. 4 zadávací dokumentace a současně Minimální finanční objem bez DPH každé z nich musí činit:

#### **– Pro samostatnou část číslo:6:**

Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí:

- dodávka, jejímž předmětem byla dodávka elektrokardiografického přístroje nebo elektrokardiografických přístrojů ve finančním rozsahu min. 0,1 mil. Kč bez DPH. V případě kumulované dodávky více elektrokardiografických přístrojů se do stanoveného minimálního finančního rozsahu započítávají max. 2 ks elektrokardiografických přístrojů.



**Otázka č. 08/2: Samostatná část č. 6 „EKG“**

V zadávací dokumentaci, svazek 4 – Požadované technické parametry přístrojů, část 6, položka 6.1. EKG 12-svodové, 1ks je minimální požadavek na technickou specifikaci pořizovaného přístroje: - Interní paměť na min. 2000 záznamů. V běžné praxi se takováto kapacita interní paměti nevyužívá, procházení 2000 záznamů přímo v přístroji se uživatelsky jeví jako velmi nepraktické. Lékař přenáší záznamy do PC pomocí USB nebo SD karty.

Dotaz: Umožní zadavatel nabídnout přístroj s interní pamětí pro 1000 záznamů?

**Odpověď č. 08/2**

Zadavatel tímto mění uvedený požadavek. Upravená technická specifikace položky č. 6.1 části č. 6 tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu – Revize č.3. Ostatní ustanovení Svazku č.4. Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

**INFORMACE č. 08/3 O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Zadavatel v důsledku poskytnutého vysvětlení rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s § 99 zákona. Zadavatel proto upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

- nové znění bodu IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast: Datum: **27. 3. 2018** Místní čas: **10:00 hodin**
- nové znění bodu IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek: Datum: **27.3.2018** Místní čas: **10:00 hodin**

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie (TED).

**Přílohy:**

č. 1 – Požadované technické parametry část č. 6 č. položky 6.1 – Revize č. 3 – Svazek č. 4

Ve Vyškově, dne 23.2.2018

.....

Ing. Věra Seidlová  
ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o.

**Část. č. 6 EKG****č. položky 6.1 - EKG 12 svodové – 1 ks****Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:**

- 12- ti kanálové 12-ti svodové EKG s možností rozšíření až na 18 svodů,
- Tiskové kanály: 3/6/12,
- 15" barevný dotykový displej s vysokým rozlišením,
- Automatické výpočty a interpretace,
- Uživatelsky nastavitelné ovládací menu,
- Možnost spuštění měření EKG z patientského kabelu,
- Vzorkovací frekvence alespoň 16 000 Hz,
- Rozsah přenášeného pásma 0,01-300Hz,
- Voděodolná alfanumerická klávesnice,
- Interní paměť na min 1000 záznamů,
- Záznamový papír šíře 210 mm,
- Rychlost posuvu papíru 5; 6,25; 10; 12,5; 25; 50 mm/s,
- Citlivost zápisu 2,5; 5; 10; 20; 10/5 mm/mV; AGC,
- Hmotnost: max 9,5 kg bez baterie,
- Napájení: AC: 240 V, 60 Hz/DC: Baterie na min 3,5h provozu,
- Součástí příslušenství dodaného přístroje musí být:
  - pojízdný stojan pro EKD
  - rameno k EKG stojanu

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36 měsíců

v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů)

Frekvence BTK za rok

**Obchodní a typový název přístroje:**