



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
IČ a DIČ: 00839205, není plátce DPH
Sídlo zadavatele: 682 01 Vyškov, Purkyňova 36 CZ
Zastoupený: Ing. Věrou Seidlovou ředitelkou nemocnice
Tel: +420 517 315 100 Fax: +420 517 315 118
e-mail: seidlova@nemvy.cz
Kód NUTS: CZ 064
Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889

Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

**„Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – I. etapa“
(dále také zakázka)**

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2017-025974

Označené: VZD/10/18

Jedná se o tyto informace:

Otázka č. 10/1: Samostatná část č. 22 „Myčka endoskopů - dvoukomorová“

Měl bych prosím dotaz k technickým parametrům veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – I. etapa“ část č.22 Myčka endoskopů – dvoukomorová.

V zadávací dokumentaci se uvádí: - Způsob mytí a dezinfekce: PA / Peracetic Acid/ nebo GA /Glutaraldehyd/

Dotaz:

To znamená, že zadavatel akceptuje mytí a dezinfekci buď pomocí PA (peracetic acid) nebo pomocí GA (glutaraldehyd)? Nebo je to míněno, že dezinfektor musí zvládat s případným přenastavením mytí a dezinfekci jak pomocí PA, tak pomocí GA? Pokud by bylo možné jen mytí pomocí PA (peracetic acid), tak pak nejsou relevantní další uváděné podmínky týkající se termo-dezinfekce, protože dezinfekce pomocí PA je tzv. „studená“ dezinfekce (chemikálie se nezahřívá). Je dobré podotknout, že dezinfekce pomocí PA je účinnější a daleko méně zdraví škodlivá pro obsluhující personál.

Odpověď č. 10/1

Zadavatel trvá na požadavku uvedeném v zadávací dokumentaci, - zadavatel požaduje, aby přístroj umožňoval využití obou způsobů mytí a dezinfekce PA / Peracetic Acid/ nebo GA /Glutaraldehyd/.

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a konstatuje, že nedošlo k úpravě zadávacích podmínek a vysvětlení nemá vliv na zpracování nabídek či okruh možných dodavatelů. Z tohoto důvodu tedy nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Dne 16.3.2018 vypršela lhůta pro písemné podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na předmětnou zakázku.

Ve Vyškově, dne 20.3.2018

.....

Ing. Věra Seidlová
ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o.