

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky

na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“)

s názvem

Inkubátor mladých vědců_dodávky vybavení laboratoří

Zadavatel:

**Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
Vranovská 1364/65, 614 00 Brno - Husovice
IČ: 62157264**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

V požadavcích k minimální technické specifikaci pro část 3, FTIR spektrometr v položce 2 uvádíte mezi dalšími požadavky ATR nástavec a vláknovou optiku. Zcela nerozumím pojmu vláknová optika, mohli byste prosí vaše požadavky upřesnit? U ATR definováno jaký krystal by ATR mělo mít. Předpokládám, že toto zařízení bude stabilně umístěno v laboratoři a tedy požadujete diamantový krystal, který je pro výukové účely nejlepší (tvrdost, odolnost).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Dotaz již byl zodpovězen v Souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 28. 3. 2018, ve kterém zadavatel specifikoval požadavky na ATR nástavec a vláknovou optiku.

V Brně, dne 16. 4. 2018

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele