



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 02

V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace  
IČ a DIČ: 00839205, není plátce DPH  
Sídlo zadavatele: 682 01 Vyškov, Purkyňova 36 CZ  
Zastoupený: Ing. Věrou Seidlovou ředitelkou nemocnice  
Tel: +420 517 315 100 Fax: +420 517 315 118  
e-mail: seidlova@nemvy.cz  
Kód NUTS: CZ 064  
Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889

Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

### „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – II. etapa“ (dále také zakázka)

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2018-003099

Označené: VZDII/02/18

Jedná se o tyto informace:

#### Otázka č. 02/1: část č. 7 „Hematologický analyzátor“

Bude zadavatel akceptovat náběr krve ze zkumavky do 90 (88) µl v otevřeném i uzavřeném módu, když pro případ velmi nízkého náběru analyzátor současně umožňuje zpracování odebrané kapilární krve?

V praxi a denním provozu laboratoře a současně při správném náběru krve od pacientů do odběrových zkumavek, dle SLP, je tento objem náběru analyzátoru naprosto vyhovující a to i u novorozenců.

#### Odpověď č. 02/1

Zadavatel bude za žadatelem uvedených podmínek akceptovat náběr krve ze zkumavky do 90 (88) µl v otevřeném i uzavřeném módu.

#### Otázka č. 02/2 část č. 8 „Šokový zmrazovač plasmy“

Část 8 šokový zmrazovač. Prosíme informaci zda budete akceptovat rozměry šokového zmrazovače (v x š x h) 1500 x 1400 x 770 mm (+/-10%)?

#### Odpověď č. 02/2

Zadavatel bude akceptovat i tento rozměr přístroje.

#### Otázka č. 02/3 část č. 22 „Motomed“

V zadávací dokumentaci uvádíte, že požadujete přístroj: Motorem poháněný léčebný pohybový přístroj k mechanoterapii osob se sníženou schopností chůze a osobám dlouhodobě upoutaných na lůžko – k uvolňování hybnosti horních i dolních končetin – pro ambulantní provoz.

Máte tedy zájem o motomed do lůžka a nebo motomed, který stojí samostatně a pacient cvičí na židli? Technické specifikace odpovídají spíše motomedu, který stojí samostatně.

#### Odpověď č. 02/3

Zadavatel požaduje přístroj, který stojí samostatně a pacient cvičí na židli.

#### INFORMACE č. 02/4

Zadavatel v důsledku poskytnutého vysvětlení rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s § 99 zákona. Zadavatel proto upravuje Oznamení o zahájení zadávacího řízení (Oznamení o zakázce) následovně:

- nové znění bodu IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast: Datum: **10.5. 2018** Místní čas: **10:00 hodin**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- nové znění bodu IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek: Datum: **10.5. 2018** Místní čas: **10:00 hodin**  
Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno  
ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie (TED).

Ve Vyškově, dne 16.4.2018

.....

Ing. Věra Seidlová  
ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o.