



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 04

V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
IČ a DIČ: 00839205, není plátce DPH
Sídlo zadavatele: 682 01 Vyškov, Purkyňova 36 CZ
Zastoupený: Ing. Věrou Seidlovou ředitelkou nemocnice
Tel: +420 517 315 100 Fax: +420 517 315 118
e-mail: seidlova@nemvy.cz
Kód NUTS: CZ 064
Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889

Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

**„Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – II. etapa“
(dále také zakázka)**

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2018-003099

Označené: VZDII/04/18

Jedná se o tyto informace:

Otázka č. 04/1: Část 7 „Hematologický analyzátor“

Bude zadavatel akceptovat rozměry přístroje (v x š x h) 840mm x 520mm x 680mm?

Odpověď č. 04/1

Zadavatel bude akceptovat i tento rozměr přístroje.

Otázka č. 04/2: část č. 16 Velkokapacitní centrifuga – min. 56 zkumavek

V minimálních požadavcích na technickou specifikaci pořizovaného přístroje je mimo jiné uvedeno: „krytování adaptorů s „biocontainment“ certifikátem. Dle dostupných informací toto označení používá určitý výrobce a dle popisu na jeho webových stránkách se jedná o krytování buketů. Námi nabízená centrifuga má Aerosol-těsná víka, které tento požadavek také splňují. Bude zadavatel splnění tohoto požadavku námi nabízeným řešením?

Odpověď č. 04/2

Ano, zadavatel bude akceptovat i jiné zakrytování adaptorů Aerosol těsným víkem.

Otázka č. 04/3: část č. 16 Velkokapacitní centrifuga – min. 56 zkumavek

V minimálních požadavcích na technickou specifikaci pořizovaného přístroje je mimo jiné uvedeno: „výkon: výkyvný rotor min. 5500 ot./min (5500 x g)“. Námi nabízený výkyvný rotor má výkon 4000 ot./min (3220 x g). Bude zadavatel akceptovat rotor s těmito parametry v případě splnění všech ostatních technických parametrů a medicínského účelu?

Odpověď č. 04/3

Ano, zadavatel bude akceptovat i výkon výkyvného motoru 4000 ot./min (3220 x g).

INFORMACE č. 04/4

Zadavatel v důsledku poskytnutého vysvětlení rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s § 99 zákona. Zadavatel proto upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

- nové znění bodu IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast: Datum: **18.5. 2018** Místní čas: **10:00 hodin**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- nové znění bodu IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek: Datum: **18.5. 2018** Místní čas: **10:00 hodin**
Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno
ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie (TED).

Ve Vyškově, dne 27.4.2018

.....

Ing. Věra Seidlová
ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o.