

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Kyjov – pořízení přístrojového vybavení pro lékařskou mikrobiologii a laboratorní diagnostiku
Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2018-011651
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo:	Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČO:	00226912
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení

Na základě žádosti dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Jaká je frekvence kontrol a kalibrací u jednotlivých testů. Tato informace bude velmi důležitá pro adekvátní porovnání všech potenciálních nabídek a zároveň pro relevantní posouzení každé jednotlivé nabídky vůči reálné spotřebě.

Tento dotaz vychází z podstaty, že existuje určité doporučení odborné hematologické společnosti, jakým způsobem se má provádět toto stanovování, kterým se při kalkulaci právě řídíme, avšak daleko přínosnější by bylo mít tyto informace potvrzené přímo od nemocnice, respektive hematologické laboratoře.

ODPOVĚĎ 1

Frekvenci provádění kontrol uvažujte dle doporučení ČHS JEP pro interní kontrolu kvality v návaznosti na ISO 15189/2013. Co se týče kalibrací, uvažujte 40 kalibrací každý rok u metod, které kalibraci vyžadují.

INFORMACE 1

Z důvodu doplnění zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

Bod IV.2.2) nově Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: **29. 5. 2018** Čas: **11:00 hodin**

Bod IV.2.7) nově Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: **29. 5. 2018** Čas: **11:01 hodin**

Výše uvedená lhůta pro doručení nabídek a podmínky pro otevírání obálek **platí shodně pro všechny části veřejné zakázky.**

Oprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU.