

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 3

|                                  |                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:           | Nemocnice Kyjov – pořízení přístrojového vybavení pro lékařskou mikrobiologii a laboratorní diagnostiku |
| Evidenční číslo veřejné zakázky: | Z2018-011651                                                                                            |
| Identifikační údaje o zadavateli |                                                                                                         |
| Název:                           | Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace                                                                 |
| Sídlo:                           | Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov                                                                        |
| IČO:                             | 00226912                                                                                                |
| Veřejná zakázka podle předmětu:  | Veřejná zakázka na dodávky                                                                              |
| Forma zadávacího řízení:         | Otevřené nadlimitní řízení                                                                              |

Na základě žádosti dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

### DOTAZ 1

V Příloze 1 Návrhu kupní smlouvy pro část 2 - „Technická specifikace - automatický koagulometr“, je ve Specifikaci přístroje požadavek na „Automatický podavač vzorků jako součást systému“. Bude zadavatel akceptovat alternativní a pro požadovaný laboratorně-diagnostický účel zcela dostačující řešení, kdy automatický podavač není součástí systému, protože není potřeba - vzorky se vkládají do pevně umístěných pozic v analyzátoru, kterých je dostatek a management vzorků je tak dostatečně flexibilní. Navíc tím odpadá i nutnost následného hledání či opětovného vkládání vzorků při nutnosti měření dalších metod nebo opakovaného měření.

### ODPOVĚĎ 1

Popsaný systém podavače vzorků je akceptabilní (neovlivní negativně provoz).

### INFORMACE 1

Z důvodu doplnění zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

Bod IV.2.2) nově      Lhůta pro doručení nabídek:  
Datum: **18. 6. 2018**    Čas: **11:00 hodin**

Bod IV.2.7) nově      Podmínky pro otevírání nabídek:  
Datum: **18. 6. 2018**    Čas: **11:01 hodin**

Výše uvedená lhůta pro doručení nabídek a podmínky pro otevírání obálek **platí shodně pro všechny části veřejné zakázky.**

Oprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU.