

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 5

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671

IČ: 25532843 | DIČ: CZ25532843

Evidenční číslo veřejné zakázky:
Identifikační údaje o zadavateli

Název:

Sídlo:

IČO:

Veřejná zakázka podle předmětu:
Forma zadávacího řízení:**Nemocnice Kyjov – pořízení přístrojového vybavení pro
lékařskou mikrobiologii a laboratorní diagnostiku**
Z2018-011651Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
00226912Veřejná zakázka na dodávky
Otevřené nadlimitní řízení

Na základě žádosti dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

INFORMACE 1**Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení předává dodavatelům soubor Svazek 3 část 2
příloha 3 - Stanovení ceny za reagentie a spotřební materiál (koagulometr)-****revize2.xlsx, který dodavatelé povinně použijí pro zpracování nabídky.** V této revizi byl dopřesněn druh vyšetření PT (INR) a opraven předpokládaný počet kontrol za 12 měsíců Protein S abnormal na 30. Upravované buňky jsou podbarveny zeleně.**DOTAZ 1**

Naše dotazy, které se týkají tabulky „Stanovení ceny za reagentie a spotřební materiál (koagulometr)“, zní následovně:

- 1) Stanovení APTT, Fibrinogen, Faktor VIII, Protein C, APC-rezistence Antitrombin, antiXa a Lupus antikoagulans jsou stanovení, pro která je nutno použít více reagentií a to roztok kalciumchloridu (pro APTT, FVIII a APC-rezistenci), diluční pufr (pro Fibrinogen, Antitrombin, AntiXa, Protein C, FVIII), APTT reagentii (pro FVIII) a stanovení Lupus antikoagulans se skládá ze dvou testů (screening a konfirmace). Pro korektní výpočet nabídkové ceny je nutno tyto položky zařadit do tabulky. Prosíme o úpravu tabulky odpovídajícím způsobem.
- 2) U kontrol pro protein S je diskrepance v počtu normálních kontrol (30 kontrol/rok) a patologických kontrol (300 kontrol/rok). Domníváme se, že se jedná o překlep. Prosíme o opravu.
- 3) Pro korektní výpočet kalibrace u PT prosíme o informaci, zda je požadována kalibrace PT v % normy nebo je dostačující jen PT INR.
- 4) U promývacích roztoků záleží na délce sérií, četnosti promývání a skladbě testů. Toto vše ovlivňuje spotřebu promývacích roztoků. Bude dostačující uvést počet balení promývacích roztoků za rok?

ODPOVĚĎ 1

- Ad1) V takovém případě si dodavatelé v tabulce řádek s vyšetřením, kde je potřeba více reagentií, nakopírují, kolikrát potřebují dle počtu potřebných reagentií.
- Ad2) Ano jedná se o překlep. Správné číslo Protein S abnormal je 30. Ve Svazek 3 část 2 příloha 3 - Stanovení ceny za reagentie a spotřební materiál (koagulometr)-revize2.xlsx opraveno.
- Ad3) PT je požadováno, jak je doporučeno ČHS v INR, PT čase a PT ratio.
- Ad4) Ano. V tabulce promývací roztoky dodavatelé tedy nemusí vyplňovat sloupce „Předpokládaný počet promytí za 12 měsíců“ a „Počet promytí v balení“. Ostatní sloupce tabulky vyplněné být musí. Avšak pokud dodavatelé nebudou vyplňovat sloupec „Počet promytí v balení“ v tom případě **dodavatelé musí specifikovat** ve sloupci „Název promývacího roztoku“ kromě názvu promývacího roztoku **i velikost nabízeného balení**.

Příloha:

Svazek 3 část 2 příloha 3 - Stanovení ceny za reagentie a spotřební materiál (koagulometr)-revize2.xlsx