

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 01

V souladu s ustanovením § 49 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
IČ a DIČ: 00839205, není plátce DPH
Sídlo zadavatele: 682 01 Vyškov, Purkyňova 36 CZ
Zastoupený: Ing. Věrou Seidlovou ředitelkou nemocnice
Tel: +420 517 315 100 Fax: +420 517 315 118
e-mail: seidlova@nemvy.cz
Kód NUTS: CZ 064
Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889

Kontaktní osoba zadavatele: co-eo s.r.o. Milan Pavlun
Tel: 603 251 031; Tel/fax: 517 330 292;
e-mail: pavlunmilan@centrum.cz
Sídlo kontaktní osoby: Závodí 233/16, 682 01 Vyškov CZ

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:
„Nemocnice Vyškov - Vybavení iktového centra“ (dále také zakázka).
označené

DI/01/13 – část č. 6 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky

Jedná se o tyto dodatečné informace:

Otázka č. 01/1:

V rámci veřejné zakázky s názvem „Nemocnice Vyškov - Vybavení iktového centra“ je v zadávací dokumentaci, část č. 9 - Monitorovací systém pro monitoring vitálních funkcí uveden požadavek na nejméně 4-kanálovou elektroencefalografii (4-ch EEG) AEP (Auditory Evoked Potentials) stejným modulem.

AEP (Auditory Evoked Potentials) může u patientských monitorů vitálních funkcí nabídnout pouze jediný výrobce - General Electric (v ČR výhradně zastoupený firmou HOSPIMED s navazujícími společnostmi - HOYER Praha, Medisap a Technicare). Uvedený parametr by proto mohl být brán jako diskriminační vyřazující ostatní uchazeče o veřejnou zakázku.

Dotaz:

umožní zadavatel řešení 4-kanálové elektroencefalografie (4-ch EEG - Delta, Theta, Alpha, Beta) bez nutnosti AEP (Auditory Evoked Potentials)? AEP představuje klinicky nevýznamný rozdíl od arbitrárního zadání, který nepředstavuje relevantní odchylku od medicinského účelu přístroje

Odpověď: č. 01/1

Zadavatel v návaznosti na nediskriminaci účastníků VZ upravuje zadávací dokumentaci a umožňuje účastníkům nabídnout měření AEP i externím zařízením, trvá však na tom, aby veškeré hodnoty měření AEP byly viditelné jak na monitoru vitálních funkcí, tak na centrálním monitoru.

Klinické zdůvodnění měření AEP:

(AEP) Auditivní- evokované potenciály:

Jsou užitečné a přínosné při postižení kmene :- při ložiskové lézi (CMP, tumor) a zejména při určení hloubky poruchy vědomí (hlavně u pacientů, kteří musí být farmakologicky tlumeni), eventuálně při podpoře úvah o mozkové smrti.

Teprve, když jsou i tyto auditivní evokované potenciály nevybavné, pak má význam pokračovat v předepsaném algoritmu určení smrti mozku (t.j. invazivní výkon, který je zatěžující a ekonomicky náročný, např. mozková angiografie..)

Pro úplnost uvádíme, že zadávací dokumentace, včetně obchodních podmínek, byla schvalována revizní komisí Ministerstva Zdravotnictví ČR, přičemž k obsahu dokumentů nebyly shledány žádné připomínky.

Informace č. 01/2:

Změna termínu pro podání nabídek a termínu otevírání obálek

Vzhledem k tomu, že zadavatel provedl úpravu zadávacích podmínek, rozhodl se v souladu s ustanovením § 40 zákona, prodloužit lhůtu pro podání nabídek a změnit termín pro otevírání obálek.

Zadavatel tímto ruší články č. **X. Lhůta a místo pro podání nabídky** a č. **XI. Místo a doba otevírání obálek** uvedených v části č. 1 zadávací dokumentace a nahrazuje je tímto novým zněním:

X. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem stanovena do 16.9.2013, do 08:00 hod.

Nabídky mohou být zaslány poštou na adresu zadavatele nebo mohou být osobně doručeny v tištěné podobě na podatelnu v sídle zadavatele Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 36, 682 01 Vyškov, CZ.

Na každou samostatnou část předmětné veřejné zakázky musí být nabídka podána v jedné - samostatné, uzavřené a neporušené obálce či jiném vhodném obalu. Obálka či jiný obal musí být označena plným názvem a sídlem uchazeče a dále názvem zadavatele „Nemocnice Vyškov, p. o.“, dále je nutno uvést „Neotvírat“ a název veřejné zakázky - „**Nemocnice Vyškov - Vybavení iktového centra**“ **Na obálce musí být zřetelně uvedeno označení té samostatné části na kterou je nabídka podávána.**

XI. Místo a doba otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 16.9.2013, do 08:00 hod v kanceláři ředitele Nemocnice Vyškov, p.o. na adrese Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 36, 682 01 Vyškov, CZ.

Otevírání obálek se uskuteční za účasti uchazečů o veřejnou zakázku, kteří podali nabídku, mají-li zájem se otevírání obálek zúčastnit. Za uchazeče se zúčastní nejvýše jeden zástupce, který prokáže příslušnost k uchazeči dokladem totožnosti a vizitkou, případně plnou mocí.

Při otevírání obálek budou kontrolovány náležitosti dle § 71 odst. 9 zákona, tedy zda je nabídka zpracovaná v požadovaném jazyku a zda je návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou. Komise přítomným uchazečům sdělí rovněž informaci o nabídkové ceně a informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím.

Ve Vyškově 29.7.2013

.....
Ing. Věra Seidlová
Ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o.