



Zadávací dokumentace veřejné zakázky

„Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“

Zadávací dokumentace obsahuje:

- | | |
|---|-------------|
| • Podmínky zadávacího řízení | Svazek č. 1 |
| • Krycí list nabídky | Svazek č. 2 |
| • Kvalifikační dokumentace | Svazek č. 3 |
| • Požadované technické parametry přístrojů | Svazek č. 4 |
| • Obchodní podmínky | Svazek č. 5 |
| • Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (v případě že budou vydány) | |

Svazky č. 1 – 5 Zadávací dokumentace jsou zveřejněny v elektronické podobě na profilu zadavatele

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html

Obsah zadávací dokumentace (zadávací podmínky) tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky.

Tato Zadávací dokumentace pro zakázku

„Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ je zpracována na podkladě dokumentace k projektu „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci“ reg. č. (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001469), který je realizován v rámci Integrovaného operačního programu a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro zpracování a podání nabídek do otevřeného řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky, a spolu se všemi svými částmi představuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících, zejména předmět veřejné zakázky a požadavky na prokázání splnění kvalifikace účastníků.

Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí ZZVZ.

Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení přijímá a akceptuje účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně případných dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Zadavatel předpokládá, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud účastník neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může tato skutečnost mít za důsledek vyloučení účastníka zadávacího řízení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada bude znamenat vyloučení účastníka zadávacího řízení.

V souladu s ustanovením § 37 zákona, stanovil zadavatel podmínky účasti v předmětném zadávacím řízení, které jsou uvedeny v jednotlivých svazcích zadávací dokumentace. Tyto podmínky vymezují charakteristiky a požadavky dodavatele předmětné zakázky (podmínky kvalifikace), obchodní podmínky a technické parametry a požadavky na dodávky jednotlivých přístrojů, které jsou předmětem veřejné zakázky.

Ve svazku č. 4 zadávací dokumentace jsou vymezené charakteristiky a požadavky zadavatele na poptávané zboží stejně jako hodnoty uvedené u těchto požadavků a jsou zadavatelem stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zboží, které bude nabízet i jiné než uvedené funkcionality, resp. lepší parametry a vlastnosti u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Ve Vyškově, dne 28.6.2018

.....
Ing. Věra Seidlová
ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o.



Svazek č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Podmínky zadávacího řízení

Svazek č. 1 – Zadávací dokumentace Podmínky zadávacího řízení

Obsah podmínek zadávacího řízení:

- I. Údaje o zahájení zadávacího řízení
- II. Údaje o zadavateli
- III. Předmět veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky
- IV. Zadávací lhůta
- V. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
- VI. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
- VII. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
- VIII. Hodnocení nabídek
- IX. Lhůta a místo pro podání nabídek
- X. Místo a doba otevírání obálek
- XI. Ostatní práva, požadavky a podmínky zadavatele

I. Údaje o zahájení zadávacího řízení

Název veřejné zakázky: **„Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“** (dále také zakázka).

Druh veřejné zakázky: Dodávky Nadlimitní veřejná zakázka.

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému – Věstníku veřejných zakázek podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. Údaje o zadavateli

Název zadavatele: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

IČ a DIČ: 00839205, není plátce DPH

Sídlo zadavatele: 682 01 Vyškov, Purkyňova 36 CZ

Zastoupený: Ing. Věrou Seidlovou ředitelkou nemocnice

Tel: +420 517 315 100 Fax: +420 517 315 118

e-mail: seidlova@nemvy.cz

Kód NUTS: CZ 064

Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889

Kontaktní osoba: Milan Pavlun

Tel: 603 251 031

e-mail: pavlunmilan@centrum.cz

Identifikační údaje osoby podílející se na vypracování zadávací dokumentace

PAVLUN s.r.o. zastoupená Milanem Pavlunem

Tel: 603 251 031;

e-mail: pavlunmilan@centrum.cz



Svazek č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Podmínky zadávacího řízení

Sídlo: Pivovarská 513/5c, 682 01 Vyškov CZ

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem se řídí příslušnými ustanoveními § 211 zákona.

III. Předmět veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je plnění:

Dodávka nových zdravotnických přístrojů včetně montáže, uvedení dodaných zařízení do provozu, instalace a potřebné instruktáže k návodu k použití (dále také zboží).

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV): 33100000-1

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY ČINÍ CELKEM: 1 823 670,- Kč bez DPH

Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části ve smyslu ustanovení § 101 zákona:

Označení samostatné části veřejné zakázky	Název samostatných částí předmětu zakázky	CPV	Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky v Kč bez DPH	Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky v Kč včetně DPH
1	Vyhřívané lůžko pro kojence	33192120-9	231 093,00	279 623,00
2	Hygiena pacientů	33190000-8	129 188,00	156 317,00
3	Inkubátory	33152000-0	729 279,00	882 428,00
4	Bedside analyzátor	38434000-6	260 736,00	315 490,00
5	Urodynamika	33125000-2	250 000,00	302 500,00
6	Laboratorní sušárna	38000000-5	51 109,92	61 843,00
7	Středněkapacitní centrifuga - min. 20 zkumavek	42931110-5	97 222,31	117 639,00
8	Chodítko pro dospělé	33196200-2	75 041,32	90 800,00
Celkem			1 823 670,- Kč	2 206 640,-Kč

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena na základě průzkumu trhu provedeného na jednotlivé přístroje – překročení předpokládané ceny v nabídce podané účastníkem nebude ze strany zadavatele důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení všech podaných nabídek.

Podrobné vymezení jednotlivých samostatných částí veřejné zakázky je uvedeno ve svazku č. 4 této Zadávací dokumentace – **Požadované technické parametry přístrojů**, kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení zakázky. Každá ze samostatných částí veřejné zakázky bude hodnocena samostatně. Účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) je oprávněn podat **nabídku na jednu, více, nebo všechny části veřejné zakázky**. Veškeré podmínky uvedené v zadávací dokumentaci (ZD) se vztahují na každou z výše uvedených částí, pokud není stanoveno v ZD jinak.

Všechny části předmětu plnění musí:

- odpovídat všem požadavkům stanoveným pro zdravotnické prostředky zejména v zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- splňovat parametry požadované pro jednotlivé části veřejné zakázky, které jsou uvedeny v technické specifikaci, která tvoří svazek č. 4 zadávací dokumentace.



Svazek č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Podmínky zadávacího řízení

PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Předmětem této veřejné zakázky je dodání (ve svazku č. 4 této Zadávací dokumentace – **Požadované technické parametry přístrojů**) blíže specifikovaných zdravotnických přístrojů a dalšího vybavení (dále také jako „zboží“) a jejich uvedení do plného provozu. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění služeb spočívajících v instalaci, příp. montáži či implementaci zboží, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny.

Zboží musí být nové a plně funkční. Za nové zboží zadavatel nepovažuje zejména zboží použité, repasované či zboží využité pro výstavní, prezentační či jiné reklamní účely (tzv. „demo“ přístroje).

Služby spočívající v instalaci zboží zahrnují jeho usazení v místě plnění a napojení na zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky (je-li funkce pořizovaného zboží podmíněna takovým připojením).

Služby spočívající v montáži zahrnují zejména ustavení, sestavení a propojení pořizovaného zboží.

Služby spočívající v implementaci zboží zahrnují zejména procesy uskutečňování teoretických analýz a plánovaných postupů za účelem uvedení zboží do plného provozu.

Služby spočívající v uvedení pořizovaného zboží do plného provozu zahrnují jeho odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně jeho seřízení, předvedení plné funkčnosti, provedení zkušebního provozu, zajištění instruktáže dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro jeho obsluhu, obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zboží do plného provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby zboží mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel.

Součástí předmětu zakázky je také:

- kompletní příslušenství včetně montáže, uvedení zařízení do provozu, instalace a instruktáže obsluhy včetně zajištění dopravy do místa určení, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, poskytování bezplatného záručního servisu včetně bezplatného provádění periodických bezpečnostně technických kontrol, provádění preventivních prohlídek, záručních oprav a poskytování všech potřebných náhradních dílů a potřebného spotřebního materiálu, likvidace obalů a odpadu.
- předání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD (ve formátu *.doc. Nebo *.pdf),
- prohlášení o shodě dle zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů č. 22/1997 Sb.,
- příslušné dokumentace dle zákona 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích.
- provedení instruktáže obsluhy po dobu záruky zdarma,
- garance dostupnosti náhradních dílů po dobu 10 let od instalace přístroje.

Součástí dodávky musí být:

- návod na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD,



Svazek č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Podmínky zadávacího řízení

- prohlášení o shodě, příslušná dokumentace dle zákona 268/2014Sb., o zdravotnických prostředcích,
- prohlášení o třídě míry rizika, kterou představuje použití zdravotnického prostředku pro uživatele, popřípadě pro jinou fyzickou osobu, dle § 7 Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo plnění předmětné veřejné zakázky: Sídlo zadavatele

Doba plnění předmětné veřejné zakázky 60 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy

IV. Zadávací lhůta

Zadavatel zadávací lhůtu nestanovuje.

V. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek je možno doručit písemně (e-mail, pošta), kontaktní osoba: PAVLUN s.r.o. Milan Pavlun Tel: 603 251 031; e-mail: pavlunmilan@centrum.cz.

Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti dodavatele.

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

VI. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

a) Požadavek na formální úpravu a strukturu nabídky

- Nabídka bude předložena:
 - v originále v písemné formě.
 - V kopii v elektronické formě na vhodném médiu (CD), v českém jazyce (nejedná se o podání nabídky v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, ale součást listinné nabídky)– označenou „KOPIE“.



Svazek č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Podmínky zadávacího řízení

- Kopie nabídky bude sloužit zadavateli pro efektivní posouzení a hodnocení nabídek. V případě rozporů mezi jednotlivými vyhotoveními nabídky se považuje za rozhodný text originálního vyhotovení nabídky. V elektronické podobě nabídky, budou všechny dokumenty a části nabídky uloženy ve formátu *.pdf. Nabídka bude předložena na elektronickém nosiči, např. CD, DVD. CD bude obsahovat naskenované dokumenty, návrh smlouvy bude poskytnut i ve formátu *.doc.
- Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh (prospekty a obdobné materiály nevyjímaje), bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. V případě vazby nabídky v kroužkovém pořadači či kroužkové vazbě bude dále zabezpečena proti nakládání s jednotlivými listy pomocí provázku a pečeti nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně razítkem účastníka.
- Dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část veřejné zakázky. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- Zadavatel neumožňuje podání nabídky v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje.

b) Požadavek na obsah nabídky – požadovaný seznam předkládaných dokumentů pro každou samostatnou část předmětu veřejné zakázky:

(Na každou samostatnou část předmětu zakázky veřejné musí být zpracována samostatná nabídka v samostatné obálce splňující veškeré zadavatelem stanovené podmínky pro podání nabídky).

Nabídka musí obsahovat:

- Vyplněný svazek č. 2 zadávací dokumentace - **Krycí list nabídky**.
- **Prokázání požadované kvalifikace dodavatele** uvedené ve svazku č. 3 zadávací dokumentace.
- **Návrh kupní smlouvy a její přílohy** zpracovanou dle zadavatelem stanovených obchodních podmínek.
 - o Obchodní podmínky včetně dodacích, platebních, záručních a sankčních podmínek jsou uvedeny v návrhu obchodních podmínek zpracovaném zadavatelem, který tvoří svazek č. 5 zadávací dokumentace.
Do návrhu obchodních podmínek účastník zadávacího řízení pouze doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy, jejíž součástí bude i příloha č.1 vyplněná a podepsaná předloha technická specifikace nabízeného zboží včetně technického listu nabízeného zboží, která tvoří svazek č. 4 zadávací dokumentace. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky účastníka zadávacího řízení. Pokud zastupuje účastníka zadávacího řízení jiná osoba odlišná od osoby oprávněné k zastupování, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k zastupování.

c) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny



Svazek č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Podmínky zadávacího řízení

- Nabídková cena uvedená v nabídce musí být uvedena v českých korunách, v členění bez DPH, včetně DPH a s uvedením sazby DPH platné ke dni podání nabídky.
- Nabídková Cena musí být stanovena jako konečná a nepřekročitelná a musí zahrnovat veškeré náklady, rizika, zisk a finanční vlivy (např. inflace) za celý předmět příslušné samostatné části veřejné zakázky stanovený v bodu č. III.
- Jedná se o cenu základní v Kč, clo, dopravu do místa určení, instalaci, uvedení do provozu, likvidaci odpadu a obalů a instruktáži obsluhy.
- Pokud účastník hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou dodávku) není přípustná.

VII. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení

- Zadavatel posoudí nabídky účastníků z hlediska splnění zákonných požadavků a podmínek zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Nesplnění těchto požadavků je důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení.
- Při posouzení nabídek účastníků z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí zadavatel též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, zda nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

VIII. Hodnocení nabídek

- V rámci hodnocení nabídek dle § 119 zákona budou použity informace a údaje (které jsou předmětem hodnocení), uvedené v návrhu smlouvy účastníka zadávacího řízení.
- Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:
 - Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny za plnění každé samostatné části veřejné zakázky v Kč bez DPH uvedená v čl. II. bod 1 návrhu kupní smlouvy účastníka zadávacího řízení na příslušnou samostatnou část.

IX. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem stanovena do 20.7.2018, do 10:00 h.

Nabídky mohou být zaslány poštou na adresu zadavatele nebo mohou být osobně doručeny v tištěné podobě na sekretariát ředitelky kontaktní osobě pro příjem nabídek - pí. Helena Tvrdá tel: 517 315 100. v sídle zadavatele Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 36, 682 01 Vyškov, CZ.

Na každou samostatnou část předmětné veřejné zakázky musí být nabídka podána v jedné - samostatné, uzavřené a neporušené obálce či jiném vhodném obalu. Obálka či jiný obal musí být označena plným názvem a sídlem účastníka a dále názvem zadavatele „Nemocnice Vyškov, p. o.“, dále je nutno uvést „Neotvírat“ a název veřejné zakázky - „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov – Opakované zadání“ Na obálce musí být zřetelně uvedeno číslo a název samostatné části veřejné zakázky, na kterou je nabídka podávána.



Svazek č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Podmínky zadávacího řízení

X. Místo a doba otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 20.7.2018, od 10:05 h. v kanceláři ředitele Nemocnice Vyškov, p. o. na adrese Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 36, 682 01 Vyškov, CZ. Otevírání obálek se uskuteční za účasti účastníků o veřejnou zakázku, kteří podali nabídku, mají-li zájem se otevírání obálek zúčastnit. Za účastníka se zúčastní nejvýše jeden zástupce, který prokáže příslušnost k účastníkovi dokladem totožnosti a vizitkou, případně plnou mocí.

Otevírání obálek bude probíhat v souladu s ustanovením § 110 zákona.

XI. Ostatní práva, požadavky a podmínky zadavatele

- Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je účastník povinen se řídit při zpracování nabídky a předkládání informací o kvalifikaci.
- Zadavatel nepřipouští podle § 102 ZZVZ varianty nabídek.
- Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v případech podle § 127 ZZVZ.
- Zadavatel stanovuje, že v průběhu zadávacího řízení je povinen dodavatel komunikovat se zadavatelem v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit informace a údaje deklarované účastníkem v nabídce;
- Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet účastníkům podané nabídky,
- Účastník podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem,
- Účastník nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.
- Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada bude znamenat vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
- Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádný dodatek nebo dovětek účastníka k zadávacím podmínkám, k technické specifikaci nebo požadavkům zadavatele obsažený v jeho nabídce. Jakýkoliv dodatek nebo dovětek účastníka k zadávacím podmínkám, k technické specifikaci nebo požadavkům zadavatele uvedený v nabídce nebo přiložený k nabídce bude znamenat vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
- Zadavatel si po skončení záruční doby vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na provádění pozáručního servisu na nabízený přístroj s dodavatelem, který prokáže oprávnění k této činnosti vystavené výrobcem daného přístroje a předloží zadavateli nejvýhodnější nabídku na tuto činnost. Nejedná se o výhradu změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 100 ZZVZ.

Ve Vyškově 28.6.2018



Svazek č. 2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – II. etapa“ Krycí list nabídky

Svazek č. 2 Zadávací dokumentace
Krycí list nabídky

1. Název veřejné zakázky:

„Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

Zadavatelem zakázky je:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
se sídlem:	682 01 Vyškov, Purkyňova 36 CZ
IČ:	000839205
Kontaktní osoba:	PAVLUN s.r.o. zastoupené Milanem Pavlunem
Tel.:	+420 603 251 031
E-mail:	pavlunmilan@centrum.cz

2.2. Uchazeč

Název:	
sídlo/místo podnikání/země:	
Tel./fax/e-mail:	
bankovní spojení: č. účtu:	
IČ: DIČ:	
osoba oprávněná jednat za uchazeče:	
kontaktní osoba:	
Tel./fax/e-mail	

Účastník vyplní (žlutě označené údaje) a vytiskne Krycí list nabídky pro samostatnou část veřejné zakázky, na kterou je nabídka podávána.



Svazek č. 2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – II. etapa“ Krycí list nabídky

3. Nabídková cena za dodávku jednotlivých samostatných částí veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – II. etapa“

Část č.	Název samostatné části – název přístroje	Obchodní a typový název nabízeného přístroje	Počet kusů	Účtovaná sazba DPH v %	Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč)	Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč)	Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč)
1	Vyhřívané lůžko pro kojence		1				

Část č.	Název samostatné části – název přístroje	Obchodní a typový název nabízeného přístroje	Počet kusů	Účtovaná sazba DPH v %	Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč)	Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč)	Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč)
2	Hygiena pacientů		1				

Část č.	Název samostatné části – název přístroje	Obchodní a typový název nabízeného přístroje	Počet kusů	Účtovaná sazba DPH v %	Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč)	Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč)	Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč)
3	Inkubátory		2				

Část č.	Název samostatné části – název přístroje	Obchodní a typový název nabízeného přístroje	Počet kusů	Účtovaná sazba DPH v %	Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč)	Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč)	Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč)
4	Bedside analyzátor		1				

Část č.	Název samostatné části – název přístroje	Obchodní a typový název nabízeného přístroje	Počet kusů	Účtovaná sazba DPH v %	Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč)	Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč)	Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč)
5	Urodynamika		1				



Svazek č. 2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – II. etapa“ Krycí list nabídky

Část č.	Název samostatné části – název přístroje	Obchodní a typový název nabízeného přístroje	Počet kusů	Účtovaná sazba DPH v %	Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč)	Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč)	Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč)
6	Laboratorní sušárna		1				

Část č.	Název samostatné části – název přístroje	Obchodní a typový název nabízeného přístroje	Počet kusů	Účtovaná sazba DPH v %	Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč)	Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč)	Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč)
7	Středněkapacitní centrifuga - min. 20 zkumavek		1				

Část č.	Název samostatné části – název přístroje	Obchodní a typový název nabízeného přístroje	Počet kusů	Účtovaná sazba DPH v %	Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč)	Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč)	Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč)
8	Chodítko pro dospělé		2				

4. Prohlašuji, že do předkládané nabídkové ceny jsem zahrnul veškeré náklady na předmětnou zakázku, které vyplývají z dokumentace veřejné zakázky a z mé znalosti stavu předmětné problematiky.

5. Prohlašuji, že podaná nabídka je zpracována tak, že forma, provedení a podmínky provozu předmětu této veřejné zakázky respektuje a dodržuje veškeré podmínky stanovené všemi částmi zadávací dokumentace a informacemi mně známými v době zpracování této nabídky.

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: Funkce: Podpis: Datum:



Svazek č. 3 – Zadávací dokumentace Kvalifikační dokumentace

1. ÚDAJE O PŘEDMĚTNÉM ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Název veřejné zakázky: „**Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání**“ (dále také zakázka).

Druh veřejné zakázky: Dodávky Nadlimitní veřejná zakázka.

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému – Věstníku veřejných zakázek podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

2. ÚDAJE O ZADAVATELI

Název zadavatele: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

IČ a DIČ: 00839205, není plátce DPH

Sídlo zadavatele: 682 01 Vyškov, Purkyňova 36 CZ

Zastoupený: Ing. Věrou Seidlovou ředitelkou nemocnice

Tel: +420 517 315 100 Fax: +420 517 315 118

e-mail: seidlova@nemvy.cz

Kód NUTS: CZ 064

Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889

Kontaktní osoba:

Milan Pavlun

Tel: 603 251 031

e-mail: pavlunmilan@centrum.cz

3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen „KD“) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání splnění kvalifikace účastníka zadávacího řízení.

4.1 Kvalifikační předpoklady

Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 zákona pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

- prokáže základní způsobilost podle § 74 zákona,
- prokáže profesní způsobilost podle § 77 zákona,
- prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 zákona.

4.2 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:



- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) odstavce předchozího je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d) odstavce předchozího obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

4.3 Společné prokazování kvalifikace

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77, odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 zákona, nebo technickou kvalifikaci podle § 79 zákona společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.

4.4 Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a v případě dokladů o vzdělání na doklady v latinském jazyce.

4.5 Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a b) základní způsobilost podle § 74 zákona.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 zákona.



Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

4.6 Systém certifikovaných dodavatelů

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. zákona lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

4.7 Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele

Zadavatel nepožaduje prokázání kvalifikace poddodavatele.

4.8 Doklady o kvalifikaci

Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).

Dodavatel nemůže v nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením, vyjma dokladů, u nichž tato forma vyplývá ze zákona či této zadávací dokumentace.

Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 zákona.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím zadávacím řízení.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému zastupování.



4.9 Změny v kvalifikaci dodavatele

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

4. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Způsobilým podle § 74, odst. 1 zákona není dodavatel, který

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží,

K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů.

- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. b) a c) zákona předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani.

- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. d) zákona předložením písemného čestného prohlášení.

- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. e) zákona předložením potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.



K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. f) zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74, odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74, odst. 1 písm. a) zákona splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74, odst. 1, písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74, odst. 1, písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74, odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.

Podmínku podle § 74, odst. 1, písm. a) zákona musí splňovat také všechny osoby, které mají v rámci struktury dodavatele práva spojená se zastupováním, rozhodováním nebo kontrolou dodavatele.

5. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

Dodavatel prokazuje dle § 77, odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dále dodavatel dle § 77, odst. 2 zákona prokáže splnění profesní způsobilosti předložením dokladu, že je: oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis ze živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění), nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění veřejné zakázky, a to na předmět podnikání: Velkoobchod a maloobchod. Dodavatel je oprávněn předložit i jiné doklady k prokázání profesní způsobilosti, ze kterých bude patrné, že je oprávněn vykonávat na území ČR výše specifikovanou činnost, umožňuje-li to zvláštní právní předpis.

6. EKONOMICKÁ KVALIFIKACE

Zadavatel nepožaduje splnění ekonomické kvalifikace.



7. TECHNICKÁ KVALIFIKACE

Pokud zadavatel nestanoví u jednotlivého konkrétního požadavku na prokázání splnění kritéria technické kvalifikace jinak, považují se doby podle § 79, odst. 2 písm. a) a b) zákona za splněné, pokud byla dodávka uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena; to neplatí u zakázek pravidelné povahy, u nichž se pro účely prokázání technické kvalifikace považuje za rozhodný rozsah zakázky realizovaný v průběhu doby podle § 79, odst. 2 písm. a) a b) zákona.

Nestanoví-li zadavatel u jednotlivého konkrétního požadavku na prokázání splnění kritéria technické kvalifikace jinak, může dodavatel k prokázání splnění kritéria kvalifikace podle § 79, odst. 2 písm. a) a b) zákona použít dodávky, služby nebo stavební práce, které poskytl

- a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
- b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce podílel.

8.1. Dle § 79, odst. 2, písm. b) zákona:

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 79, odst. 2, písm. b) zákona:

Dodavatel předloží seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele **a počtu kusů realizovaných přístrojů.**

Způsob prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79, odst. 2, písm. b) zákona:

Dodavatel prokáže splnění tohoto kritéria technické kvalifikace předložením seznamu ve formě čestného prohlášení, z něhož bude patrné splnění níže vymezené úrovně kritéria technické kvalifikace.

Vymezení minimální úrovně tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79, odst. 2, písm. b) zákona odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních třech letech realizoval min. 3 zakázky, jejichž předmětem byla dodávka a uvedení do plného provozu alespoň jednoho přístroje, jehož technické parametry a charakteristiky byly obdobné technickým podmínkám stanoveným pro tento přístroj ve svazku č. 4 zadávací dokumentace a současně Minimální finanční objem bez DPH každé z nich musí činit:

- **Pro samostatnou část číslo:1:**
Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí:
 - dodávka, jejímž předmětem byla dodávka vyhřívaných lůžek pro kojence ve finančním rozsahu min. 0,15 mil. Kč bez DPH. V případě kumulované dodávky více takových lůžek se do stanoveného minimálního finančního rozsahu započítávají max. 3 ks vyhřívaných lůžek pro kojence.
- **Pro samostatnou část číslo:2:**
Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí:
 - dodávka, jejímž předmětem byla dodávka sprchovacího lehátka ve finančním rozsahu min. 0,08 mil. Kč bez DPH. V případě kumulované dodávky více takových přístrojů se do stanoveného minimálního finančního rozsahu započítávají max. 2 ks těchto přístrojů.
- **Pro samostatnou část číslo:3:**
Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí:



- dodávka, jejímž předmětem byla dodávka inkubátoru nebo inkubátorů ve finančním rozsahu min. 0,3 mil. Kč bez DPH. V případě kumulované dodávky více inkubátorů tak zadavatel požaduje, že kumulaci ve finančním rozmezí připouští do max. počtu 2 ks inkubátorů
- **Pro samostatnou část číslo:4:**
Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí:
 - dodávka, jejímž předmětem byla dodávka bedside analyzátoru ve finančním rozsahu min. 0,05 mil. Kč bez DPH. V případě kumulované dodávky více bedside analyzátorů se do stanoveného minimálního finančního rozsahu započítávají max. 2 ks těchto bedside analyzátorů,
- **Pro samostatnou část číslo:5:**
Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí:
 - dodávka, jejímž předmětem byla dodávka Urodynamiky ve finančním rozsahu min. 0,15 mil. Kč bez DPH. V případě kumulované dodávky více Urodynamik se do stanoveného minimálního finančního rozsahu započítávají max. 2 ks Urodynamik.
- **Pro samostatnou část číslo:6:**
Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí:
 - dodávka, jejímž předmětem byla dodávka laboratorní sušárny ve finančním rozsahu min. 0,035 mil. Kč bez DPH. V případě kumulované dodávky více těchto přístrojů se do stanoveného minimálního finančního rozsahu započítávají max. 2 ks těchto přístrojů.
- **Pro samostatnou část číslo:7:**
Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí:
 - dodávka, jejímž předmětem byla dodávka středněkapacitní centrifugy - min. 20 zkumavek ve finančním rozsahu min. 0,06 mil. Kč bez DPH. V případě kumulované dodávky více takových přístrojů se do stanoveného minimálního finančního rozsahu započítávají max. 2 ks těchto přístrojů.
- **Pro samostatnou část číslo:8:**
Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí:
 - dodávka, jejímž předmětem byla dodávka chodítka pro dospělé ve finančním rozsahu min. 0,04 mil. Kč bez DPH. V případě kumulované dodávky více takových přístrojů se do stanoveného minimálního finančního rozsahu započítávají max. 2 ks těchto přístrojů.

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu vždy za tu samostatnou část veřejné zakázky (1 - 8) na kterou podává nabídku.

Ve Vyškově dne 27.6.2018

.....
Ing. Věra Seidlová
ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o.



Svazek č. 4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Požadované technické parametry přístrojů

Svazek č. 4 Zadávací dokumentace Požadované technické parametry přístrojů

V souladu s ustanovením § 89 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje zadavatel níže charakteristiky a požadavky na dodávky které jsou předmětem jednotlivých samostatných částí veřejné zakázky.

Níže vymezené charakteristiky a požadavky zadavatele na zboží stejně jako hodnoty uvedené u těchto požadavků jsou zadavatelem stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zboží, které bude nabízet i jiné než uvedené funkcionality, resp. lepší parametry a vlastnosti u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Pro hodnoty níže uvedených požadavků stanovuje zadavatel přípustnou odchylku +/- 10%. Účastníkem nabídnuté přístroje a zařízení musí splňovat níže uvedené hodnoty v maximálním rozpětí 10 % pod uvedenou nebo 10 % nad uvedenou hodnotu.

Přehled jednotlivých částí veřejné zakázky

Část č.	Název samostatné části veřejné zakázky– název přístroje	Počet kusů
1	Vyhřívané lůžko pro kojence	1
2	Hygiena pacientů	1
3	Inkubátory	2
4	Bedside analyzátor	1
5	Urodynamika	1
6	Laboratorní sušárna	1
7	Středněkapacitní centrifuga - min. 20 zkumavek	1
8	Chodítko pro dospělé	2



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Svazek č. 4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Požadované technické parametry přístrojů

Požadovaná technická specifikace jednotlivých přístrojů

Účastník je povinen doplnit žlutě podbarvené části a připojit k návrhu kupní smlouvy ke každé nabízené samostatné části veřejné zakázky – včetně technického listu vydaného výrobcem přístroje.



Svazek č. 4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Požadované technické parametry přístrojů

Část. č. 1 Vyhřívané lůžko pro kojence

Označení samostatné části	Název samostatné části – název přístroje	Měrná jednotka	Počet jednotek
1	Vyhřívané lůžko pro kojence	ks	1

č. pol.1 Vyhřívané lůžko pro kojence – 1 Ks

Standardní péče o novorozence včetně základního ošetření na porodních sálech. Stabilizace hypotermických novorozenců. Léčby hyperbilirubinemií novorozenců fototerapií. Podávání infuzí a provádění exanquinací. Ošetřování patologických novorozenců při řízené ventilaci na JIRP. Předoperační a pooperační intenzivní péče na dětských a neonatologických odděleních. Provádění operačních zákroků na JIRP a odděleních dětské chirurgie.

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- Vyhřívací otočný zářič
- Vyhřívaná matrace
- Odklápěcí boční panely
- 2 police na příslušenství a držák infusí
- Nehlučný polohovací mechanismus matrace
- Integrovaná digitální Apgar časomíra
- Manuální regulace vyhřívání a servoregulace kožní teplotní sondou
- Zásuvka pro rentgenové kazety
- Halogenové vyšetřovací osvětlení
- Výškově nastavitelný podvozek s el. ovládáním
- Podvozková police
- Odsávací jednotka
- Pulsní oxymetr Massimo nebo na obdobné technologii

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36měsíců

v rámci záruky 3 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů)

Frekvence provádění BTK

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:



Svazek č. 4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Požadované technické parametry přístrojů

Nabídková cena: (vyplní účastník)

Označení samostatné části	Název samostatné části – název přístroje	Obchodní a typový název nabízeného přístroje	Počet kusů	Účtovaná sazba DPH v %	Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč)	Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč)	Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč)
1	Vyhřívané lůžko pro kojence		1				

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(i) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

– Titul, jméno, příjmení: Funkce:

– Datum: Podpis:



Svazek č. 4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Požadované technické parametry přístrojů

Část. č. 2 Hygiena pacientů

Označení samostatné části	Název samostatné části – název přístroje	Měrná jednotka	Počet jednotek
2	Hygiena pacientů	ks	1

č. položky 2 Sprchovací lehátko – 1 ks

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- Délka: 205 – 210 cm
- Šířka: 75 – 85 cm
- Nastavitelná výška: cca 55 – 95 cm
- Samostatné polohování zad pomocí plynové pístnice v rozsahu 0-30°
- Nosnost: Nejméně 200 kg
- Odpadní hadice: Ø 40 mm
- Podvozek s plastovým krytem, pro snadnou očištění a dezinfekci, osazen čtyřmi centrálně brzděnými koly. Možnost centrálně nastavit brzdu do aretační polohy jednoho kola
- Tendelenburg a Antitrendelenburg poloha v rozsahu cca 0° - ± 20°
- Bočnice a čela v nerez, sklopné postranice, nárazová kolečka v rozích
- Matrace obsahující kanálky pro lepší odtok vody
- Elektrické ruční ovládání
- Polštář
- Včetně nástěnné nabíječky akumulátoru

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36 měsíců

v rámci záruky 3 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů)

Frekvence provádění BTK

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název:



Svazek č. 4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Požadované technické parametry přístrojů

Nabídková cena: (vyplní účastník)

Označení samostatné části	Název samostatné části – název přístroje	Obchodní a typový název nabízeného přístroje	Počet kusů	Účtovaná sazba DPH v %	Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč)	Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč)	Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč)
2	Hygiena pacientů		1				

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(i) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

– Titul, jméno, příjmení: Funkce:

– Datum: Podpis:



Svazek č. 4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Požadované technické parametry přístrojů

Část. č. 3 Inkubátory

Označení samostatné části	Název samostatné části – název přístroje	Měrná jednotka	Počet jednotek
3	Inkubátory	ks	2

č. položky 3 Inkubátory – 2 ks

Inkubátor novorozenecký pro intermediární péči

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- Mikroprocesorově řízený inkubátor
- Měření a regulace teploty prostředí, nebo těla pacienta
- Měření a regulace koncentrace kyslíku 21-75 %
- Měření a regulace relativní vlhkosti 40 – 90%
- El . Regulovatelné polohování lůžka,
- Oboustranné vysouvání a otáčení lůžka s možností natočení o 45°
- Zásuvka pro rtg kazetu bez nutnosti otevírání inkubátoru
- Co nejnižší hlučnost inkubátoru 30-40 db (bez dávkování O₂)
- Zobrazení aktuálních a nastavených hodnot (kyslík ,teplota. Vlhkost) a sledování trendů
- Ukládání dat do patientské karty
- oboustranné odklápění delších stěn, 5 vstupních otvorů pro ruce s dvířky
- 1x iris clona
- vstupní otvory pro hadice a kabely
- vzduchová clona při otevřených dveřích
- Dvojitý plexisklový kryt
- 1 ks sondy měření teploty těla pacienta
- Výškově nastavitelná noha inkubátoru
- Monitoring životních funkcí – SpO₂ a puls
- Integrovaná digitální váha
- Držák hadic pro ventilaci, odsávání a výživu
- Vyšetřovací světlo
- Háček na infusi
- Doplnkové police
- Doplnková police pro eurolištu
- 2 uzavřené úložné boxy
- Odsávací jednotka



Svazek č. 4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Požadované technické parametry přístrojů

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36 měsíců

v rámci záruky 3 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů)

Frekvence provádění BTK

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:

Nabídková cena: (vyplní účastník)

Označení samostatné části	Název samostatné části – název přístroje	Obchodní a typový název nabízeného přístroje	Počet kusů	Účtovaná sazba DPH v %	Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč)	Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč)	Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč)
3	Inkubátory		2				

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(i) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

– Titul, jméno, příjmení: Funkce:

– Datum: Podpis:



Svazek č. 4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Požadované technické parametry přístrojů

Část. č. 4 Bedside analyzátor

Označení samostatné části	Název samostatné části – název přístroje	Měrná jednotka	Počet jednotek
4	Bedside analyzátor	ks	1

č. položky 4 Bedside analyzátor – 1 ks

Přenosný přístroj schopný rychlého změření a dokladování laboratorního rozboru krevních plynů, pH, hemoglobinu, kalcia, glukózy, kreatininu a laktátu, výpočet acidobazické rovnováhy, výpočet Hemoglobinu (tHb), Měření saturace O₂ (SO₂) pO₂, pCO₂

Požadavky na minimální technickou specifikaci nabízeného přístroje

- Výpočty hodnot HCO₃, acidobazické rovnováhy, hemoglobinu
- Měření aktuálního barometrického tlaku
- Barevný LCD displej pro zobrazení měření a provozních stavů
- Ochrana přístroje proti neautorizovanému přístupu, jméno operátora a heslo, přenos 700 dat měření
- Nastavení profilů pro každého uživatele
- Rychlé spuštění do 5 sekund
- Získání výsledků do 4 minut po vložení kazety
- Hmotnost max. do 4,5 kg, kufříkové přenosné provedení
- Zcela bezúdržbový přístroj
- Měření bez vlivu teploty okolního prostředí v rozsahu od 15 do 30oC,
- Bezpečné uzavřené kazety s aplikačním otvorem pro krev.
- Aplikace vzorku krve pomocí injekční stříkačky
- Objem vzorku krve 90 µl
- Dlouhá životnost kazety se skladovatelností 3-5 měsíců
- Odolnost kazety při pádu na zem
- Možnost propojit s LIS/HIS
- **Součástí ceny přístroje musí být náklady na 100 Ks vyšetření pro níže uvedený modelový případ.**

Kalkulace ceny nákladů - modelový případ:

Účastník vyplní níže uvedenou tabulku – Náklady potřebné pro vyhodnocení níže uvedených hodnot: pH, pCO₂, pO₂, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Glu, Hct, Lac, Crea, Cl

Modelový případ	Testované hodnoty	Obchodní a typový název testovací karty potřebné pro vyhodnocení	Potřebný počet testovacích karet	Jednotková cena za testovací kartu v Kč bez DPH	Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) za celý modelový případ	Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) za 100 ks celého modelového případu
1	pH, pCO ₂ , pO ₂ , Na ⁺ , K ⁺ , Ca ⁺⁺ , Glu, Hct, Lac, Crea, Cl					



Svazek č. 4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Požadované technické parametry přístrojů

záruka na přístroj min. 36 měsíců
v rámci záruky 3 roky budou BTK prováděny zdarma
Cena BTK
Cena BTK (včetně souvisejících nákladů)
Frekvence provádění BTK
Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)
Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:

Nabídková cena: (vyplní účastník)

Označení samostatné části	Název samostatné části – název přístroje	Obchodní a typový název nabízeného přístroje	Počet kusů	Účtovaná sazba DPH v %	Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč)	Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč)	Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč)
4	Bedside analyzátor		1				

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(i) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

– Titul, jméno, příjmení: Funkce:

– Datum: Podpis:



Svazek č. 4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Požadované technické parametry přístrojů

Část. č. 5 Urodynamika

Označení samostatné části	Název samostatné části – název přístroje	Měrná jednotka	Počet jednotek
5	Urodynamika	ks	1

č. položky 32.1 Urodynamika – 1 Ks

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- pro vyšetření funkce dolních močových cest
 - měřicí schopnosti
 - minimálně 5 měřících kanálů pro připojení senzorů kabelem
 - možnost připojení senzorů bezdrátově na vzdálenost minimálně 30m (například uroflowmetr v klidové zóně na toaletě)
 - Vstupní kanály by měly být univerzální, softwarově konfigurovatelné uživatelem pro využití pro široké spektrum měření
- Mechanické jednotky:
- Precizní peristaltická pumpa s přesným plněním při cystometrii/profilometrii bez potřeby přídatného řízení infúzní váhou. Pumpa vestavěná do přístrojové konzole.
- Ergonomie:
- Ergonomický podvozek s nastavitelnou výškou klávesnice a monitoru pro práci vsedě i vestoje
 - Měřicí i řídící elektronika i peristaltická pumpa je integrována do podvozku
 - Vodotěsná dezinfikovatelná klávesnice
 - Dotykový monitor min 19" ideálně s poměrem 5:4 nebo 4:3 pro dostatečnou vzdálenost mezi jednotlivými křivkami zobrazeného grafu
 - Rameno s výškově nastavitelným držákem snímačů a infúzního vaku integrováno do podvozku
 - Váhový uroflowmetr se stojanem, možnost vestavění do diagnostického lehátka
 - Vstupy pro základní konfiguraci měřících testů (možnost softwarové změny určení kanálu)
 - 3 vstupní kanály pro měření tlaku
 - 1 vstupní kanál pro uroflowmetrii
 - 1 vstupní kanál pro elektromyografii a biofeedback,
 - Využití měřících kanálů lze využitím software volně konfigurovat a vytvářet tak další měřicí protokoly
 - Software pro standardní měřicí protokoly:
 - Uroflowmetrie se zápisem dat do archivu a podrobnou analýzou parametrů dle Bristolského (Siroky Crane) nebo Liverpoolského nomogramu
 - Uroflowmetrie automatická, která pouze vypíše protokol i se statistickými parametry, ale není třeba zadávat data pacienta či provádět hlubší analýzu
 - Cystometrie plnicí



Svazek č. 4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Požadované technické parametry přístrojů

- Cystometrie mikční včetně průtokově manometrických studií a vyhodnocením (PQ Plott, Abrams Griffith nomogram, PURR, LPURR, OBI, Chas, Schaefer a dalších)
- Hodnocení bodů úniku (Valsalva Leak Point Pressure, Abdominal Leak Point Pressure, Bladder Leak Point Pressure)
- Profilometrie statická
- Profilometrie dynamická
- Profilometrie s minibalonkem (air charged profilometry),
- EMG, případně v kombinaci s uroflowmetrií, či s kterýmkoliv z dalších měření a jejich kombinace,
- EMG biofeedback,
- Softwarový modul s uživatelsky přátelským prostředím pro přípravu dalších diagnostických protokolů uživatele.
- Software podporuje volitelné využití videourodynamiky ve všech měřicích protokolech.
- **Vyšetřovací lehátko polohovatelné pro urodynamiku (3 motory, poloha vleže, vsedě, trendelenburg).**

Dokumenty

- Licence pro operační systém (doporučeno Windows embedded)
- Návod k použití v českém jazyce, CE certifikace,

Další služby

- záruka 24 měsíců, dostupnost servisu s uvedením do provozu do 24 hodin
- zacvičení obsluhy, klinické poradenství a to během záruky zdarma
- možnost upgrade, a to i vzdáleným přístupem po internetu. Upgrade v záruční době zdarma
- možnost zakázkové tvorby unikátních protokolů,
- Profilometr dezinfikovatelný ponorem do desinfekčního média, s oddělitelným držákem katetru pro sterilizaci autoklávem (velká hygienická zátěž při častém potřísnění moči při inkontinenci). Stojan s artikulačním ramenem nebo adaptér pro připojení na eurolištu vyšetřovacího stolu.
- Panel pro zobrazování dat ze zvoleného kanálu v reálném čase, přenos dat z urodynamické aparatury bezdrátově, mechanické provedení pro umístění do zorného pole pacienta, velikost min 8" (Například abdominální tlak při ALPP testu)
- Vodotěsná videokamera pro zobrazení ústí uretry na monitoru přístroje (vizualizace úniku moči při VLPP testu)

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36 měsíců

v rámci záruky 3 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů)

Frekvence provádění BTK

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:



Svazek č. 4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Požadované technické parametry přístrojů

Nabídková cena: (vyplní účastník)

Označení samostatné části	Název samostatné části – název přístroje	Obchodní a typový název nabízeného přístroje	Počet kusů	Účtovaná sazba DPH v %	Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč)	Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč)	Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč)
5	Urodynamika		1				

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(i) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

– Titul, jméno, příjmení: Funkce:

– Datum: Podpis:



Svazek č. 4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Požadované technické parametry přístrojů

Část. č. 6 Laboratorní sušárna

Označení samostatné části	Název samostatné části – název přístroje	Měrná jednotka	Počet jednotek
6	Laboratorní sušárna	ks	1

č. pol. 6 Laboratorní sušárna – 1 Ks

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- Sušička s nuceným oběhem vzduchu
- Antibakteriální povrch
- Alarm v případě překročení nastavené teploty
- Dveře se skleněnou výplní pro snadné nahlížení do sušičky, bez nutnosti ji otvírat
- Kapacita min. 230 l.
- Teplotní fluktuace $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Přesnost teploty $0,1^{\circ}\text{C}$
- Nastavení teploty RT +10-250°C
- Nastavení času 1-9999 min.
- umístění přístroje je limitováno prostorem o rozměrech: (š x h x v) 800x700x1500 mm

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36 měsíců

v rámci záruky 3 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů)

Frekvence provádění BTK

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:

Nabídková cena: (vyplní účastník)

Označení samostatné části	Název samostatné části – název přístroje	Obchodní a typový název nabízeného přístroje	Počet kusů	Účtovaná sazba DPH v %	Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč)	Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč)	Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč)
6	Laboratorní sušárna		1				

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Svazek č. 4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Požadované technické parametry přístrojů

tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

– Titul, jméno, příjmení: Funkce:

– Datum: Podpis:



Svazek č. 4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Požadované technické parametry přístrojů

Část. č. 7 Středněkapacitní centrifuga - min. 20 zkumavek

Označení samostatné části	Název samostatné části – název přístroje	Měrná jednotka	Počet jednotek
7	Středněkapacitní centrifuga - min. 20 zkumavek	ks	1

č. položky 7 Středněkapacitní centrifuga - min. 20 zkumavek – 1 Ks

Multifunkční ventilovaná stolní centrifuga pro všechny typy aplikací, s velkým výkonem a velmi snadnou obsluhou

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- Výkyvný rotor min. 5500 ot./min (5000 x g),
- krytování adaptorů s „biocontainment“ certifikátem,
- kapacita: výkyvný rotor až 4 x 200 ml (např. 28x15ml),
- nekorodující rotor,
- imbalanční detektor se stavitelnou citlivostí,
- možnost nastavení min. 5-ti uživatelských programů včetně paměti posledního nastavení,
- ovládání klávesnicí,
- LCD displej – zobrazující aktuální i programované hodnoty,
- programování otáček/g, akcelerace, decelerace a času centrifugace,
- min. 9 akceleračních a 9 deceleračních stupňů, přesný přepočít otáčky/g, přesnost regulace otáček ± 20 ,
- nerezová rotorová komora uzavíraná kovovým víkem,
- automatické zamykání a odemykání víka,
- bezúdržbový motor,
- napájení: 230V/50Hz,
- výkyvný rotor 4x200 ml,
- buckety pro rotor, sada 4 ks
- celková kapacita rotoru min 28 zkumavek,
- adaptor s proměnlivou výškou vhodný i pro nižší zkumavky 7x10/15 ml, 17x121 mm, sada 4 ks
- výkyvný nosič k centrifugaci pro přípravu nátěrových sklíček,
- centrifuga musí mít IVD certifikaci.

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36 měsíců,
v rámci záruky 3 roky budou BTK (validace) prováděny zdarma
Cena BTK (validace)
Cena BTK / validace (včetně souvisejících nákladů)
Frekvence provádění BTK / validace
Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)
Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

.....

.....

.....

.....

Obchodní a typový název přístroje:

.....



Svazek č. 4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Požadované technické parametry přístrojů

Nabídková cena: (vyplní účastník)

Označení samostatné části	Název samostatné části – název přístroje	Obchodní a typový název nabízeného přístroje	Počet kusů	Účtovaná sazba DPH v %	Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč)	Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč)	Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč)
7	Středněkapacitní centrifuga - min. 20 zkumavek		1				

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(i) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

– Titul, jméno, příjmení: Funkce:

– Datum: Podpis:



Svazek č. 4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Požadované technické parametry přístrojů

Část. č. 8 Chodítko pro dospělé

Označení samostatné části	Název samostatné části – název přístroje	Měrná jednotka	Počet jednotek
8	Chodítko pro dospělé	ks	2

č. pol. 8 Chodítko pro dospělé – 2 Ks

Hydraulicky nastavitelné chodítko pro dospělé k bezpečné chůzi s boční a čelní podporou

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- Správné držení těla s pomocí podpěr obou předloktí
- Rychle a snadno přizpůsobitelné různým uživatelům (výška, šířka)
- Hydraulické nastavení výšky 85-130 cm
- Požadujeme na loketních opěrkách prolis pro pacientovo předloktí pro řádné zapření celého předloktí, zamezující sklouzávání předloktí z opěrky
- Maximální zatížení 150 kg
- Velmi stabilní a bezpečný s možností zabrzdění každého kolečka samostatnou nášlapnou brzdou
- Dostatečná síla hydraulického zdvihu coby dopomoc při vstávání ze sedu do stoje
- Možnost použití ve sprše (voděodolné materiály)
- Požadujeme provádění servisu přístroje v místě pracoviště nemocnice

Záruka a servis

Záruka na přístroj min. 36 měsíců

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:

Nabídková cena: (vyplní účastník)

Označení samostatné části	Název samostatné části – název přístroje	Obchodní a typový název nabízeného přístroje	Počet kusů	Účtovaná sazba DPH v %	Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč)	Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč)	Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč)
8	Chodítko pro dospělé		2				

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Svazek č. 4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Požadované technické parametry přístrojů

přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

– Titul, jméno, příjmení: Funkce:

– Datum: Podpis:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Svazek č. 4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ - Požadované technické parametry přístrojů

Konec: Svazek č. 4 Zadávací dokumentace - Požadované technické parametry přístrojů

Svazek č. 5 Zadávací dokumentace
Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky je účastník povinen zpracovat do závazného návrhu smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek nemůže účastník při zpracování návrhu smlouvy měnit, doplnit je může pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace.

KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní strany:

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňova 36, 68201 Vyškov

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258

zastoupená: Ing. Věrou Seidlovou – ředitelkou Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace ve věcech smluvních.

Ing. Jaromírem Herzánem – vedoucím obchodního oddělení ve věcech technických

IČ: 00839205

DIČ: CZ00839205

Telefon: 517 315 100

E-mail: seidlova@nemvy.cz

(dále jen „kupující“)

a

Název

Zastoupený

Sídlo:

Právní forma:

IČ:

DIČ:

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, v odd....., vložka

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen "prodávající")

Pokyn pro účastníka: při zpracování návrhu na uzavření smlouvy, jako součásti nabídky na veřejnou zakázku „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ doplní účastník pouze ty údaje, které se vztahují k charakteru jeho právní formy, ostatní varianty specifikace právní formy nebudou v nabídce obsaženy.

I.
Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu **nový(é) zdravotnický(é) přístroj(e)** za podmínek stanovených Zadávací dokumentací veřejné zakázky s názvem „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ na dodávku této techniky, dále také označováno „zboží“, nebo „přístroj(e)“, a to:

Označení samostatné části veřejné zakázky	Název samostatné části - název přístroje	Název přístroje	Obchodní a typový název přístroje	Počet kusů

Požadovaná technická specifikace zdravotnického přístroje je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

Pokyn pro účastníka:

*Dodavatel k návrhu smlouvy přiloženého v nabídce doplní informace o jím nabízeném zboží. Účastník do návrhu smlouvy přiloženého v nabídce přiloží jím vyplněný svazek č. 4 Zadávací dokumentace - **Požadované technické parametry přístroje včetně technického listu přístroje. Dodavatel doplní potřebný počet řádků.***

2. Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k předmětnému zboží včetně jeho příslušenství. Společně s dodáním zboží se prodávající zavazuje k provedení jeho odborné instalace a uvedení do provozu, k předvedení jeho chodu, k instruktáži budoucí obsluhy a k předání veškerých dokladů potřebných k jeho převzetí a k jeho řádnému užívání. Kupující se zavazuje dodané zboží společně s veškerou dokumentací vztahující se ke zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu níže specifikovanou kupní cenu.

3. Prodávající prohlašuje, že

- a) zboží je nové a plně funkční. Za nové zboží smluvní strany shodně nepovažují zejména zboží použité, repasované či zboží využívané pro výstavní, prezentační či jiné reklamní účely (tzv. „demo“ přístroje);
- b) kvalitativní a technické vlastnosti zboží odpovídají požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům (včetně souvisejících příslušných nařízení vlády), harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným zadavatelem v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce;
- c) zboží je z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče v ČR, zejména, že u zboží byla stanoveným způsobem posouzena shoda jeho vlastností s technickými požadavky, které stanoví nařízení vlády, že je označeno stanoveným způsobem a že výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce o tom vydal písemné prohlášení o shodě. Jedná-li se o zboží, které již bylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a je opatřeno značkou CE ve smyslu zák. č. 490/2009 Sb., v platném znění, prodávající povinen předložit kupujícímu kopii prohlášení o shodě vystaveného výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem a kopii CE certifikátu. V případě zboží, které dosud nebylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a není opatřeno značkou CE, avšak může být uváděno do provozu podle přechodných ustanovení příslušného nařízení vlády, je prodávající

povinen předložit jako doklad o vhodnosti zboží pro použití při poskytování zdravotní péče kopii závěrečné zprávy o provedení klinického hodnocení zdravotnického prostředku (nebo její část obsahující alespoň základní identifikační údaje a údaje o ověření vhodnosti zdravotnického prostředku pro určený účel použití). Prodávající předloží kupujícímu rovněž i kopie případných dalších veřejnoprávních rozhodnutí, povolení, osvědčení, certifikátů a atestů, které jsou podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí právní předpisy) vydávány pro jednotlivé druhy zdravotních prostředků a vztahují se ke zboží.

d) garantuje dostupnost náhradních dílů po dobu 10 let od instalace zařízení.

II.

Kupní cena

1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně prodávaného zboží takto:

Označení samostatné části veřejné zakázky	Název samostatné části – název přístroje	Název přístroje	Počet kusů	Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč)	Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč)	Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč)	Nabídková cena celkem (včetně DPH v Kč)

Pokyn pro účastníka: při zpracování návrhu na uzavření smlouvy, jako součásti nabídky na veřejnou zakázku „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“ doplní účastník jím nabízenou kupní cenu za jednotlivé zdravotnické přístroje a celou samostatnou část předmětu smlouvy.

2. V kupní ceně zboží je zahrnuto:

- zajištění dopravy do místa určení, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti,
- instalace a zapojení zboží jeho uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti, zkušebního provozu, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a instruktáže zaměstnanců kupujícího pro plné uživatelské užívání zboží v úrovni nutné pro provádění instruktáží všech kupujícím určených zaměstnanců. Součástí provedené dodávky zboží musí být revizní a technické zprávy,
- provádění pravidelné servisní prohlídky (preventivní bezpečnostně technické kontroly) předepsané výrobcem a platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, vč. aktualizace příp. firmware, zkoušek dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), validace nebo kalibrace parametrů (pouze u Zboží, u něž je při provozu vyžadována); tyto úkony bude Prodávající v záruční době provádět bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky (kalibrací, validací), a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění,
- dodání návod na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD,
- dodání prohlášení o shodě, příslušná dokumentace dle zákona 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a příp. doklady dle zákona č. 18/1997 Sb., v platném znění, pokud jsou tyto doklady pro provoz nezbytné,

- dodání prohlášení o třídě míry rizika, kterou představuje použití zdravotnického prostředku pro uživatele, popřípadě pro jinou fyzickou osobu, dle § 7 Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- provedení instruktáže obsluhy a vystavení protokolu o provedené instruktáži obsluhy dle přílohy č. 3 této kupní smlouvy ve třech originálních vyhotoveních.
- předložení dokladu o likvidaci obalů a odpadu,

3. Výše uvedená kupní cena za zboží bude kupujícím uhrazena na základě faktury - daňového dokladu vystaveného prodávajícím a doručené kupujícím. Fakturu - daňový doklad je prodávající oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu předávacího protokolu ke zboží.

4. Splatnost faktury je stanovena na 30 dní ode dne doručení faktury do sídla kupujícího. Závazek kupujícího zaplatit kupní cenu bude splněn řádně a včas připsáním částky odpovídající kupní ceně ve lhůtě splatnosti na účet uvedený na příslušné faktuře.

5. Faktura - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti dané platnými právními předpisy, a zejména tyto údaje:

- název zboží,
- označení banky a číslo účtu prodávajícího,
- označení předmětu koupě,
- cenu každé měrné jednotky,
- cenu bez DPH, DPH a včetně DPH,
- razítko a podpis oprávněné osoby prodávajícího.
- označení názvem projektu "Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci",
- registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001469,

Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním kupujícího podle tohoto odstavce není kupující v prodlení.

6. Nesplní-li kupující svůj závazek zaplatit kupní cenu řádně a včas, zavazuje se zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši.

III.

Doba, místo a způsob dodání

1. Zboží bude prodávajícím dodáno na adresu sídla kupujícího, Nemocnice Vyškov, příspěvkové organizace, a to nejpozději do 60 - ti dní ode dne uzavření této smlouvy.

2. Za dodání zboží se považuje jeho předání na výše uvedené adrese, jeho instalace a uvedení do provozu, předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání, instruktáž budoucí obsluhy a následný podpis předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran.

3. Kupující se zavazuje, že vytvoří podmínky pro instalaci zboží bez zbytečného odkladu po oznámení prodávajícího, že je připraven zboží dodat.

4. Prodávající se zavazuje oznámit Kupujícímu konkrétní termín dodání Zboží dva pracovní dny před

plánovaným termínem dodání na obchodní oddělení tel: č. 517315149. Bez tohoto oznámení není Kupující povinen Zboží převzít.

5. Kupující není povinen převzít zboží, které vykazuje zjevné vady.

6. Součástí plnění dle čl. I. této smlouvy je i provedení instalace Zboží vč. konfigurace modalit (nastavení workflow – pouze u Zboží, u něž je vyžadováno), uvedení Zboží do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky vč. přejímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u něž je při provozu vyžadována) a odzkoušení bezproblémového provozu (např. formou testovacího provozu) za přítomnosti zástupců oddělení, zaměstnance Obchodního oddělení Kupujícího, provedení instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a včetně doložení pověření školitele výrobcem.

7. Zástupci Prodávajícího a Kupujícího sepíší a podepíší při dodání předávací protokol dle přílohy č. 2 této smlouvy. Prodávající i Kupující jsou oprávněni v předávacím protokolu uvést jakékoliv záznamy, připomínky či výhrady; tyto se však nepovažují za změnu této smlouvy či dodatek k této smlouvě. Neuvedení jakýchkoliv (i zjevných) vad do předávacího protokolu neomezuje Kupujícího v právu oznamovat zjištěné vady Prodávajícímu i po dodání Zboží v průběhu záruční doby.

8. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny dle této smlouvy bez DPH, a to za každý den prodlení. Právo na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více jak 30 kalendářních dnů je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy, přičemž právo na náhradu škody není tímto postupem kupujícího dotčeno.

9. Zboží bude předáno a převzato na základě Předávacího protokolu, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

10. Předávací protokol je za kupujícího oprávněn podepsat primář příslušného oddělení a zaměstnanec obchodního oddělení Nemocnice Vyškov, p.o. Jedná se o pracovníky pro tento právní úkon pověřené statutárním orgánem kupujícího.

11. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává prodávajícímu pro jeho potřeby a další dvě vyhotovení zůstávají kupujícímu.

12. Zaměstnanec kupujícího, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do provozu uvedeného zboží je oprávněn do předávacího protokolu popsat jím zjištěné vady předávaného zboží. V případě zjištění vad zboží bude smluvními stranami v předávacím protokolu sjednán termín pro jejich odstranění. Po odstranění těchto vad bude smluvními stranami sepsán nový předávací protokol.

13. V případě dle předchozího odstavce se dodávka považuje za splněnou okamžikem podpisu předávacího protokolu po odstranění vad a nedodělků zboží pověřenými zástupci smluvních stran.

IV.

Odpovědnost za vady, záruční ujednání

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v kvalitě, jež bude v souladu s touto smlouvou a příslušnými platnými právními předpisy i technickými či jinými normami, a to jak v České republice, tak v zemi původu zboží.

2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží. Záruční doba je 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne následujícího po dodání zboží. Záruka se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno zboží

používat v důsledku vady či poruchy, tj. od nahlášení vady do jejího úplného odstranění.

3. Kupující je povinen reklamovat zjištěné vady zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do konce záruční doby.

4. Součástí záruky je:

- provádění instruktáže obsluhy (u nových pracovníků kupujícího) a vystavení protokolu o provedené instruktáži obsluhy dle přílohy č. 3 této kupní smlouvy po celou dobu záruční doby.
- provádění plánované servisní údržby zařízení v intervalech podle doporučení výrobce,
- nastavení zařízení a kontrola provozních parametrů na základě doporučení výrobce a podle předpisů a legislativy pro zdravotnické prostředky,
- provádění servisních zásahů při poruše zařízení na základě výzvy,
- bezplatné dodání potřebných náhradních dílů a potřebného spotřebního materiálu. Pokud je pro provedení BTK či jakéhokoli dalšího předepsaného testu vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení této kontroly, a proto nemůže být samostatně účtován,
- provádění preventivní kontroly všech součástí přístroje a jeho příslušenství, včetně kontroly kvality zobrazení, kalibrace a nastavení přístroje, dle pokynů výrobce a v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., v platném znění; zhotovitel bude provádět pravidelné periodické prohlídky dokončeného díla v termínech stanovených výrobcem přístroje. Poslední periodická prohlídka však bude provedena alespoň 14 dnů před termínem ukončení záruční doby.

5. Záruka se nevztahuje na případy, kdy bude nesprávná funkce nebo poškození zboží prokazatelně způsobeno nevhodnými nebo modifikovanými spotřebními materiály a pracovními postupy, nesprávnou obsluhou nebo vyšší mocí.

6. Během trvání záruční doby poskytnuté na dodané zboží se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu bezplatný servis včetně náhradních dílů a provádění pravidelných preventivních prohlídek v intervalech předepsaných výrobcem. Proávající prohlašuje, že je způsobilý zajistit provádění periodických bezpečnostně technických kontrol ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

7. Proávající se zavazuje nastoupit k záruční opravě nejpozději do 24 hodin od oznámení poruchy kupujícím (např. telefonicky, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a vadu odstranit nejpozději do 48 hodin od oznámení poruchy kupujícím. Nepodaří-li se prodávajícímu uvést zboží do provozu v uvedené lhůtě 48 hodin, zavazuje se prodávající bez zbytečného odkladu zapůjčit kupujícímu náhradní zboží srovnatelných parametrů, jež bude plnit stejný účel a funkce jako dodané zboží. Bude-li vada shledána jako neodstranitelná, poskytne prodávající kupujícímu buď přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo dodá kupujícímu bez zbytečného odkladu bezplatně náhradní zboží a převede vlastnické právo k tomuto zboží na kupujícího, a to za podmínek uvedených v této smlouvě. V případě, že prodávající nezajistí nástup na opravu dodaného zboží ve lhůtě podle tohoto článku, je kupující oprávněn vadu odstranit sám nebo zajistit odstranění vady třetí osobou a náklady na provedení opravy vyúčtovat prodávajícímu.

8. V případě prodlení prodávajícího s nástupem na záruční opravu či v případě prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady je kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny dle této smlouvy bez DPH za každý den prodlení. Právo na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Právo na smluvní pokutu nevzniká po dobu, kdy prodávající bude plnit svou povinnost poskytnout kupujícímu náhradní zboží.

V.

Nebezpečí škody na zboží, nabytí vlastnictví

1. Nebezpečí škody na zboží (tj. ztráty, poškození, odcizení, zničení či znehodnocení) přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo jeho dílčí části, je-li zboží přebíráno po částech, podpisem předávacího protokolu, a to v rozsahu v jakém bylo zboží převzato.
2. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující okamžikem jeho předání.

VI.

Zvláštní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.
3. Kupující umožní příjezd prodávajícího do místa plnění na dobu nezbytně nutnou k vykládce zboží.
4. Prodávající uděluje svůj souhlas s úplným zveřejněním obsahu této smlouvy, jakož i se zveřejněním všech dalších smluvních dokumentů vztahujících se k plnění veřejné zakázky na základě této smlouvy.

VII.

Ostatní ujednání

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit si jakoukoli změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné formě, na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat zajistí kupující.
5. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
6. Prodávající prohlašuje, že jako dodavatel ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout kontrolním orgánům a kupujícímu veškerou svou součinnost při jejím výkonu.
7. Kupující je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let ode dne – Termínu předání a převzetí díla podle této smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit

osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

8. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle prosté omylu. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

9. Kupující si tímto vyhrazuje právo uzavřít po skončení záruční doby smlouvu na provádění pozáručního servisu na nabízený přístroj s dodavatelem, který prokáže oprávnění k této činnosti vystavené výrobcem daného přístroje a předloží zadavateli nejvýhodnější nabídku na tuto činnost.

10. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že prodávající uvedl v nabídce na plnění předmětné smlouvy informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

11. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Požadované technické parametry přístrojů.

Pokyn pro účastníka:

Účastník do návrhu smlouvy přiloženého v nabídce doplní jím vyplněný svazek č.4 Zadávací dokumentace - **Požadované technické parametry přístroje** pro přístroj, který je předmětem této smlouvy. Součástí přílohy č. 1 musí být i technický popis nabízeného přístroje.

Příloha č. 2 – Předávací protokol.

Pokyn pro účastníka:

Účastník do návrhu smlouvy přiloženého v nabídce předloží zadavatelem navrženou vyplněnou přílohu č. 2 kupní smlouvy

Příloha č. 3 – Protokol o instruktaži obsluhy

Pokyn pro účastníka:

Účastník do návrhu smlouvy přiloženého v nabídce předloží zadavatelem navrženou vyplněnou přílohu č. 3 kupní smlouvy

Ve Vyškově, dne

V, dne.....

.....

.....

Kupující

Prodávající

Předávací protokol (pro každý přístroj samostatný předávací protokol)

Dodavatel IČ DIČ Adresa tel: e-mail:		Odběratel Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace se sídlem Purkyňova 36, 68201 Vyškov zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258 zastoupená ing. Věrou Seidlovou – ředitelkou Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace IČ: 00839205 DIČ: CZ00839205 Telefon: 517 315 100 E-mail: seidlova@nemvy.cz
Datum vystavení předávacího protokolu:		Místo určení: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace se sídlem Purkyňova 36, 68201 Vyškov

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže, bylo dodáno, nainstalováno a předáno v souladu s Kupní smlouvou uzavřenou dne:

Zboží:

Č.pol	Název přístroje	Označení přístroje: Obchodní a typový název přístroje	Vyr. číslo přístroje	Cena celkem včetně DPH

Dodané příslušenství:

Obecný název a typové označení	Výrobní číslo	Výrobce	Počet Ks	Cena/kus včetně DPH

Záruční servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdrav. prostředcích je garantován po dobu měsíců.

Zboží předal za dodavatele:

datum:

Jméno (hůlkovým písmem):

podpis:

Zboží převzal za odběratele:

datum:

Jméno (hůlkovým písmem):.....
(primář přísl. oddělení)

podpis:

Jméno (hůlkovým písmem):.....
vedoucí obch. oddělení

podpis:

Pokyn pro účastníka: při zpracování návrhu na uzavření smlouvy, jako součásti nabídky na veřejnou zakázku „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – II. etapa“ doplní účastník žlutě podbarvené části protokolu.

Příloha č. 3 Kupní smlouvy

**Protokol o instruktáži obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb.,
o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů**

Dodavatel tímto prohlašuje, že na zdravotnický prostředek,

Č.pol	Název přístroje	Označení přístroje: Obchodní a typový název přístroje	Počet kusů	Výrobní číslo	Název výrobce
				(bude doplněno v den zaškolení obsluhy)	(bude doplněno v den zaškolení obsluhy)

(dále jen zdravotnický prostředek)

který poskytl dne (bude doplněno v den zaškolení obsluhy) kupujícímu k provádění zdravotnických služeb, **provedl instruktáž** k předmětnému zdravotnickému prostředku v plném rozsahu ovládání. Instruktáž byla provedena v souladu s § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a s příslušným návodem k použití. Současně dodavatel seznámil s riziky spojenými s používáním uvedeného zdravotnického prostředku všechny osoby uvedené v tomto protokolu. V této souvislosti prodávající prohlašuje, že na instruktáž obsluhy předmětného zdravotnického prostředku má zabezpečeny osoby, které na základě odpovídajícího vzdělání, praktických zkušeností a poučení výrobcem poskytují dostatečnou záruku odborného provádění instruktáže o správném používání předmětného zdravotnického prostředku. Výše uvedenou skutečnost dodavatel prokáže i přiloženým potvrzením o oprávněnosti provádět instruktáž obsluhy v souladu s poučením výrobce za každého níže uvedeného zástupce dodavatele (viz Příloha č. 1. Níže uvedená)

Výše uvedenou instruktáží jsou pověřeny tyto osoby:

Jméno a příjmení	Obchodní a typový název přístroje	Název výrobce	Podpis osoby pověřené instruktáží
			(bude doplněno v den zaškolení obsluhy)

(Určené osoby dodavatelem budou doplněny již do předložené nabídky)

Osoby, u kterých byla provedena instruktáž:

Jméno a příjmení	Datum provedené instruktáže	Podpis osoby, u které byla provedena instruktáž
(bude doplněno v den zaškolení obsluhy)	(bude doplněno v den zaškolení obsluhy)	(bude doplněno v den zaškolení obsluhy)

(Osoby určené odběratelem budou doplněny v den zaškolení obsluhy)

Pokyn pro účastníka: při zpracování návrhu na uzavření smlouvy, jako součásti nabídky na veřejnou zakázku „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – II. etapa“ doplní účastník žlutě podbarvené části protokolu.

Příloha č. 1 – Potvrzení o oprávněnosti provádět instruktáž v souladu s poučením výrobce dle § 61 zák. 268/2014 Sb.) –

Pokyn pro účastníka: Účastník do návrhu smlouvy přiloženého v nabídce doplní jím vyplněnou přílohu č.1 Protokolu o instruktáži obsluhy.