

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 02

V souladu s ustanovením § 49 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
IČ a DIČ: 00839205, není plátce DPH
Sídlo zadavatele: 682 01 Vyškov, Purkyňova 36 CZ
Zastoupený: Ing. Věrou Seidlovou ředitelkou nemocnice
Tel: +420 517 315 100 Fax: +420 517 315 118
e-mail: seidlova@nemvy.cz
Kód NUTS: CZ 064
Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889

Kontaktní osoba zadavatele: co-eo s.r.o. Milan Pavlun
Tel: 603 251 031; Tel/fax: 517 330 292;
e-mail: pavlunmilan@centrum.cz
Sídlo kontaktní osoby: Závodí 233/16, 682 01 Vyškov CZ

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:
„Nemocnice Vyškov - Vybavení iktového centra“ (dále také zakázka).
označené

DI/02/13 – část č. 7 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky

Jedná se o tyto dodatečné informace:

Otázka č. 02/1:

V rámci veřejné zakázky s názvem „Nemocnice Vyškov - Vybavení iktového centra“ část č. 10 – Ventilátory je uveden požadavek „monitorace hodnot Pplat, Ppeak, Peep, Pmean, Pmin, f a fsponť MV a MVspont, Vt, Cdyn, R, FiO2“.

Dotaz:

Akceptuje zadavatel přístroj se zobrazením Pmin jako trendový parametr? Při hodnocení průběhu trendu je k dispozici včetně všech parametrů ventilace. Nabízené řešení nemá žádný vliv na terapeutický ani diagnostický účel přístroje.

Odpověď: č. 02/1

Ano zadavatel akceptuje přístroj se zobrazením Pmin jako trendový parametr.

Ve Vyškově 6.8.2013