



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01

V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
IČ a DIČ: 00839205, není plátce DPH
Sídlo zadavatele: 682 01 Vyškov, Purkyňova 36 CZ
Zastoupený: Ing. Věrou Seidlovou ředitelkou nemocnice
Tel: +420 517 315 100 Fax: +420 517 315 118
e-mail: seidlova@nemvy.cz
Kód NUTS: CZ 064
Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889

Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

**„Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“
(dále také zakázka)**

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2018-016856

Označené: VZDC/01/18

Jedná se o tyto informace:

Otázka č. 01/1: část č. 4 „Bedside analyzátor“

rádi bychom vznesli žádost o vysvětlení zadávacích podmínek k výběrovému řízení DBID: 14647. Konkrétně se jedná o část 4 – Bedside analyzátor. Náš přístroj splňuje 16 ze 17 zadaných požadavků kromě požadavku ohledně hmotnosti přístroje:

- Hmotnost max. do 4,5 kg, kufříkové přenosné provedení

Rádi bychom věděli, jestli a z jakého důvodu je hmotnost přístroje v tomto případě důležitá pro výběrové řízení a zda by bylo možné případně tento parametr případně změnit na následující, abychom se mohli do výběrového řízení také přihlásit:

- Hmotnost max. do 11 kg, přenosné provedení

Další parametry náš přístroj naopak splňuje s rezervou, například měří vzorky krve v objemu už od 65 µl (ve specifikaci je uvedeno 90 µl).

Odpověď č. 01/1

Zadavatel trvá na stávajícím zadání-tj. max. hmotnost přístroje do 4,5kg s kufříkovým provedením.

Odůvodnění:

- **Nízká hmotnost přístroje je důležitá při nutnosti s jeho manipulací/možnost přenosnosti přístroje na jiné pracoviště v rámci nemocnice/operační sály,urgent.../.**
- **Menší rozměr přístroje umožňuje lepší úložnost a nezabírá tolik místa.**

Otázka č. 01/2: část č. 5 „Urodynamika“

Tímto bychom vás chtěli požádat o upřesňující informace k části č. 5 Urodynamika veřejné zakázky Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání, zda-li je možné:

- Mít kromě pumpy i infúzní váhu pro přesnější měření, jak je to obvyklé u přístrojů nadnárodních výrobců? **Odpověď zadavatele: ano zadavatel připustí i infuzní váhu.**
- Mít místo nastavitelné výšky klávesnice a monitoru otočný stůl s pevnou výškou, na kterém je umístěna klávesnice a monitor? **Odpověď zadavatele: ano zadavatel připustí i toto navržené řešení.**



- Mít vše integrováno v jednom stojanu, resp. podvozkem je myšlen stojan či samotná konstrukce přístroje? **Odpověď zadavatele: ano zadavatel připustí i toto navržené řešení.**
- Dodat standardní klávesnici dle současné běžně dostupné nabídky, když poskytujeme záruku 5 let? **Odpověď zadavatele: ano zadavatel připustí i toto navržené řešení.**
- Dodat standardní počítač typu all-in-one dle současné nabídky bez nutnosti dodržení poměru obrazu? **Odpověď zadavatele: ano zadavatel připustí i toto navržené řešení.**
- Mít na stojanu držák snímačů i infuzního vaku v jedné pevně dané výšce? Na měření pevné uchycení nemá žádný vliv vzhledem k možnosti SW nulování jak před zavedením katetru, tak po jeho zavedení. **Odpověď zadavatele: ano zadavatel připustí i toto navržené řešení.**
- Dodat stojan uroflowmetru, který není integrovatelný přímo na lehátko? **Odpověď zadavatele: ano zadavatel připustí i toto navržené řešení.**
- Dodat SW, který umožňuje měření UFM jen u zadaných pacientů, aby byla možná dohledatelnost, čili přehledná kartotéka s historií měření daného pacienta? **Odpověď zadavatele: ano zadavatel připustí i toto navržené řešení.**
- Dodat přístroj, který balónkový katetr využívá pouze při měření abdominálního tlaku v rektu? **Odpověď zadavatele: ano zadavatel připustí i toto navržené řešení.**
- Dodat lehátko bez motorů řízené mechanicky? **Odpověď zadavatele: ano zadavatel připustí i toto navržené řešení.**
- Dodat přístroj, který má sterilizovatelnou tyč pulleru, na kterou se upíná katetr, nikoliv sterilizovatelné celé rameno, které je přímo součástí stojanu? **Odpověď zadavatele: ano zadavatel připustí i toto navržené řešení.**
- Zobrazovací panel nahradit obrazovkou, na které bude duplikován obraz měřící obrazovky? **Odpověď zadavatele: ano zadavatel připustí i toto navržené řešení.**
- Dodat standardní kameru, nikoliv vodotěsnou, když záznam je pořizován mimo tělo pacienta? **Odpověď zadavatele: ano zadavatel připustí i toto navržené řešení.**

Otázka č. 01/3: část č. 7 „Středněkapacitní centrifuga – min. 20 zkumavek“

po prostudování zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – Opakované zadání“, zadavatel: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 36, 682 01 Vyškov, zasílám níže dodatečné dotazy:

- V minimálních požadavcích na technickou specifikaci pořizovaného přístroje je mimo jiné uvedeno: „krytování adaptorů s „biocontainment“ certifikátem. Námi nabízený výkyvný rotor má vyšší celkovou kapacitu zkumavek, ale bez krytování adaptorů. Bude zadavatel akceptovat rotor s těmito parametry v případě splnění medicínského účelu? **Odpověď zadavatele: ano zadavatel připustí i toto navržené řešení.**
- V minimálních požadavcích na technickou specifikaci pořizovaného přístroje je mimo jiné uvedeno: „výkon: výkyvný rotor min. 5500 ot./min (5500 x g)“. Námi nabízený výkyvný rotor má výkon 4200 ot./min (3234 x g). Bude zadavatel akceptovat rotor s těmito parametry v případě splnění medicínského účelu? **Odpověď zadavatele: ano zadavatel připustí i toto navržené řešení.**
- V minimálních požadavcích na technickou specifikaci pořizovaného přístroje je mimo jiné uvedeno: „výkyvný nosič k centrifugaci pro přípravu nátěrových sklíček“. Námi nabízený výkyvný rotor nemá k dispozici takovýto nosič. Trvá zadavatel na tomto požadavku? **Odpověď zadavatele: zadavatel netrvá na tomto požadavku.**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

INFORMACE č. 01/4 O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel v důsledku poskytnutého vysvětlení rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s § 99 zákona. Zadavatel proto upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

- nové znění bodu IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast: Datum: **6.8. 2018** Místní čas: **10:00 hodin**
- nové znění bodu IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek: Datum: **6.8. 2018** Místní čas: **10:00 hodin**

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie (TED).

Ve Vyškově, dne 13.7.2018

.....
Ing. Věra Seidlová
ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o.