



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Odbor investic

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 104540/2018
Sp. zn.: S-JMK 167412/2017
Vyřizuje: Mgr. Sylvie Bartošová
Telefon: 541 651 289

Profil zadavatele

Počet listů: 2

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 17.7. 2018

Vysvětlení technické specifikace č. 1:

Informace o zadavateli:

Název: Jihomoravský kraj
Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82
IČ: 70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: „**Lůžka a matrace - Břeclav**“

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka v dynamickém nákupním systému

Způsob zadání: Výzva všem účastníkům zařazeným do dynamického nákupního systému

Na základě žádosti ze dne 13.7.2018 Vám poskytujeme následující vysvětlení technické specifikace:

1.

V zadávací dokumentaci v příloze číslo 1. je uvedeno: „Čtyřdílná ložná plocha z kovových nebo plastových lamel“

Zatímco materiálové provedení ložné plochy pro funkčnost lůžka nemá zásadní vliv, důležitým parametrem je funkčnost provedení.

Zadavatel neuvádí, jestli po uchazečích bude požadovat, aby jednotlivé díly ložné plochy bylo možno odnímat z důvodu snadné čistitelnosti lůžka.

Dotaz zní:

Bude zadavatel po všech uchazečích požadovat odnímatelné lamely pro snadnou čistitelnost lůžka?

Odpověď:

Zadavatel požaduje, aby všechny lamely byly odnímatelné.

2.

V zadávací dokumentaci v příloze číslo 1. je uvedeno: „Šířka ložné plochy minimálně 85 cm“

A zároveň zadavatel požaduje: „Nosnost minimálně 220 kg“

Současným standardem u nemocničních lůžek je ložná plocha min. 90 cm. Zúžená ložná plocha se používá v případech, kdy je zadavatel limitován stísněnými prostory, pak ale spíše definuje vnější rozměr lůžka.

Z našich zkušeností víme, že pacienti s hmotností nad 200 kg se do zúžených lůžek nevejdou.

Dotaz zní:

Bude zadavatel po všech uchazečích požadovat ložnou plochu širokou minimálně 90 cm?

Odpověď:

Vzhledem k požadované nosnosti lůžka zadavatel požaduje ložnou plochu širokou min. 90 cm.

3.

V zadávací dokumentaci nikde není uveden vnější rozměr lůžka.

Dotaz zní:

Jaké maximální vnější rozměry lůžka jsou pro zadavatele přípustné?

Odpověď:

Zadavatel požaduje vnější šířku lůžka max. 100 cm a délka max. 220 cm z důvodu průjezdnosti dveřními otvory.

4.

v zadávací dokumentaci v příloze číslo 1. je uvedeno: „Integrované boční sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění“

U této položky není upřesněno, jaký typ postranice zadavatel požaduje.

- Jednoduché kovové postranice slouží jako prevence pádů.

- Dělené plastové postranice jsou navrženy nejen jako mechanická zábrana, ale svým tvarem přispívají ke snadnější mobilizaci pacienta. Navíc svou kompaktností jsou snadněji čistitelné a bezpečnější s ohledem na zaklínění dolních končetin.

Dotaz zní:

Jaký typ postranic zadavatel požaduje?

Odpověď:

Zadavatel požaduje dělené plastové postranice.

Účastník je povinen zpracovat do své nabídky výše uvedené technické specifikace.

Zadavatel dále upozorňuje, že veškerá komunikace mezi účastníky a zadavatelem v rámci dynamického nákupního systému probíhá výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

S pozdravem

Otisk razítka

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje