



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Odbor investic

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 115370/2018
Sp. zn.: S-JMK 167412/2017

Profil zadavatele

Vyřizuje: Mgr. Bc. Štursová

Telefon: 541 651 257

Počet listů: 1

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 9. 8. 2018

Vysvětlení č. 1 zadávacích podmínek k veřejné zakázce „Matrace – nem. Kyjov a Ivančice“

Informace o zadavateli:

Název: Jihomoravský kraj
Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82
IČ: 70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: „Matrace – nem. Kyjov a Ivančice“
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka v dynamickém nákupním systému
Způsob zadání: Výzva všem účastníkům zařazeným do dynamického nákupního systému

Na základě žádosti dodavatele ze dne 7. 8. 2018 Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Vážený zadavateli, v technických parametrech požadovaných pro matraci pro Nemocnici v Kyjově je uvedený termín "Pulsair Choice", což je konkrétní název matrace jediného dodavatele a navíc jsou uvedeny i přesné rozměry odpovídající právě této matraci. Můžeme nabídnout matraci jiného názvu s odpovídajícími vlastnostmi a rozměry odpovídajícím rozměrům lůžka, kterými je vybavena Nemocnice v Kyjově? Jedině v takovém případě bude zachován rovný přístup a transparentnost soutěže. Děkuji.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel upravil technické parametry matrací pro Nemocnici Kyjov, p.o. Požadované technické parametry jsou následující:

3 x aktivní antidekubitní matrace

- musí odpovídat rámu postele o velikosti 1900x850 mm

- jednotlivě vyměnitelné vzduchové komory
- autosupport - automatické přizpůsobení tlaku matrace
- optické a akustické chybové hlášení
- CPR

Jako přílohu tohoto vysvětlení zadávacích podmínek přikládá zadavatel obchodní podmínky (návrh Kupní smlouvy), jejichž přílohu č. 1 tvoří aktualizovaná technická specifikace matrací pro Nemocnici Kyjov, p.o.

V návaznosti na změnu technických parametrů matrací pro Nemocnici Kyjov, p.o. zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **21. 8. 2018 do 9 hod.**

Příloha – Obchodní podmínky (aktualizovaná příloha č. 1 Kupní smlouvy)

S pozdravem

Otisk razítka

Ing. Pavel Šrom, v. r.
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje