



## JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Odbor investic

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 115371/2018  
Sp. zn.: S-JMK 167412/2017

Profil zadavatele

Vyřizuje: Mgr. Bc. Štursová

Telefon: 541 651 257

Počet listů: 1

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 9. 8. 2018

### Vysvětlení č. 1 zadávacích podmínek k veřejné zakázce „Matrace a postele - Domov na Jarošce, Habrovanský zámek“

#### Informace o zadavateli:

Název: Jihomoravský kraj

Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82

IČ: 70888337

#### Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: „Matrace a postele - Domov na Jarošce, Habrovanský zámek“

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka v dynamickém nákupním systému

Způsob zadání: Výzva všem účastníkům zařazeným do dynamického nákupního systému

Na základě žádosti dodavatele ze dne 8. 8. 2018 Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace.

#### Dotaz č. 1:

*Zadavatel ve smlouvě, v technické specifikaci v Zadávacím řízení veřejné zakázky „Matrace a postele - Domov na Jarošce, Habrovanský zámek“ požaduje mimo jiné konkrétní funkci u lůžek pro Domov na Jarošce - Automatická střední poloha 40 cm.*

*Automatická střední poloha 40 cm nemá vliv na funkčnost a účel přístroje. Zadavatel tímto omezil možnost podání nabídky i od světově prémiových výrobců, kteří toto řešení již nepoužívají, neboť střední hodnota 40 cm je překonána, např. z důvodu, že různí pracovníci mají různou tělesnou výšku a pro všechny není ideální a hlavně ergonomická střední výška 40 cm.*

*Technické podmínky jsou dle §89 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky, které zadavatel stanoví prostřednictvím parametrů vyjadřujících*

*požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny. Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.*

*Bude zadavatel akceptovat nabídku lůžek bez Automatické střední výšky 40 cm?*

**Odpověď na dotaz č. 1:**

Zadavatel rozhodl, že z požadovaných technických parametrů elektrických polohovacích lůžek pro Domov na Jarošce, p.o. odstraní požadavek na automatickou střední polohu 40 cm. V souvislosti s tím zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zadávacích podmínek přikládá obchodní podmínky (návrh Kupní smlouvy), jejichž přílohu č. 1 tvoří aktualizovaná technická specifikace elektrických polohovacích lůžek pro Domov na Jarošce, p.o.

V návaznosti na změnu technických parametrů elektrických polohovacích lůžek pro Domov na Jarošce, p.o. zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **21. 8. 2018 do 9 hod.**

Příloha – Obchodní podmínky (aktualizovaná příloha č. 1 Kupní smlouvy)

S pozdravem

Otisk razítka

Ing. Pavel Šrom, v. r.  
vedoucí Odboru investic  
Krajského úřadu Jihomoravského kraje