

Zadavatel:

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
IČO: 00226637

VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)

Ke zjednodušenému podlimitnímu řízení
na veřejnou zakázku na **dodávky**

**„Ultrazvuk pro RDG + ultrazvuk pro
kardiologii s jícnovou sondou“**

Osoba smluvně zastupující zadavatele:
CETKOVSKY s.r.o., sídlem Pechova 1228/3, 615 00 Brno

Preamble

Tato výzva včetně zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na dodávky, zveřejněného podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“).

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem.

1 IDENTIFIKACE ZADAVATELE A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Název zadavatele:	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Sídlo:	Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
IČO:	00226637
DIČ:	CZ00226637
Právní forma:	Příspěvková organizace
Jména osob oprávněných za zadavatele jednat:	Ing. Antonín Tesařík, ředitel

IDENTIFIKACE SMLUVNÍHO ZÁSTUPCE ZADAVATELE (§ 43 ZZVZ)

(zástupce zadavatele vypracoval zadávací podmínky, ve spolupráci se zadavatelem, s výjimkou Technické specifikace přístroje)

Název:	CETKOVSKY, s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Pechova 1228/3, 615 00 Brno
IČO:	27705439
DIČ:	neplátce
Kontaktní osoba:	Ing. Martin Cetkovský
Telefon, fax:	+ 420 724 775 200
E-mail:	cetkovsky.martin@seznam.cz

2 Vymezení veřejné zakázky

- 2.1** Předmětem zakázky je dodávka jednoho kusu ultrazvuku pro RDG a dodávka jednoho kusu ultrazvuku pro kardiologii s jícnovou sondou. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části. Účastníci jsou oprávněni podat nabídku na jednu nebo na obě části veřejné zakázky.

1. část veřejné zakázky s názvem: Ultrazvuk pro RDG

2. část veřejné zakázky s názvem: Ultrazvuk pro kardiologii s jícnovou sondou

Podrobná specifikace předmětu 1. části veřejné zakázky je definována přílohou č. 4a) - Technická specifikace - Ultrazvuk pro RDG.

Podrobná specifikace předmětu 2. části veřejné zakázky je definována přílohou č. 4b) - Technická specifikace - Ultrazvuk pro kardiologii s jícnovou sondou.

Součástí předmětu plnění je poskytování záručního servisu po dobu 2 let a pozáručního servisu po dobu 8 let.

2.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV kódy):

33100000-1 Zdravotnické přístroje
33112200-0 Ultrazvukové jednotky

2.3 Druh veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky

2.4 Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

2.5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

2.764.500,- Kč bez DPH

Z čehož je:

1.221.500,- Kč bez DPH předpokládaná hodnota dodávky přístroje

(1. část veřejné zakázky: Ultrazvuk pro RDG)

16.529,- Kč bez DPH předpokládaná hodnota pozáručního servisu

1.510.000,- Kč bez DPH předpokládaná hodnota dodávky přístroje

(2. část veřejné zakázky: Ultrazvuk pro kardiologii s jícnovou sondou)

16.529,- Kč bez DPH předpokládaná hodnota pozáručního servisu

Pozn. Předpokládaná hodnota pozáručního servisu je stanovena v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona, jako předpokládaná výše úplaty za 48 měsíců.

2.6 Kompletní zadávací podmínky jsou uveřejněny na profilu zadavatele, kde jsou volně dostupné na adrese:

URL https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_109.html

2.7 Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín dodávky:

Zahájení: na základě písemné výzvy zadavatele (kupujícího)

Lhůta dodávky: do 8 týdnů od písemné výzvy zadavatele (kupujícího)

Pozáruční servis bude poskytován po dobu 8 let od uplynutí záruky.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že i v případě, že se dodavatel přihlásí na několik částí zakázky, je termín lhůty dodávky pro každou část zakázky stanoven na 8 týdnů od písemné výzvy zadavatele (kupujícího).

Místem plnění je sídlo zadavatele.

Podmínky účasti v zadávacím řízení

3 Podmínky kvalifikace

3.1 Základní způsobilost (§ 74 zákona)

Účastníci prokáží základní způsobilost dle § 74 zákona. Účastníci předloží v nabídce čestné prohlášení. Účastníci mohou použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 2 této výzvy, včetně zadávací dokumentace nebo jiné čestné prohlášení stejného obsahu.

3.2 Profesní způsobilost (§ 77 zákona)

Účastníci prokáží splnění profesní způsobilosti dle ust. § 77 odst. 1 a 2 zákona a to předložením těchto dokladů:

- 3.2.1 Výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ve vztahu k České republice, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
- 3.2.2 Dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího živnostenské oprávnění v oboru výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

3.3 Technická kvalifikace (§ 79 zákona)

Účastníci prokážou splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. l) zákona předložením:

- 3.3.1 dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku s technickou normou nebo technickým dokumentem. Zadavatel požaduje, aby dodavatel jako součást nabídky předložil:

Prohlášení o shodě nabízeného přístroje v souladu s nařízením vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky;

Prokazování způsobilosti a kvalifikace

Kvalifikaci a způsobilost lze rovněž v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají požadavky zadavatele, prokázat čestným prohlášením dle § 53 odst. 4 zákona nebo jednotným evropským osvědčením (zejména § 87 zákona), výpisem ze systému certifikovaných dodavatelů (zejména § 234 zákona), či výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (zejména § 228 zákona) nebo v souladu s § 45 odst. 4 zákona.

Účastník je oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, a to způsobem uvedeným v § 83 zákona.

Veřejná zakázka může být plněna více dodavateli současně; v takovém případě předloží dodavatelé společnou nabídku. V případě společné účasti dodavatelů prokáže účastník kvalifikaci v souladu s § 82 zákona. Zadavatel v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů doložili, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky. Zadavatel požaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající nabídku společně a nerozdílně.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

4 Technické podmínky

4.1 Technické podmínky

Technické podmínky předmětu veřejné zakázky jsou podrobně specifikovány přílohou č. 4a) - Technická specifikace - Ultrazvuk pro RDG a dále také přílohou č. 4b) - Technická specifikace - Ultrazvuk pro kardiologii s jícnovou sondou.

4.2 Technická specifikace nabízeného přístroje

Dodavatel jako součást nabídky předloží technickou specifikaci nabízeného přístroje. A dále předloží technické listy, prospekty či jiné materiály, z nichž bude zřejmé, že konkrétní přístroj, který nabízí, splňuje technické požadavky stanovené zadavatelem v příloze č. 4a) - Technická specifikace - Ultrazvuk pro RDG a dále také v příloze č. 4b) - Technická specifikace - Ultrazvuk pro kardiologii s jícnovou sondou.

5 Obchodní podmínky

5.1 Návrh textu smlouvy

- 5.1.1 Obchodní podmínky vymezující budoucí rámec smluvního vztahu jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Obchodní podmínky jsou zpracovány do formy návrhů textů smluv a jsou pro účastníky závazné. Jedná se o Návrh textu Kupní smlouvy - Ultrazvuk pro RDG a Návrh textu Kupní smlouvy - Ultrazvuk pro kardiologii s jícnovou sondou. Účastník není oprávněn při zpracování Smluv měnit nebo přidat jakýkoliv údaj či ustanovení, vyjma případů uvedených dále.

- 5.1.2 Účastník doplní do Smluv identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu, údaje týkající se hodnotícího kritéria a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené údajem „****“ nebo „[bude doplněno]“).
- 5.1.3 Pokud podává více osob společnou nabídku, příslušným způsobem tuto skutečnost zohlední v úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran) návrhu smlouvy.
- 5.1.4 Smlouvy musí být ze strany účastníka podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Pokud tato osoba činí právní jednání na základě plné moci či pověření, musí být příslušná plná moc či pověření součástí nabídky v prosté kopii.

Podmínky průběhu zadávacího řízení

6 Procesní postup při posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek

- 6.1 Otevírání nabídek, hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení bude prováděno komisí, jmenovanou zadavatelem. Zadavatel při svých rozhodnutích ve věci veřejné zakázky přihlíží k doporučení komise.
- 6.2 Po otevírání nabídek provede komise hodnocení nabídek, o čemž bude v souladu se zákonem pořízena písemná zpráva o hodnocení nabídek (§ 119 zákona). U nabídky, která se na základě hodnocení umístí na prvním místě pořadí, případně i u dalších nabídek v pořadí, stanoví-li tak hodnotící komise, bude následně provedeno posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Komise v případě, že zjistí, že nabídka nesplňuje podmínky účasti v zadávacím řízení, může požádat, aby účastník/ci zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil/li předložené údaje, doklady nebo doplnil další nebo chybějící údaje či doklady (§ 46 zákona). V případě mimořádně nízké nabídkové ceny bude postupováno v souladu s §113 ZZVZ.
- 6.3 V případě, že vyzvaný účastník zadávacího řízení nedoplní požadované doklady či informace či nevysvětlí nejasnosti v nabídce nebo nezdůvodní způsob stanovení mimořádné nízké nabídkové ceny a v dalších případech uvedených v zákoně, bude doporučeno komisí zadavateli vyloučit účastníka z další účasti v zadávacím řízení.
- 6.4 V případě vyloučení účastníka zadávacího řízení z další účasti v zadávacím řízení popsaném výše, komise provede posouzení kvalifikace a posouzení nabídky účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako další v pořadí. Při posouzení a hodnocení bude postupováno obdobně, jako je uvedeno výše.
- 6.5 Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného dodavatele.

Pravidla pro hodnocení

7 Hodnocení nabídek

Hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky.

Nejlépe hodnocena bude nabídková cena účastníka, který nabídne dle hodnotících kritérií ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

Ekonomická výhodnost bude posuzována dle následujících hodnotících subkritérií:

1. Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH váha 100%

Způsob hodnocení nabídek:

1. Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH

Nabídková cena vznikne vyplněním přílohy č. 5a) - Rozpočet - Ultrazvuk pro RDG a vyplněním přílohy č. 5b) - Rozpočet - Ultrazvuk pro kardiologii s jícnovou sondou. Účastník je povinen vyplnit položky ve

žlutě vyznačených polích. Jedná se o tyto položky: **Nabídková cena přístroje v Kč bez DPH, ve sloupci B. Cena za 1 hodinu servisu technika v Kč bez, ve sloupci C. Cena za 1 preventivní prohlídku v Kč bez DPH, ve sloupci D.**

Nabídková cena pro účely hodnocení vznikne součtem nabídkové ceny přístroje bez DPH a ceny za 12 hodin servisu technika bez DPH a ceny za 8 preventivních prohlídek bez DPH. Četnosti vychází z předpokladu zadavatele na plnění pozáručního servisu po dobu 8 let.

Další podmínky a podmínky uzavření smlouvy

8 Další podmínky a podmínky pro uzavření smlouvy

8.1 Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli před uzavřením smlouvy doklady v souladu s ustanovením **§ 122 odst. 3 zákona**:

a) Originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci (nebude-li je mít již k dispozici)

8.2 Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti vyzve zadavatel k předložení čestného prohlášení, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, s uvedením zdroje, z něhož údaj pochází.

9 Vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní nejméně 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Písemná žádost dodavatele o vysvětlení nabídky musí být doručena nejpozději 7 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne dodavatelům, odpověď ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení nabídky.

Žádosti o dodatečné informace je nutno doručit písemně (e-mailem) kontaktní osobě: Ing. Martinovi Cetkovskému, mob.: +420 724 775 200, na e-mail: cetkovsky.martin@seznam.cz.

10 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah nabídky

Z důvodu přehlednosti doporučuje zadavatel, aby nabídka byla členěna do samostatných částí, řazených v nabídce za sebou a označených shodně s následujícími pokyny. Jednotlivé listy nabídky by měly být spojeny:

ČÁST 1 – PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

1. Vyplněný formulář **"KRYCÍ LIST NABÍDKY"** opatřen podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka.
2. Doklad o oprávnění osoby, jež podepisuje návrh smlouvy, uzavřít danou smlouvu se zadavatelem.
3. Doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace
 - 3.1. doklady prokazující splnění základní způsobilosti
 - 3.2. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
 - 3.3. doklady prokazující splnění technické kvalifikace

ČÁST 2 – NÁVRHY TEXTŮ SMLUV

1. Návrh textu Kupní smlouvy - Ultrazvuk pro RDG podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka (účastník zároveň uloží na CD ve formátu *.doc a *.pdf).

2. Návrh textu Kupní smlouvy - Ultrazvuk pro kardiologii s jícnovou sondou podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka (účastník zároveň uloží na CD ve formátu *.doc a *.pdf).
3. Rozpočet.

ČÁST 3 – Další nedílné součásti nabídky

1. Technické parametry nabízeného přístroje.
2. Technické listy, prospekty či jiné materiály, z nichž bude zřejmé, jaký přístroj je nabízen.
3. Další doklady požadované nebo vyplývající ze zadávací dokumentace.

11 Podání nabídky

Lhůta: 26. 9. 2018 v 11:00 hod

Místo: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 11, 695 26 Hodonín

Způsob: Korespondenčně, nebo osobně v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin v kanceláři Ing. Karla Prchala v budově HTS, po přechozí telefonické domluvě na čísle +420 728152954.

Elektronicky: není povoleno

Účastníci jsou povinni podat nabídku v uzavřené obálce; označené:

1. Nápisem NEOTEVÍRAT,
2. Názvem veřejné zakázky „**Ultrazvuk pro RDG + ultrazvuk pro kardiologii s jícnovou sondou**“ a částí na kterou je nabídka podávána,
3. Názvem účastníka,
4. Adresou, na niž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

12 Otevírání obálek

Otevírání obálek bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

datum: 26. 9. 2018

hodina: 11:05

Adresa místa, kde se uskuteční otevírání obálek:

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 11, 695 26 Hodonín, zasedací místnost v jídelně.

Průběh otevírání obálek:

Při otevírání obálek mají právo být přítomni kromě zadavatele, členů komise, osob, u kterých tak určí zadavatel, také zástupci účastníků (jedna osoba za účastníka), kteří svoji přítomnost potvrdí v prezenční listině. Účastníci se legitimují dokladem totožnosti. Pokud se na otevírání obálek dostaví zástupce účastníka, který není statutárním orgánem nebo člen statutárního orgánu, předloží zástupce účastníka plnou moc či pověření k účasti na otevírání obálek s nabídkami za účastníka.

13 Další podmínky

Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.

Délka zadávací lhůty činí 120 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky.

Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Zadavatel nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou dodavatelům vzniknout v souvislosti s jakýmkoliv aspekty zadávacího řízení.

Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

14 Přílohy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:

- Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
- Příloha č. 3a) - Návrh textu Kupní smlouvy - Ultrazvuk pro RDG
- Příloha č. 3b) - Návrh textu Kupní smlouvy - Ultrazvuk pro kardiologii s jícnovou sondou
- Příloha č. 4a) - Technická specifikace - Ultrazvuk pro RDG
- Příloha č. 4b) - Technická specifikace - Ultrazvuk pro kardiologii s jícnovou sondou
- Příloha č. 5a) - Rozpočet - Ultrazvuk pro RDG
- Příloha č. 5b) - Rozpočet - Ultrazvuk pro kardiologii s jícnovou sondou

V Hodoníně dne 10. 9. 2018

v z. Ing. Martin Cetkovský
CETKOVSKY s.r.o.