

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Vyhřívané lůžko 2ks

- Automatické zaměření sálavého tepla i v případě, že zářič je umístěn na boku - otočný zářič
- Měření centrální a periferní teploty- nepřetržitý monitoring na integrovaném digitálním displeji
- Ovládání výkonu zářiče automaticky dle teploty pokožky
- Vyhřívaná gelová matrace, vyhřívání integrováno do lůžka – galvanicky oddělené
- Ovládací panel umístěn pod zářičem
- Jasně zobrazení alarmu - barevně, textově i akusticky
- Vyšetřovací světlo - dvě úrovně jasu
- Pevná police s eurolištou na stranách
- Přístrojová eurolišta
- Integrovaná váha (rozsah vážení 250 g – 8 kg)
- Přístup ze všech stran k lůžku
- Možnost plynulého naklápění lůžka bez omezení
- Časový APGAR modul
- Součástí dodávky bude 1ks odsávačky

Fototerapie 1ks

- Výkonná fototerapeutická jednotka na polohovatelném držáku
- Ekonomický provoz světelného zdroje – technologie LED – modré světlo
- Oblast vlnových délek 425 - 520nm s maximálním výkonem v rozmezí vlnových délek 460 – 490nm
- Výkon lampy 50,1 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ při vzdálenosti 40 cm
- Účinná plocha povrchu při vzdálenosti 40cm od zdroje – 30 x 50 cm (při vzdálenosti 40 cm od zdroje)
- Životnost a účinnost světelného zdroje minimálně 50 000 hodin provozu, při zachování deklarovaných parametrů
- Světelný zdroj umístěný na flexibilním držáku pro přesné zacílení světla na požadované místo
- Monitorace teploty pacienta vč.alarmů teploty nad 38° C
- Integrovaný časovač
- Integrovaný čítač hodin expozice pacienta
- Integrovaný čítač provozních hodin
- Hmotnost do 1,5 kg