



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

Č.j.: 742/SŘ/2018

V Břeclavi, dne 10. 10. 2018

Odpověď na žádost č. 1

o poskytnutí vysvětlení parametrů technické specifikace v příloze č. 1 zadávací dokumentace k Výzvě k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu:

Název zakázky: „Pořízení novorozeneckých inkubátorů“

Údaje o zadavateli:

Název: Nemocnice Břeclav, p.o.
Právní forma: příspěvková organizace
IČ/DIČ: 00390780 / CZ00390780
Sídlo: Břeclav, U Nemocnice 3066/1, PSČ 690 02
Zapsaná v OR: KS Brno, odd. Pr, vložka 1233
Statutární zástupce: Ing. Petr Bařka, pověřený vedením
Kontaktní osoba: Bc. Rudolf Slovenský
E-mail: slovensky@nembv.cz

(dále jen „zadavatel“)

Výše uvedený zadavatel k Vaší žádosti o poskytnutí vysvětlení parametrů technické specifikace v příloze č. 1 sděluje následující:

Dotaz č. 1:

*Automatické zaměření sálavého tepla i v případě, že zářič je umístěn na boku – otočný zářič
Zadavatel požaduje „Automatické zaměření sálavého tepla i v případě, že je zářič je umístěn na boku – otočný zářič“.*

Uchazeč nabízí modernější výhřevné těleso zapuštěné do těla lůžka. Na rozdíl od starších otočných typů hlavic zářiče, které se musí při některých procedurách na novorozenci otáčet nebo vypínat, toto technické řešení neomezuje ošetřující personál v žádném případě. Umožní zadavatel obdobné technické řešení – výkonný zářič konstruovaný tak, aby v žádném případě neomezoval ošetřující personál při péči novorozence?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel umožní obdobné technické řešení v případě otáčení zářiče.

Dotaz č. 2:

*Vyhřívání gelová matrace, vyhřívání integrováno do lůžka – galvanicky oddělené
Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje s obdobným technickým řešením (toto řešení se vyznačuje vysokou provozní bezpečností a menší náchylností na mechanické poškození), vyhřívanou matrací s elektronickým regulátorem teploty s nízkým napájecím napětím podložky?*

vyhřívanou matrací s elektronickým regulátorem teploty s nízkým napájecím napětím podložky?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel trvá na požadovaném technickém řešení.

Dotaz č. 3:

Integrovaná váha (rozsah vážení 250 g – 8 kg)

Zadavatel požaduje integrovaná váhu s rozsahem vážení 250 g – 8 kg. Uchazeč se domnívá, že dětské oddělení Nemocnice Břeclav není přístrojovým vybavením přizpůsobeno pro porody s takto kriticky nízkou porodní váhou novorozence.

Bude zadavatel akceptovat rozsah vážení 300g – 8kg včetně grafických trendů přírůstku hmotnosti novorozence (indikátor pro hodnocení následné péče o novorozence).

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Ano – zadavatel souhlasí a bude akceptovat integrovanou váhu (rozsah vážení 300 g – 8 kg).

Dotaz č. 4:

Výkon lampy 50,1 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ při vzdálenosti 40 cm

Takto přesně specifikovaný parametr splňuje pouze jeden výrobce.

Bude zadavatel akceptovat rozsah výkonu lampy $\geq 45 \mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ při vzdálenosti 40 cm?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Ano – zadavatel souhlasí a bude akceptovat rozsah výkonu lampy $\geq 45 \mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ při vzdálenosti 40 cm.

Dotaz č. 5:

Účinná plocha povrchu vzdálenosti 40 cm od zdroje – 30 x 50 cm (při vzdálenosti 40 cm od zdroje)

Takto přesně specifikovaný parametr splňuje pouze jeden výrobce.

Bude zadavatel akceptovat účinnou plochu povrchu 30x50 cm i při vzdálenosti 35 cm od zdroje?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Ano – zadavatel souhlasí a bude akceptovat účinnou plochu povrchu 30x50 cm i při vzdálenosti 35 cm od zdroje.

S ohledem na obsah dotazu a odpověď zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek v rámci této veřejné zakázky.

NEMOCNICE BŘECLAV
příspěvková organizace
ředitel
U nemocnice 1, 690 74 Břeclav
IČO: 00 390 780



.....
za zadavatele
Ing. Petr Bařka
pověřený vedením Nemocnice Břeclav, p.o.