



Dokumentace zadávacího řízení

pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
zadávanou v otevřeném řízení
podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**zákon**“)

Název veřejné zakázky:

Upgrade magnetické rezonance v Nemocnici Znojmo

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

Zadávací řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky:

Z2018-039432

Zadavatel:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
IČO: 00092584
se sídlem: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

Práva a povinnosti v dokumentaci zadávacího řízení neuvedené se řídí zákonem.

Obsah:

1.	Identifikační údaje zadavatele	3
2.	Vymezení některých pojmů	3
3.	Předmět veřejné zakázky	4
4.	Doba a místo plnění veřejné zakázky	5
5.	Požadavky na prokázání kvalifikace	5
6.	Obchodní a platební podmínky	6
7.	Požadavky na způsob zpracování ceny plnění	6
8.	Hodnocení nabídek	7
9.	Závaznost požadavků zadavatele	11
10.	Prohlídka místa plnění	11
11.	Vysvětlení zadávací dokumentace	12
12.	Změna nebo doplnění zadávací dokumentace	13
13.	Lhůta pro podání nabídek	13
14.	Otevírání nabídek	13
15.	Zadávací lhůta	13
16.	Jistota	14
17.	Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení	14
18.	Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky	15
19.	Další podmínky a práva zadavatele	16
20.	Seznam příloh	18

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: **Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace**
IČO: 00092584
Sídlo: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: MUDr. Miroslav Kavka, MBA, ředitel

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html

Smluvní zastoupení zadavatele

1.1 Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona souvisejících s tímto zadávacím řízením je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**, IČO: 28360125, se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00, e-mail: zakazky@akfiala.cz, tel.: +420 541 211 528, ID datové schránky: vb7kdaz (dále jen „**zástupce zadavatele**“).

1.2 Zástupce zadavatele zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění osoby oprávněné zastupovat zadavatele či jiné pověřené osoby zadavatele) a je v souladu s § 43 zákona pověřen prováděním úkonů podle zákona v tomto zadávacím řízení, a to včetně přijímání případných námitek.

Komunikace

1.3 Zadavatel (zástupce zadavatele) komunikuje s dodavateli v souladu s § 211 odst. 1 zákona zásadně písemně. Písemná komunikace mezi zadavatelem (zástupcem zadavatele) a dodavatelem musí probíhat elektronicky (s výjimkou případů podle § 211 odst. 3 zákona), a to zejména prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje **E-ZAK** (dále jen „**elektronický nástroj**“).

1.4 Pro komunikaci se zadavatelem (zástupcem zadavatele) prostřednictvím elektronického nástroje je dodavatel povinen zaregistrovat se na adrese elektronického nástroje: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html.

2. Vymezení některých pojmů

2.1 **Zadávacími podmínkami** se v souladu s § 28 odst. 1 písm. a) zákona rozumí veškeré zadavatelem stanovené:

- a) podmínky průběhu zadávacího řízení,
- b) podmínky účasti v zadávacím řízení,
- c) pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení,
- d) pravidla pro hodnocení nabídek,
- e) další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 zákona.

2.2 **Zadávací dokumentací** se v souladu s § 28 odst. 1 písm. b) zákona rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze č. 6 k zákonu.

2.3 Zadavatel uveřejnil v souladu s § 96 odst. 1 zákona na svém profilu zadavatele zadávací dokumentaci v plném rozsahu, s výjimkou formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze č. 6 k zákonu.

2.4 Dokumentací zadávacího řízení se rozumí tento dokument nazvaný „**Dokumentace zadávacího řízení**“.

2.5 Kvalifikační dokumentací se rozumí samostatný dokument nazvaný „**Kvalifikační dokumentace**“ (Příloha č. 2 dokumentace zadávacího řízení).

3. Předmět veřejné zakázky

Předmět plnění veřejné zakázky

3.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení upgrade MR scanneru Philips verze Achieva 1.5T, který vlastní a provozuje Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace.

3.2 Současný stav přístroje:

- a) MR scanner Philips Achieva 1.5T, instalovaný v roce 2008,
- b) gradientní systém Nova HP 16,
- c) pracovní stanice Extended MR Workspace.

3.3 Předmětem upgrade přístroje bude minimálně:

- a) patientský stůl,
- b) RF systém,
- c) gradientní systém,
- d) akviziční a výpočetní systém,
- e) diagnostický software,
- f) RF cívky,
- g) diagnostická pracovní stanice.

3.4 Předmětem plnění veřejné zakázky je dále demontáž a odvoz stávajícího zařízení, nebo jeho nahrazovaných částí, které budou v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zadavatelem vyřazeny. Dodavatel je povinen vyřazené stávající zařízení, nebo jeho nahrazované části zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy, pokud vyřazené stávající zařízení, nebo jeho nahrazované části v souladu s příslušnými právními předpisy nevyužije pro vlastní účely. O demontáži a odvozu vyřazeného stávajícího zařízení, nebo jeho nahrazovaných částí bude vyhotovena příslušná dokumentace.

3.5 Předmětem plnění veřejné zakázky je dále provedení instruktáže pracovníků zadavatele v obsluze a běžné údržbě upgradovaného MR scanneru ve smyslu a v souladu s § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o zdravotnických prostředcích**“), a to včetně vyhotovení příslušné dokumentace o provedené instruktáži.

3.6 Předmětem plnění veřejné zakázky je dále poskytnutí záruky za jakost a provádění komplexního záručního servisu upgradovaného MR scanneru, včetně veškerých jeho součástí a příslušenství, po dobu 1 roku po předání upgradovaného MR scanneru. Součástí záručního servisu jsou servis a revize ve smyslu a v souladu s Hlavou IX zákona o zdravotnických prostředcích.

3.7 Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení).

3.8 Zadavatel za předpokladu splnění všech požadavků zadavatele stanovených v odst. 3.4 až 3.7 dokumentace zadávacího řízení umožňuje v souladu s § 90 odst. 3 zákona a § 91 odst. 2 zákona splnit předmět plnění veřejné zakázky dodáním nového zařízení, tj. dodáním nového nerepasovaného zařízení magnetické rezonance, včetně veškerých jeho součástí a příslušenství, vyrobeného nejdříve v roce 2018, splňujícího veškeré požadavky zadavatele stanovené zejména ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení). Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že možnost dodání nového zařízení nepředstavuje připsání variant nabídky ve smyslu § 102 zákona.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

3.9 Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek:

Kód CPV:

33100000-1	Zdravotnické přístroje
33111610-0	Jednotka magnetické rezonance
33113000-5	Zobrazovací zařízení magnetické rezonance
33113100-6	Skenery pracující na základě magnetické rezonance
50421000-2	Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3.10 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená zadavatelem podle § 16 a násl. zákona činí **14.567.000,- Kč bez DPH**.

Ostatní podmínky

3.11 Zadavatel nepřipouští podmiňovat nabídku jakýmkoli jinými podmínkami, než jsou stanoveny v zadávacích podmínkách.

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky

4.1 Doba a místo plnění jsou stanoveny v obchodních podmínkách (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení).

5. Požadavky na prokázání kvalifikace

5.1 Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace jsou stanoveny v kvalifikační dokumentaci (Příloha č. 2 dokumentace zadávacího řízení).

6. Obchodní a platební podmínky

6.1 Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy, a to formou závazného návrhu kupní smlouvy (varianta A – upgrade stávajícího MR scanneru, varianta B – dodání nového MR scanneru), (dále jen „**návrh smlouvy**“), (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení).

6.2 Účastník zadávacího řízení je povinen upravit návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně účastníka zadávacího řízení, a to v souladu se skutečným stavem tak, aby bylo vymezení účastníka zadávacího řízení jednoznačné a dostatečně jasné.

6.3 Účastník zadávacího řízení doplní do návrhu smlouvy údaje a přílohy, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany účastníka zadávacího řízení nebo u kterých to vyplývá ze zadávací dokumentace, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění návrhu smlouvy či jejích příloh. Pokud je v návrhu smlouvy ve vztahu k některým údajům uvedena informace „**[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]**“, účastník zadávacího řízení takové údaje nedoplňuje, ani nijak neupravuje. Příslušný údaj bude do návrhu smlouvy doplněn před uzavřením smlouvy s dodavatelem.

6.4 Účastní-li se zadávacího řízení více dodavatelů společně (jako jeden účastník zadávacího řízení), jsou povinni v nabídce předložit originál, úředně ověřenou kopii nebo kopii smlouvy, z níž bude závazně vyplývat, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám v souvislosti s plněním veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn zastupovat ostatní dodavatele ve věcech spojených s plněním předmětu veřejné zakázky či jeho určité části a který dodavatel bude fakturačním místem.

6.5 Návrh smlouvy musí respektovat ustanovení zákona, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů, které se vztahují na provádění veřejné zakázky.

6.6 Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele uvedená v zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

6.7 Právní vztah vzniklý na základě návrhu smlouvy se bude řídit platnými a účinnými právními předpisy České republiky a přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie.

7. Požadavky na způsob zpracování ceny plnění

7.1 Účastník zadávacího řízení zpracuje cenu plnění v členění podle předlohy (Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení), tj. jako cenu za upgrade MR scanneru, nebo dodávku nového MR scanneru v rozsahu podle zadávací dokumentace, jež bude následně uvedena v kupní smlouvě.

7.2 Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH (dále jen „**nabídková cena**“). Účastník zadávacího řízení je odpovědný za obsah jím podané nabídky.

7.3 Nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná (s výjimkami stanovenými v návrhu smlouvy). Účastník zadávacího řízení je povinen do nabídkové ceny zahrnout všechny náklady či poplatky a další výdaje, které mu při realizaci veřejné zakázky podle zadávací dokumentace vzniknou nebo mohou vzniknout. Podrobnosti jsou stanoveny v návrhu

smlouvy. Součástí nabídkové ceny musí být veškerá plnění dodavatele z titulu splnění povinností stanovených návrhem smlouvy.

7.4 Nabídka musí obsahovat řádně zpracovanou cenu plnění.

7.5 Jednotlivé číselné údaje je účastník zadávacího řízení povinen stanovit, případně zaokrouhlit, na dvě desetinná místa.

7.6 DPH se rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Není-li účastník zadávacího řízení registrovaným plátcem DPH, tuto skutečnost výslovně uvede prohlášením v návrhu smlouvy.

8. Hodnocení nabídek

Ekonomická výhodnost nabídek

8.1 Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti.

8.2 Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta první zákona podle **nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality**.

Kritéria kvality

8.3 Zadavatel stanovil v souladu s § 116 zákona následující kritéria kvality:

- a) Technická úroveň: *Průměr otvoru gantry,*
- b) Technická úroveň: *Garantovaná homogenita,*
- c) Technická úroveň: *Dynamický rozsah přijímací části RF systému,*
- d) Technická úroveň: *Rychlost rekonstrukce,*
- e) Technická úroveň: *Rozsah pokrytí pro vyšetření páteře.*

Pravidla pro hodnocení nabídek

8.4 Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a) zákona kritéria hodnocení takto:

- a) Nabídková cena,
- b) Technická úroveň: *Průměr otvoru gantry,*
- c) Technická úroveň: *Garantovaná homogenita,*
- d) Technická úroveň: *Dynamický rozsah přijímací části RF systému,*
- e) Technická úroveň: *Rychlost rekonstrukce,*
- f) Technická úroveň: *Rozsah pokrytí pro vyšetření páteře.*

Bližší informace a pokyny pro kritérium hodnocení podle písm. a) tohoto odstavce:

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocena nabídková cena.

Účastník zadávacího řízení zpracuje cenu plnění podle čl. 7 dokumentace zadávacího řízení.

Nabídková cena bude hodnocena níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Účastník zadávacího řízení uvede cenu plnění do předloženého vzoru tabulky pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení (Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení).

Bližší informace a pokyny pro kritérium hodnocení podle písm. b) až f) tohoto odstavce:

V rámci těchto kritérií hodnocení bude hodnocena technická úroveň nabízeného plnění, tj. míra naplnění vybraných technických parametrů nabízeného plnění.

Technická úroveň: Průměr otvoru gantry

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocen průměr otvoru gantry v cm (dále jen „**průměr gantry**“) nad rámec minimálního průměru gantry požadovaného zadavatelem, tj. rozdíl mezi účastníkem zadávacího řízení nabídnutým průměrem gantry a zadavatelem požadovaným minimálním průměrem gantry.

Účastník zadávacího řízení musí nabídnout průměr gantry **nejméně v požadovaném minimálním rozsahu**, tj. rozdíl nabízeného průměru gantry a požadovaného minimálního průměru gantry nesmí být nižší než nula (**v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky**).

Minimální průměr gantry požadovaný zadavatelem činí 60 cm.

Rozdíl mezi účastníkem zadávacího řízení nabídnutým průměrem gantry a zadavatelem požadovaným minimálním průměrem gantry bude hodnocen níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka nabízející plnění s největším rozdílem mezi účastníkem zadávacího řízení nabídnutým průměrem gantry a zadavatelem požadovaným minimálním průměrem gantry.

Technická úroveň: Garantovaná homogenita

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocena garantovaná homogenita pro 40 cm DSV v ppm (dále jen „**garantovaná homogenita**“).

Účastník zadávacího řízení musí nabídnout garantovanou homogenitu **stejnou, nebo menší než je jako nejvýše přípustná stanovena zadavatelem (v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky)**.

Nejvýše přípustná garantovaná homogenita stanovená zadavatelem činí 1,4 ppm.

Garantovaná homogenita bude hodnocena níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka nabízející plnění s nejmenší hodnotou garantované homogenity.

Technická úroveň: Dynamický rozsah přijímací části RF systému

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocen dynamický rozsah přijímací části RF systému v dB (dále jen „**dynamický rozsah**“) nad rámec minimálního dynamického rozsahu

požadovaného zadavatelem, tj. rozdíl mezi účastníkem zadávacího řízení nabídnutým dynamickým rozsahem a zadavatelem požadovaným minimálním dynamickým rozsahem.

Účastník zadávacího řízení musí nabídnout dynamický rozsah **nejméně v požadovaném minimálním rozsahu**, tj. rozdíl nabízeného dynamického rozsahu a požadovaného minimálního dynamického rozsahu nesmí být nižší než nula (**v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky**).

Minimální dynamický rozsah požadovaný zadavatelem činí 160 dB.

Rozdíl mezi účastníkem zadávacího řízení nabídnutým dynamickým rozsahem a zadavatelem požadovaným minimálním dynamickým rozsahem bude hodnocen níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka nabízející plnění s největším rozdílem mezi účastníkem zadávacího řízení nabídnutým dynamickým rozsahem a zadavatelem požadovaným minimálním dynamickým rozsahem.

Technická úroveň: Rychlost rekonstrukce

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocena rychlost rekonstrukce v počtu rekonstrukcí za sekundu (dále jen „**rychlost rekonstrukce**“) nad rámec minimální rychlosti rekonstrukce požadované zadavatelem, tj. rozdíl mezi účastníkem zadávacího řízení nabídnutou rychlostí rekonstrukce a zadavatelem požadovanou minimální rychlostí rekonstrukce.

Účastník zadávacího řízení musí nabídnout rychlost rekonstrukce **nejméně v požadovaném minimálním rozsahu**, tj. rozdíl nabízené rychlosti rekonstrukce a požadované minimální rychlosti rekonstrukce nesmí být nižší než nula (**v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky**).

Minimální rychlost rekonstrukce požadovaná zadavatelem činí 30.000 rekonstrukcí za sekundu při plném FOV při 256 FFT.

Rozdíl mezi účastníkem zadávacího řízení nabídnutou rychlostí rekonstrukce a zadavatelem požadovanou minimální rychlostí rekonstrukce bude hodnocen níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka nabízející plnění s největším rozdílem mezi účastníkem zadávacího řízení nabídnutou rychlostí rekonstrukce a zadavatelem požadovanou minimální rychlostí rekonstrukce.

Technická úroveň: Rozsah pokrytí pro vyšetření páteře

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude hodnocen rozsah pokrytí pro vyšetření páteře v cm bez nutnosti manipulace s pacientem (bez ohledu na to, zda je zařízení vybaveno stacionární nebo posuvnou cívkou), (dále jen „**rozsah pokrytí**“) nad rámec minimálního rozsahu pokrytí požadovaného zadavatelem, tj. rozdíl mezi účastníkem zadávacího řízení nabídnutým rozsahem pokrytí a zadavatelem požadovaným minimálním rozsahem pokrytí.

Účastník zadávacího řízení musí nabídnout rozsah pokrytí **nejméně v požadovaném minimálním rozsahu**, tj. rozdíl nabízeného rozsahu pokrytí a požadovaného minimálního rozsahu pokrytí nesmí být nižší než nula (**v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky**).

Minimální rozsah pokrytí požadovaný zadavatelem činí 90 cm.

Rozdíl mezi účastníkem zadávacího řízení nabídnutým rozsahem pokrytí a zadavatelem požadovaným minimálním rozsahem pokrytí bude hodnocen níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou je v tomto kritériu hodnocení nabídka nabízející plnění s největším rozdílem mezi účastníkem zadávacího řízení nabídnutým rozsahem pokrytí a zadavatelem požadovaným minimálním rozsahem pokrytí.

8.5 Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. b) zákona metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích takto:

Pro vyhodnocení nabídek bude použita bodovací metoda se stupnicí v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost nabídky v rámci příslušného kritéria hodnocení.

Pro číselně vyjádřitelné kritérium hodnocení, pro které má nejvýhodnější nabídka **nejnižší hodnotu** kritéria, tj.:

a) Nabídková cena,

b) Technická úroveň: *Garantovaná homogenita,*

získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{nabídka s nejnižší hodnotou}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 100 \text{ (bodů)}.$$

Pro číselně vyjádřitelné kritérium hodnocení, pro které má nejvýhodnější nabídka **nejvyšší hodnotu** kritéria, tj.:

c) Technická úroveň: *Průměr otvoru gantry,*

d) Technická úroveň: *Dynamický rozsah přijímací části RF systému,*

e) Technická úroveň: *Rychlost rekonstrukce,*

f) Technická úroveň: *Rozsah pokrytí pro vyšetření páteře,*

získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvýhodnější nabídce.

Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{hodnocená nabídka}}{\text{nabídka s nejvyšší hodnotou}} \times 100 \text{ (bodů)}.$$

Takto vypočtená bodová hodnocení budou stanovena, resp. zaokrouhlena, na 2 desetinná místa a budou dále násobena vahou příslušného kritéria hodnocení. Takto zjištěná bodová hodnocení budou následně rovněž stanovena, resp. zaokrouhlena, na 2 desetinná místa.

V případě, že by v některém z kritérií hodnocení podle odst. 8.4 písm. b) až f) dokumentace zadávacího řízení, u kterého je předmětem hodnocení rozdíl nabízené hodnoty a požadované

minimální hodnoty, činil rozdíl nabízené hodnoty a požadované minimální hodnoty pro účely hodnocení nabídek u všech účastníků zadávacího řízení 0, výše uvedená bodovací metoda nebude v tomto kritériu hodnocení uplatněna (s ohledem na nemožnost dělit nulou) a všem účastníkům zadávacího řízení bude v tomto kritériu hodnocení přidělen nulový počet bodů.

8.6 Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. c) zákona váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii takto:

a) Nabídková cena	váha: 70 %,
b) Technická úroveň: <i>Průměr otvoru gantry</i>	váha: 3 %,
c) Technická úroveň: <i>Garantovaná homogenita</i>	váha: 7,5 %,
d) Technická úroveň: <i>Dynamický rozsah přijímací části RF systému</i>	váha: 6 %,
e) Technická úroveň: <i>Rychlost rekonstrukce</i>	váha: 6 %,
f) Technická úroveň: <i>Rozsah pokrytí pro vyšetření páteře</i>	váha: 7,5 %.

8.7 Na základě součtu výsledných bodových hodnot jednotlivých nabídek v rámci kritérií hodnocení bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek.

8.8 Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů za všechna kritéria hodnocení v součtu.

8.9 Pro hodnocení jsou rozhodné ceny bez DPH.

9. Závaznost požadavků zadavatele

9.1 Informace a údaje uvedené v zadávací dokumentaci vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky.

10. Prohlídka místa plnění

Účel, doba a místo prohlídky místa plnění

10.1 Zadavatel umožní všem dodavatelům prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů s místem plnění a s jeho technickými a provozními parametry.

10.2 Termín prohlídky místa plnění: **dne 27.11.2018, v 10:00 hod.**

10.3 Sraz účastníků prohlídky místa plnění: **na recepci Nemocnice Znojmo, příspěvkové organizace, na adrese MUDr. Jana Janského 11, Znojmo.**

Počet zástupců při účasti na prohlídce

10.4 Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit nejvýše 2 zástupci dodavatele. Dodavatel je povinen svůj zájem o prohlídku místa plnění písemně oznámit zadavateli, resp. zástupci zadavatele uvedenému v čl. 1 dokumentace zadávacího řízení alespoň 2 pracovní dny před termínem prohlídky místa plnění,

a to elektronicky k rukám zástupce zadavatele uvedeného v čl. 1 dokumentace zadávacího řízení (tj. e-mailem nebo datovou zprávou na kontaktní údaje uvedené v odst. 1.1 dokumentace zadávacího řízení, nebo prostřednictvím elektronického nástroje). V opačném případě zadavatel negarantuje uskutečnění prohlídky místa plnění. Zástupci dodavatele jsou povinni prokázat se písemnou plnou mocí či pověřením dodavatele; to neplatí, jsou-li zástupci dodavatele statutárním orgánem dodavatele či členy statutárního orgánu dodavatele.

Způsob vyjasnění případných dotazů

10.5 Ústní odpovědi zadavatele nebo zástupce zadavatele uvedené v průběhu prohlídky místa plnění na dotazy vznesené v souvislosti s prohlídkou místa plnění budou mít pouze informativní charakter a nejsou pro zadávací řízení veřejné zakázky závazné.

10.6 Pokud z prohlídky místa plnění vyvstane potřeba vysvětlení zadávací dokumentace, je dodavatel oprávněn postupovat podle následujícího článku dokumentace zadávacího řízení. **Pouze písemné vysvětlení zadávací dokumentace má závazný charakter.**

11. Vysvětlení zadávací dokumentace

11.1 Zadavatel může v souladu s § 98 odst. 1 zákona **zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.**

11.2 Dodavatelé mohou **písemně požadovat** v souladu s § 98 odst. 3 zákona **vysvětlení zadávací dokumentace.**

11.3 **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace** musí dodavatelé **zasílat v písemné formě v elektronické podobě** k rukám zástupce zadavatele uvedeného v čl. 1 dokumentace zadávacího řízení, tj. e-mailem nebo datovou zprávou na kontaktní údaje uvedené v odst. 1.1 dokumentace zadávacího řízení, nebo prostřednictvím elektronického nástroje.

11.4 V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje.

11.5 Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele.

11.6 **Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle odst. 11.1 dokumentace zadávacího řízení.**

11.7 Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu podle odst. 11.1 dokumentace zadávacího řízení.

11.8 Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.

11.9 Pokud se vysvětlení zadávací dokumentace týká částí zadávací dokumentace, které se neuveřejňují podle § 96 odst. 2 zákona, odešle je nebo předá zadavatel všem dodavatelům, kteří podali

žádost o příslušné části zadávací dokumentace. Odst. 11.1 dokumentace zadávacího řízení se v takovém případě nepoužije.

12. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

12.1 Zadavatel může před uplynutím lhůty pro podání nabídek změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci.

12.2 Změnu nebo doplnění zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci zadavatel uveřejnění nebo oznámí dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínku, která byla změněna nebo doplněna.

12.3 Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

12.4 V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

13. Lhůta pro podání nabídek

13.1 Lhůta pro podání nabídek: lhůta pro podání nabídek je uvedena v oznámení o zahájení zadávacího řízení, které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky: Z2018-039432.

13.2 Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost účastník zadávacího řízení.

14. Otevírání nabídek

14.1 Zadavatel otevře nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

14.2 Otevírání nabídek se bude s ohledem na skutečnost, že zadavatel umožňuje podání nabídek pouze elektronicky, konat bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

14.3 Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.

15. Zadávací lhůta

15.1 Zadavatel v souladu s § 40 zákona stanovuje zadávací lhůtu (lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit) v délce **6 měsíců**.

15.2 Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 zákona.

16. Jistota

16.1 Zadavatel v souladu s § 41 zákona požaduje poskytnutí jistoty ve výši **290.000,- Kč**.

16.2 Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou **složení peněžní částky** na účet zadavatele č. ú.: **19-5055520217/0100** vedený u **Komerční banky a.s., variabilní symbol: IČO nebo datum narození účastníka zadávacího řízení** (dále jen „**peněžní jistota**“), nebo **formou bankovní záruky** ve prospěch zadavatele, nebo **pojištění záruky** ve prospěch zadavatele, a to ve lhůtě pro podání nabídek podle čl. 13 dokumentace zadávacího řízení.

16.3 Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:

- a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,
- b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
- c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění záruky.

16.4 Poskytne-li účastník zadávacího řízení jistotu formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. Zadavatel připouští možnost prodloužení platnosti či obnovení bankovní záruky (popř. zřízení nové bankovní záruky), pokud by měla během trvání zadávací lhůty platnost bankovní záruky uplynout v důsledku stavění zadávací lhůty podle § 40 zákona.

16.5 Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele:

- a) po uplynutí zadávací lhůty, nebo
- b) poté, co účastník zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty.

16.6 Poskytne-li účastník zadávacího řízení jistotu formou peněžní jistoty, doloží v nabídce prohlášení podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení, ve kterém uvede platební údaje pro vrácení peněžní jistoty. Nedoloží-li účastník zadávacího řízení v nabídce prohlášení o platebních údajích pro vrácení peněžní jistoty, vrátí zadavatel peněžní jistotu na účet, z něhož byla složena.

17. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

17.1 Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání.

17.2 Povinnost podle předchozího odstavce dokumentace zadávacího řízení účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

17.3 Dozví-li se zadavatel, že účastník zadávacího řízení nesplnil povinnost uvedenou v odst. 17.1 dokumentace zadávacího řízení, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. Zadavatel odešle bezodkladně účastníkovi zadávacího řízení oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním.

18. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky

18.1 Nabídky se podávají písemně v elektronické podobě.

18.2 Nabídka v elektronické podobě musí být podána **prostřednictvím elektronického nástroje**. Dodavatel, který má v úmyslu podat nabídku na veřejnou zakázku, je povinen zaregistrovat se na výše uvedené adrese elektronického nástroje. Podání nabídky je možné až po registraci a přihlášení do elektronického nástroje.

18.3 Nabídky mohou být podány **pouze v českém jazyce**.

18.4 Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

18.5 Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.

18.6 Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

18.7 Zadavatel podle § 107 odst. 5 zákona vyloučí ze zadávacího řízení účastníka zadávacího řízení, který podal v tomtéž zadávacím řízení více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel odešle bezodkladně účastníkovi zadávacího řízení oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním.

18.8 Součástí nabídky musí být účastníkem zadávacího řízení řádně upravený a doplněný návrh smlouvy.

18.9 Součástí nabídky musí být účastníkem zadávacího řízení řádně doplněná specifikace nabízeného plnění. Účastník zadávacího řízení předloží v nabídce podrobný popis nabízeného plnění, a to v členění na jednotlivé položky nebo prvky dodávané v rámci předmětu plnění veřejné zakázky. Z účastníkem zadávacího řízení předložené specifikace nabízeného plnění musí vyplývat, že účastníkem zadávacího řízení nabízené plnění splňuje minimální požadavky zadavatele uvedené ve specifikaci předmětu plnění, tj. požadavky na výkon a funkci magnetické rezonance (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení).

18.10 Součástí nabídky musí být účastníkem zadávacího řízení řádně zpracovaná cena plnění a další kritéria hodnocení. Účastník zadávacího řízení v nabídce dále předloží podrobný rozpis nabídkové ceny, a to v členění na jednotlivé položky nebo prvky dodávané v rámci předmětu plnění veřejné zakázky. Cenu plnění a další kritéria hodnocení zadavatel doporučuje zpracovat podle předlohy (Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení).

18.11 Součástí nabídky musí být seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi, zejména poddodavatelů, kterými účastník zadávacího řízení prokazoval splnění části profesní

způsobilosti nebo ekonomické či technické kvalifikace, včetně uvedení části veřejné zakázky, kterou bude každý z poddodavatelů plnit, **nebo čestné prohlášení o tom, že účastník zadávacího řízení nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky** (dále jen „*seznam poddodavatelů*“). Seznam poddodavatelů zadavatel doporučuje zpracovat podle předlohy (Příloha č. 6 dokumentace zadávacího řízení).

18.12 Účastník zadávacího řízení předloží nabídku 1x v originále v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje.

18.13 V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny:

- a) identifikační údaje účastníka zadávacího řízení v rozsahu uvedeném v § 28 odst. 1 písm. g) zákona,
- b) identifikace části veřejné zakázky, do které je nabídka podávána, je-li veřejná zakázka rozdělena na části,
- c) nabídková cena, je-li to požadováno podle čl. 7 dokumentace zadávacího řízení,
- d) případně další údaje.

Krycí list zadavatel doporučuje zpracovat podle předlohy (Příloha č. 1 dokumentace zadávacího řízení).

18.14 Nabídka bude předložena v následující struktuře:

- a) krycí list nabídky,
- b) obsah nabídky (s uvedením čísel stránek),
- c) doklady prokazující splnění kvalifikace,
- d) řádně doplněný návrh smlouvy,
- e) cena plnění v členění podle čl. 7 dokumentace zadávacího řízení,
- f) doklad o složení jistoty, je-li požadována,
- g) ostatní dokumenty.

18.15 Požadavky na formu nabídky uvedené v odst. 18.13 až 18.14 dokumentace zadávacího řízení mají doporučující charakter.

19. Další podmínky a práva zadavatele
--

19.1 Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník zadávacího řízení sám. Nabídky ani jejich části se (s výjimkou originálu bankovní záruky nebo pojištění záruky, je-li požadována jistota) účastníkům zadávacího řízení po skončení lhůty pro podání nabídek nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadávacím řízení.

19.2 V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, je vybraný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.

19.3 Zadavatel si nevyhrazuje změnu závazku ve smyslu § 100 zákona.

19.4 Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu § 101 zákona.

19.5 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky ve smyslu § 102 zákona.

19.6 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 zákona.

19.7 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka zadávacího řízení i u třetích osob a účastník zadávacího řízení je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

19.8 Zpracování osobních údajů zadavatelem bude prováděno způsobem uvedeným v Informacích o ochraně osobních údajů získaných v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky (dále jen „**Informace o zpracování osobních údajů**“), které jsou přílohou dokumentace zadávacího řízení (Příloha č. 7 dokumentace zadávacího řízení). Uvádí-li dodavatel v nabídce osobní údaje, seznámí subjekty těchto osobních údajů s Informacemi o zpracování osobních údajů.

19.9 Zadavatel v souladu s § 104 zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínky pro uzavření smlouvy:

a) předložení dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele, pokud nebyly předloženy již v nabídce, nebo je zadavatel již nemá k dispozici, a to:

- 1. aktuálního seznamu poddodavatelů,**
- 2. plánu realizace předmětu plnění veřejné zakázky** (tj. časového a věcného harmonogram s uvedením dílčích plnění a termínů jejich splnění, a to v členění nejméně v tomto rozsahu:
 - zpracování projektové dokumentace (bude-li potřeba s ohledem na způsob realizace předmětu plnění veřejné zakázky zvolený dodavatelem),
 - provedení nezbytných stavebních úprav pro demontáž stávajícího zařízení (budou-li potřeba s ohledem na způsob realizace předmětu plnění veřejné zakázky zvolený dodavatelem),
 - demontáž stávajícího zařízení,
 - provedení nezbytných stavebních úprav pro transport a umístění dodávaných komponent pro upgrade stávajícího zařízení, nebo pro dodání nového zařízení (budou-li potřeba s ohledem na způsob realizace předmětu plnění veřejné zakázky zvolený dodavatelem),
 - dodávání komponent pro upgrade stávajícího zařízení, nebo dodání nového zařízení,
 - úpravy nebo výměny souvisejících zařízení (např. chlazení MR, chlazení technické místnosti, RF kabiny, technologického rozvaděče apod., budou-li potřeba s ohledem na způsob realizace předmětu plnění veřejné zakázky zvolený dodavatelem),
 - provedení nezbytných stavebních úprav pro instalaci a zprovoznění upgradovaného stávajícího zařízení, nebo dodaného nového zařízení (budou-li potřeba s ohledem na způsob realizace předmětu plnění veřejné zakázky zvolený dodavatelem),
 - instalace a zprovoznění upgradovaného stávajícího zařízení, nebo dodaného nového zařízení.

20. Seznam příloh

20.1 Součástí dokumentace zadávacího řízení jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Předloha krycího listu nabídky

Příloha č. 2 Kvalifikační dokumentace

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

a. Návrh kupní smlouvy (varianta A – upgrade stávajícího MR scanneru)

b. Návrh kupní smlouvy (varianta B – dodání nového MR scanneru)

Příloha č. 4 Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 5 Předloha pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení

Příloha č. 6 Předloha seznamu poddodavatelů

Příloha č. 7 Informace o zpracování osobních údajů zadavatelem

V Brně dne 08.11.2018

**Nemocnice Znojmo,
příspěvková organizace**
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel