

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Vyšetřovací lůžko pro plicní oddělení

- velmi stabilní a jednoduše čistitelný sloupový podvozek lůžka
- hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 60 - 90 cm
- dvoudílná ložná plocha min. 190 x 65 cm
- možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 12° a Antitrendeleburgovy polohy min. 12°
- integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka s ochranou proti nechtěnému spuštění
- kolečka s centrálním ovládním brzd prům. min. 200 mm, 5. Kolečko pro snadnější manipulaci
- prostor na umístění tlakové lahve
- univerzální držáky na drobné příslušenství
- ochranná kolečka v rozích lůžka
- nosnost minimálně 230 kg
- matrace ze studené PUR pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem a s integrovanými podložkami pro přesun pacienta
- rentgenovatelná celá ložná plocha pro C-rameno a s možností umístění RTG kazety pod ložnou plochou
- integrovaný sklopný infuzní stojan sloužící jako transportní madlo
- eurolišta po obou stranách lůžka