

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 06

V souladu s ustanovením § 49 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
IČ a DIČ: 00839205, není plátce DPH
Sídlo zadavatele: 682 01 Vyškov, Purkyňova 36 CZ
Zastoupený: Ing. Věrou Seidlovou ředitelkou nemocnice
Tel: +420 517 315 100 Fax: +420 517 315 118
e-mail: seidlova@nemvy.cz
Kód NUTS: CZ 064
Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889

Kontaktní osoba zadavatele: co-eo s.r.o. Milan Pavlun
Tel: 603 251 031; Tel/fax: 517 330 292;
e-mail: pavlunmilan@centrum.cz
Sídlo kontaktní osoby: Závodí 233/16, 682 01 Vyškov CZ

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:
„Nemocnice Vyškov - Vybavení iktového centra“ (dále také zakázka).
označené

DI/06/13 – část č. 11 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky

Jedná se o tyto dodatečné informace:

Otázka č. 06/1:

V rámci VZ s Názvem „Nemocnice Vyškov – Vybavení iktového centra“ část č. 11 – Infuzní technika (Lůžko resuscitační vybavené – infuzní technika, Transportní lůžko – infuzní technika) pro Pumpu infuzní je uveden požadavek „možnost použití běžných PVC setů od různých výrobců“.

Uchazečem nabízené infuzní pumpy používají pouze originální infuzní sety výrobce a to především a výhradně z důvodu bezpečnosti pacienta. Tyto sety garantují nejvyšší přesnost podání léčiva až po dobu 96 hodin nepřetržitého provozu, jsou opatřeny bezpečnostní zámekem zabraňujícím nežádoucímu bolusu léčiva při otevření dvířek infuzní pumpy a navíc jsou „DEHP free“ což je další výrazný příspěvek k bezpečnosti a kvalitě péče v kontextu současných trendů. Navíc zadavatel v dalším bodě technické specifikace u infuzních pump požaduje „průtokovou klapku zabraňující volnému toku infúze“, což právě uchazečem nabízené infuzní pumpy mají bezpečnostní zámek bránící volnému toku do pacienta na originálním setu. Tím je zajištěno, že k volnému toku infuze nedochází ani po vyjmutí setu z infuzní pumpy.

Uchazeč považuje navíc tuto podmínku za diskriminační, protože předem zásadním způsobem znevýhodňuje v podmínkách výrobce, kteří splnění tohoto parametru neumožňují právě s ohledem na garantovanou bezpečnost a přesnost dávkování roztoků a léčiv. Uchazeč se domnívá, že je nepřijatelné požadovat garantovanou přesnost podání infuzními sety jiných než originálních výrobců, protože výrobce infuzní pumpy nemá možnost kontrolovat a garantovat kvalitu a případné změny výrobního procesu infuzních setů jiných výrobců a protože tak dochází k přenášení zodpovědnosti za bezpečnost péče o pacienta z výrobce spotřebního materiálu na výrobce infuzní techniky.

Dotaz: Trvá zadavatel i přes výše uvedené informace na možnosti použití PVC setů různých výrobců, nebo bude s ohledem na bezpečnost péče o pacienta akceptovat i nabídku infuzních pump používajících výhradně infuzní sety originálních výrobců pump?

Odpověď: č. 06/1

Z hlediska ekonomičnosti provozu nakupované infuzní techniky zadavatel trvá na podmínce - možnost použití běžných PVC setů od různých výrobců. Zadavatel tedy bude akceptovat infuzní pumpy používající běžné infuzní sety různých výrobců. Zadavatel běžně pořizuje a používá infuzní techniku od více výrobců, a většina zadavatelem používané infuzní techniky je vyráběna, určena a výrobcem garantována právě pro použití PVC setů od více výrobců, což zadavatel při svém provozu využívá. Z uvedeného důvodu zadavatel konstatuje, že se v žádném případě nejedná o podmínku diskriminační nebo požadavek zhoršující bezpečnost pacienta.

Otázka č. 06/2:

V rámci VZ s Názvem „Nemocnice Vyškov – Vybavení iktového centra“ část č. 11 – Infuzní technika (Lůžko resuscitační vybavené – infuzní technika, Transportní lůžko – infuzní technika) pro Pumpu infuzní je uveden požadavek „pohotovostní (Stand by) režim“ a Dávkoč lineární je uveden požadavek „ukončení Stand -by“.

Uchazeč se je toho názoru, že splnění tohoto požadavku dostatečně spolehlivě a navíc s vyšší mírou ochrany proti nežádoucí uživatelské chybě způsobené náhodným spuštěním řeší nastavitelná funkce „pauza“. Uchazečem nabízené dávkoče a pumpy navíc disponují natolik intuitivním a rychlým systémem startu, že absence režimu Stand-by nezpůsobuje časové prodlevy při manipulaci a nijak nesnižuje uživatelský komfort.

Dotaz: Trvá zadavatel i přes výše uvedené informace na zachování režimu Stand-by, nebo bude akceptovat i uchazečem navrhované řešení, které současně výrazně snižuje riziko nechtěné chyby?

Odpověď: č. 06/2

Dle zadavatele, popisuje zájemce ve své otázce stejnou nebo obdobnou funkci přístroje požadovanou zadavatelem v zadávacích podmínkách. Zadavatel bude akceptovat uchazečem navrhované řešení.

Otázka č. 06/3:

Chtěli bychom vás požádat o odpověď na dotaz:

V rámci části 10 je specifikace na 3 druhy ventilátorů.

1 /Lůžko resuscitační vybavené - ventilátor

2/Lůžko JIP vybavené - ventilátor

3/Transportní lůžko - ventilátor

Náš dotaz je:

Pokud naše společnost nemá v nabídce všechny 3 druhy ventilátorů, případně technická specifikace neodpovídá našim produktům, můžeme v rámci části 10 podat nabídku pouze na 1 druh ventilátoru?

Odpověď: č. 06/3

V souladu se zněním zadávacích podmínek, musí být nabídky podány na celou samostatnou část předmětné veřejné zakázky, tedy na všechny přístroje, které tato část obsahuje. V případě, že zájemce není schopen nabídnout všechny přístroje předmětné části, může využít subdodavatele, může se stát subdodavatelem jiného dodavatele, nebo může podat společnou nabídku s více dodavateli.

Ve Vyškově 12.9.2013

.....
Ing. Věra Seidlová
Ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o.