

Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky dělenou na pět částí zadávanou v otevřeném řízení dle
§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“)

s názvem

**Nákup drobných investic na vybavení laboratoří
a odborných učeben SPŠCH Vranovská**

Zadavatel:

**Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace,
Vranovská 1364/65, 614 00 Brno - Husovice
IČ 621 572 64**



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

3. část výběrového řízení – dodávka vybavení učebny biologie

Položka č. 2:

Bude zadavatel akceptovat podložní sklíčka s rozměrem 76x26 mm?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Ano. Rozměr byl upraven na 76x26 mm. Rozměr 76x76 mm, který je uveden v technické dokumentaci neexistuje a ani by nebyl prakticky použitelný, jedná se o překlep. Upravené technické podmínky jsou přílohou tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

3. část výběrového řízení – dodávka vybavení učebny biologie

Položka č. 3:

Bude zadavatel akceptovat krycí sklíčka s rozměrem 22x22 mm?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel nebude akceptovat rozměr 22x22 mm. Zadavatel trvá na to, aby byl dodržen rozměr 20x20mm, který je stanoven v technických podmínkách.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

3. část výběrového řízení – dodávka vybavení učebny biologie

Položka č. 4:

Bude zadavatel akceptovat Pasteurovy pipety lisované (ne vyfouklé z jednoho kusu plastu)?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel nebude akceptovat Pasteurovy pipety lisované. Zadavatel trvá na to, aby Pasteurovy pipety byly plastové, jak je stanoveno v technických podmínkách.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

3. část výběrového řízení – dodávka vybavení učebny biologie

Položka č. 5:

Bude zadavatel akceptovat objem třecí misky 220 ml?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel nebude akceptovat objem třecí misky 220 ml. Zadavatel trvá na to, aby byl dodržen objem třecí misky 250 ml, jak je stanoveno v technických podmínkách.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

3. část výběrového řízení – dodávka vybavení učebny biologie

Položka č. 7:

Bude zadavatel akceptovat objem vnitřního prostoru 53 l?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel nebude akceptovat objem vnitřního prostoru 53 l. Zadavatel trvá na to, aby byl dodržen objem vnitřního prostoru 55 l, jak je stanoveno v technických podmínkách.

Dodavatelé v rámci své nabídky pro třetí část veřejné zakázky předloží přílohu č. 8 – Technické podmínky pro třetí část ve znění SVZD č. 2. V případě, že dodavatel nepředloží v rámci své

nabídky pro třetí část technické podmínky pro třetí část ve znění souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, může být ze zadávacího řízení vyloučen.

Přílohy:

Příloha č. 1 SVZD č. 2. Příloha č. 8 Technické podmínky pro třetí část ve znění SVZD č. 2

Vzhledem k tomu, že zadavatel zmeškal lhůtu pro odeslání vysvětlení zadávací dokumentace, dle § 98 odst. 4 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o tolik dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny a přiměřeně povaze vysvětlení zadávací dokumentace do 25. 03. 2019 do 09:00 hod pro všechny části veřejné zakázky. Všechny ostatní skutečnosti se vážou na provedenou změnu.

V Brně, dne 11. 03. 2019

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele