



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

**Nemocnice Kyjov – pořízení přístrojového vybavení pro
anesteziologii a intenzivní medicínu, dětské lékařství, radiologii,
gynekologii, vnitřní lékařství, chirurgii, ortopedii, urologii**

část 7 – lůžka pro intenzivní péči

SVAZEK 3

Obchodní podmínky

**ZADAVATEL: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace,
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov**



RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno
Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností

PREAMBULE

Tyto obchodní podmínky určují rámec budoucího smluvního vztahu mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Jsou vypracovány v rozsahu vzoru smlouvy, na jehož znění zadavatel trvá. Dodavatel doplní do předloženého vzoru údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a popřípadě další údaje, jejichž doplnění text návrhu smlouvy předpokládá, označeno v textu obchodních podmínek [DOPLNÍ DODAVATEL]), a takto doplněné obchodní podmínky (popřípadě doplněné jinými přílohami požadovanými podmínkami zadávacího řízení) předloží v nabídce jako návrh smlouvy na veřejnou zakázku.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Kupní smlouva

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Se sídlem: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČ: 00226912
DIČ: CZ00226912
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1230
Zastoupený: Ing. Mgr. Lubomír Wenzl – ředitel
Bankovní spojení: KB Hodonín, č. účtu [redacted]

na straně jedné (dále jen „**kupující**“)

a

Prodávající: LINET spol. s r.o.
Se sídlem: Želečnice č.p. 5, 274 01 Slaný
IČ: 00507814
DIČ: CZ00507814
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 163
Zastoupen: Ing. Zbyňkem Frolíkem, Ing. Tomášem Kolářem, Ing. Jaroslavem Chvojkou – jednatelem, Ing. Pavlem Chýňavou - prokuristou
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. [redacted]

na straně druhé (dále jen „**prodávající**“)

prodávající a kupující dále také jako „**smluvní strany**“
nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

tímto uzavírají tuto kupní smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“), jako výsledek otevřeného zadávacího řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky nazvané „Nemocnice Kyjov – pořízení přístrojového vybavení pro anesteziologii a intenzivní medicínu, dětské lékařství, radiologii, gynekologii, vnitřní lékařství, chirurgii, ortopedii, urologii“ pro část 7 – lůžka pro intenzivní péči (dále jen „**veřejná zakázka**“), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Integrovaného regionálního operačního programu, s registračním číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001229 v rámci 31. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro Integrovaný regionální operační program, specifického cíle 2.3. „Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví“.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu toto zboží dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a umožnit kupujícímu k němu nabýt vlastnické právo:

Zboží	Množství	Typové označení zboží
Lůžka pro intenzivní péči s laterálním náklonem a váhou pro ARO	2 ks	Eleganza 5
Lůžka pro intenzivní péči s laterálním náklonem pro ARO	1 ks	Eleganza 5
Lůžka pro intenzivní péči pro GYN	3 ks	Eleganza 3
Lůžka pro intenzivní péči pro JIP interna	11 ks	Eleganza 3

Smlouva obsahuje kopii technické dokumentace s popisem nabízeného plnění předložené v nabídce prodávajícího podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce (dále jen „zařízení“, „zboží“ nebo „předmět plnění“), která je přílohou č. 2 smlouvy.

2. Prodávající se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit služby spočívající v instalaci, příp. montáži zboží, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny. Prodávající se rovněž zavazuje k tomu, že zajistí obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zboží do plného provozu.

Služby spočívající v instalaci zboží zahrnují jeho usazení v místě plnění a napojení na zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky (je-li funkce pořizovaného zboží podmíněna takovým připojením). Připravenost rozvodů, tj. napojení na zdroje (el. energie, voda, atd.) zajistí Kupující dle požadavků Prodávajícího.

Služby spočívající v montáži zahrnují zejména ustavení, sestavení a propojení pořizovaného zboží.

Služby spočívající v uvedení pořizovaného zboží do plného provozu zahrnují jeho odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně jeho seřízení, předvedení plné funkčnosti, provedení zkušebního provozu, zajištění instruktáže dle platného zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), pro jeho obsluhu, obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zboží do plného provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby zboží mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel.

3. Součástí předmětu plnění je vedle zařízení kompletní příslušenství, zejména ustavení v místě plnění, sestavení a propojení pořizovaného zařízení, instruktáž obsluhy včetně zajištění dopravy do místa určení a jeho vybalení a kontrola, uvedení do plného provozu s předvedením funkčnosti, poskytování bezplatného záručního servisu, likvidace obalů a odpadu v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

4. Součástí předmětu plnění je zpracování a předání:

- instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce, a to 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD,
- prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy
- příslušná dokumentace dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a příp. doklady dle atomového zákona č. 18/1997 Sb., v platném znění, pokud jsou tyto doklady pro provoz nezbytné,
- předání certifikátu CE,
- zpracování a předání protokolu se stanovením třídy zdravotnického prostředku (I, IIa, IIb, III),
- zajištění periodických prohlídek, technických kontrol a validace zboží po dobu trvání záruční doby, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zboží.

5. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu předá protokol o instruktáži obsluhy a doklad o likvidaci obalů a odpadu.

6. Prodávající se zavazuje k tomu, že zajistí obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zboží do plného provozu.

7. Zařízení musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, nevyužité pro výstavní, prezentační či jiné reklamní účely, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím.

8. Prodávající prohlašuje, že:

- předmět plnění dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky kupujícího uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
- je výlučným vlastníkem zařízení,
- na zařízení nevážnou žádná práva třetích osob,
- není dána žádná překážka, která by mu bránila se zařízením podle této smlouvy disponovat,
- zařízení nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům.

9. Prodávající dále prohlašuje, že:

1. kvalitativní a technické vlastnosti zařízení odpovídají požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným kupujícím v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce;

2. zařízení je z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče v ČR. Zejména, že u zařízení byla stanoveným způsobem posouzena shoda jeho vlastností s technickými požadavky, které stanoví nařízení vlády, že je označeno stanoveným způsobem a že výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce o tom vydal písemné prohlášení o shodě. Jedná-li se o zařízení, které již bylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a je opatřeno značkou CE, je prodávající povinen předložit kupujícímu kopii prohlášení o shodě vystaveného výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem a kopii CE certifikátu. V případě zařízení, které dosud nebylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a není opatřeno značkou CE, avšak může být uváděno do provozu podle přechodných ustanovení příslušného nařízení vlády, je prodávající povinen předložit jako doklad o vhodnosti zboží pro použití při poskytování zdravotní péče kopii závěrečné zprávy o provedení klinického hodnocení zdravotnického prostředku (nebo její část obsahující alespoň základní identifikační údaje a údaje o ověření vhodnosti zdravotnického prostředku pro určený účel použití). Prodávající předloží kupujícímu rovněž kopie případných dalších veřejnoprávních rozhodnutí, povolení, osvědčení, certifikátů a atestů, které jsou podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí právní předpisy) vydávány pro jednotlivé druhy zdravotních prostředků a vztahují se k zařízení.

10. Kupující se zavazuje zařízení převzít a zaplatit prodávajícímu níže uvedenou kupní cenu.

II. Kupní cena

1. Kupní cena za splnění předmětu této smlouvy prodávajícím je sjednána v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

Název položky	MJ	Množství	Cena Kč bez DPH/ MJ	Celkem cena Kč bez DPH
Lůžka pro intenzivní péči s laterárním náklonem a váhou pro ARO	ks	2		
Lůžka pro intenzivní péči s laterárním náklonem pro ARO	ks	1		
Lůžka pro intenzivní péči pro GYN	ks	3		
Lůžka pro intenzivní péči pro JIP interna	ks	11		
Cena celkem Kč bez DPH				1 205 098,00

2. Výše DPH bude účtováno dle platné legislativy.

3. Kupní cena je ujednána v měně CZK.

4. Kupní cena je sjednána jako pevná a nejvýše přípustná. Výše nabídkové ceny je nezávislá na vývoji cen či kursových změnách.

5. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu této smlouvy včetně provedení služeb spočívajících v jeho instalaci, příp. montáži či implementaci a uvedení do plného provozu, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny, a to zejména pořízení zboží včetně nákladů na jeho výrobu, clo, dopravu do místa určení včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, náklady na pojištění zboží, ostrahu zboží do jeho předání a převzetí, daně a poplatky spojené s dodávkou zboží, náklady na průvodní dokumentaci uvedení do provozu, likvidace odpadu a obalů a instruktáže příslušných zaměstnanců, tj. techniků kupujícího a obsluhujícího personálu, potřebné doklady ke zboží, vstupní validace, záruční servis a pravidelné technické prohlídky nařízené výrobcem dle zákona o zdravotnických prostředcích, pokud se jedná o zdravotnickou techniku dle zákona o zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné revize, prohlídky a validace v požadovaném intervalu (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů), vše včetně vystavení protokolu a případný update software. To vše po dobu záruky bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny.

III. Platební podmínky

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené prodávajícím po protokolárním předání a převzetí zařízení, viz dále. Splatnost faktury činí **30 dnů** od jejího prokazatelného doručení kupujícímu.
2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že každá faktura bude označena číslem projektu (reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001229).
3. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí kupující prodávajícímu písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je prodávající povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.
4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zákonného úroku z prodlení ve výši stanovené občanským zákoníkem za každý den prodlení.
5. Za prodlení s úhradou faktury není kupující povinen kromě smluvního úroku z prodlení dle předchozího odstavce hradit jakoukoliv smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci.

IV. Termín plnění

1. Prodávající se zavazuje odevzdat zařízení dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy nejpozději do **90 kalendářních dnů** od uzavření této smlouvy.

V. Místo plnění a dodací podmínky

1. Zařízení bude odevzdáno v sídle kupujícího na adrese: Strážovská 1247/22, Kyjov
2. Prodávající bude předem informovat kupujícího o přesném termínu předání zařízení, a to písemně tak, aby zpráva o odevzdání byla doručena kupujícímu nejméně 5 kalendářních dnů před odevzdáním zařízení.
3. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem kupujícího je pro účely této smlouvy určen [REDACTED]
[REDACTED]
4. Kontaktní osobou prodávajícího je pro účely této smlouvy určen [REDACTED]
[REDACTED]
5. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu, které vybavení je nutné pro instalaci mít připravené v místě dodání zařízení a jaký způsob součinnosti od kupujícího očekává k úspěšné instalaci zařízení a instruktáži příslušných osob.
6. Kupující se zavazuje poskytnout včas veškeré potřebné vybavení nutné pro instalaci zařízení a potřebnou součinnost při instalaci a instruktáži dle pokynů prodávajícího.
7. Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud:
 - zařízení bylo řádně předáno včetně příslušné dokumentace,
 - zařízení bylo nainstalováno, uvedeno do plného provozu, provedena vstupní validace,
 - byla provedena instruktáž obsluhy, tj. techniků kupujícího a obsluhujícího personálu, dle platného zákona o zdravotnických prostředcích,
 - zařízení bylo řádně předáno a převzato způsobem sjednaným níže.
8. Vlastnické právo k zařízení přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí, které je potvrzeno podpisem předávacího protokolu. S přechodem vlastnického práva přechází současně na kupujícího i nebezpečí škody na předmětu koupě. Kupující není povinen převzít zařízení či jeho část, která je poškozena nebo jinak nesplňuje podmínky dle této smlouvy.
 - Po dodání zařízení vystaví prodávající předávací protokol, který bude obsahovat níže uvedené náležitosti označení dodacího listu/předávacího protokolu a jeho číslo,
 - název a sídlo prodávajícího a kupujícího,
 - číslo kupní smlouvy,
 - označení dodaného a nedodaného zařízení a jeho množství a výrobní číslo,
 - datum dodání, instalace a instruktáže personálu,
 - stav zařízení v okamžiku jeho předání a převzetí,
 - jiné náležitosti důležité pro předání a převzetí dodaného zařízení.

9. Předávací protokol podepíší a opatří otisky razítek oprávnění zástupci obou smluvních stran. Takto opatřený dodací list/předávací protokol slouží jako doklad o řádném předání a převzetí zařízení.

VI. Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zařízení spočívající v tom, že zařízení, jakož i jeho veškeré části a jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti.
2. Záruční doba se sjednává v délce **24** měsíců ode dne převzetí zařízení kupujícím, tj. od podpisu předávacího protokolu.
3. Záruční servis bude prodávající provádět bezplatně. Po dobu záruční doby provede prodávající nebo na vlastní náklad zajistí provedení pravidelných technických prohlídek nařízených výrobcem dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, nebo pravidelné revize/prohlídky/validace (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů), vše včetně vystavení protokolu a případný update softwaru. To vše po dobu záruky bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny, a to ve výrobcem předepsaném intervalu, nejméně však 1x ročně. Prodávající prokazatelně písemně vyvolá jednání o termínu provedení prohlídky/validace/revize minimálně 1 měsíc před uplynutím termínu platnosti stávající prohlídky/validace/revize. Termín bude stanoven na základě vzájemné dohody ve lhůtě uvedené v tomto bodu výše. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
4. V případě výskytu záruční vady je prodávající povinen zajistit realizaci záručního servisu následující pracovní den po nahlášení vady kupujícím, a to v místě instalace či umístění zařízení, zjistit příčinu této vady a v co nejkratším termínu ji bezplatně odstranit.
5. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad.
6. Za záruční vady nebudou považovány takové, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou zařízení nebo úmyslným poškozením zařízení kupujícím nebo nepovolanou osobou, případně jakýmkoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.
7. Je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zařízení bez vady nebo dodáním chybějícího zařízení, na odstranění vady opravou zařízení, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této smlouvy.
8. Práva kupujícího z vadného plnění tím nejsou dotčena a řídí se dle ust. § 2099 občanského zákoníku.
9. Záruční servis bude poskytovat autorizovaná servisní organizace (uvést obchodní jméno, sídlo, IČO):

Název: **LINET spol. s r.o.**

Sídlo: Želečnice č.p. 5, 274 01 Slaný

IČ: 00507814

10. Prodávající čestně prohlašuje, že ve formuláři, který předložil ke splnění ohlašovací povinnosti dle § 26 zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (provedení povinné registrace) je uvedeno, že je osoba definovaná v bodě 9 této smlouvy registrována jako servisní organizace a že instruktáž o zacházení se zdravotnickými prostředky provádí osoby uvedené v § 61 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb.
11. Prodávající je povinen nastoupit k odstranění a zahájit záruční opravu nejpozději první pracovní den následující po dni nahlášení záruční vady kupujícím.
12. Maximální doba provedení záruční opravy se sjednává v délce 5 kalendářních dnů.
13. Neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu ani do 5 kalendářních dnů ode dne jejího nahlášení kupujícím, je povinen bezplatně poskytnout kupujícímu obdobný (umožňující výkon obdobných zákroků) přístroj, tak aby bylo možné zabezpečit odpovídající lékařské výkony. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.
14. Pokud prodávající bude v prodlení s termínem provedení záručního servisu, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z pořizovací ceny dodaného zboží za každý i započatý den prodlení.
15. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu provedení opravy v místě instalace v libovolnou hodinu ve lhůtě pro provedení opravy.
16. Prodávající se zavazuje k dodávkám náhradních dílů a spotřebního materiálu za úplaty po dobu nejméně 10 let ode dne uplynutí záruční lhůty dle této smlouvy.
17. Bude-li to kupující požadovat, zavazuje se prodávající poskytnout kupujícímu i pozáruční servis dodaného zboží, a to na základě samostatné smlouvy na pozáruční servis. Prodávající se zavazuje, že zabezpečí provádění pozáručního servisu sám nebo prostřednictvím autorizované servisní osoby po dobu 10 let ode dne uplynutí záruční lhůty.
18. Prodávající se zavazuje, že zabezpečí v rámci pozáručního servisu (bude-li sjednán) dodávky veškerých náhradních dílů buď sám, nebo prostřednictvím autorizované servisní firmy po dobu 10 let ode dne uplynutí záruční lhůty.
19. Prodávající se rovněž zavazuje, že v případě požadavku kupujícího zabezpečí za úplatu i dodávku kompletního spektra spotřebního materiálu, a to po dobu 10 let ode dne uplynutí záruční lhůty.

VII. Zvláštní ustanovení o DPH

1. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu skutečnosti, které zakládají jeho povinnost ručení za neodvedenou daň z přidané hodnoty za zdanitelná plnění uskutečněná podle této smlouvy (viz § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).

Informace musí poskytnout písemně nejpozději do 10 dnů od vzniku uvedených skutečností.

2. V případě, že skutečnosti definované § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nastanou je kupující oprávněn zajistit předmětnou daň z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Kupující je oprávněn uvedený postup uplatnit zejména v případech, že:
 - na prodávajícího zdanitelného plnění bude vyhlášeno insolvenční řízení,
 - prodávající nebude schopen na požádání kupujícího předložit prohlášení o bezdlužnosti vůči správci daně,
 - prodávající sdělí podle odst. 1 tohoto článku smlouvy skutečnosti rozhodné pro vznik povinnosti ručení ze strany kupujícího.
3. V případě, že prodávající poruší povinnost uloženou v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn vůči němu uplatnit náhradu za veškeré škody, které mu tím vzniknou.
4. Kupující je povinen ve lhůtě 15 dnů sdělit prodávajícímu, že v souladu s předchozími odstavci uplatnil zajištění daně. Tímto oznámením se má za to, že kupující splnil vůči prodávajícímu svůj závazek ve výši uplatněné daně z přidané hodnoty, plynoucí z jednotlivých daňových dokladů.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého smluvní strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména:
 - prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části delším 60 kalendářních dnů;
 - prodlení prodávajícího s dodáním předmětu plnění dle této smlouvy delším než 60 kalendářních dnů;
 - skutečnost, že zařízení nebude možné kupujícím během záruční doby užívat po dobu delší 60 kalendářních dnů;
 - jestliže prodávající ujistil kupujícího, že zařízení má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - nemožnost odstranění vady dodaného zařízení;
 - v případě, že se kterékoliv prohlášení prodávajícího uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.
3. Odstoupení od této kupní smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této kupní smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.

4. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

IX. Odpovědnost za škodu

1. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši újmu, která kupujícímu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy.
2. Prodávající uhradí kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
3. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího předáním a převzetím předmětu plnění kupujícímu, tj. podpisem předávacího protokolu.

X. Sankce

1. Pro případ prodlení prodávajícího s termínem plnění uvedeným v článku IV. této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny včetně DPH uvedené v čl. II této smlouvy, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího.
3. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná celková kupní cena včetně DPH.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet kupujícího.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Prodávající je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

4. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Práva a pohledávky smluvních stran vzniklé z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
6. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech jejích příloh.
7. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky prodávajícího vyplývají prodávajícímu povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti prodávajícího jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a prodávající je povinen je dodržet.
8. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
9. Smluvní strany na sebe přebírají riziko změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
10. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
11. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
12. Kupující je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Prodávající plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů

s touto smlouvou souvisejících.

13. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede kupující.
14. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
15. Smlouva bude sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích.
16. Strany smlouvy potvrzují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.

Přílohy smlouvy

Příloha č. 1 - Technická specifikace s technickými požadavky kupujícího, která byla součástí zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce


Příloha č. 2 - Technická dokumentace s popisem nabízeného plnění předložené v nabídce prodávajícího podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce


V Kyjově dne 12. 03. 2019

V Želevčicích dne 1. 3. 2019

KUPUJÍCÍ:

PRODÁVAJÍCÍ:


Ing. Mgr. Lubomír Wenzl
ředitel


Petr Smetana, na základě plné moci ze dne
11.11.2014
Manažer zákaznického servisu

Příloha č. 1 Technická specifikace

Lůžka pro intenzivní péči – 2 ks ARO

2 ks Lůžko intenzivní s laterálním náklonem a váhou

- Lůžko musí splňovat normu ČSN EN 60601-2-52
- stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka
- bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg
- zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-80 cm
- čtyřdílná ložná plocha - zádivý, stehenní a lýtkový díl polohovatelný pomocí elektromotorů
- ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střížných sil při polohování
- integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 20 cm, pomocí elektromotoru
- laterální náklon +/- 15° pomocí elektromotoru
- Vážicí systém s uložením naměřených parametrů do paměti, měření absolutní hmotnosti a přírůstků či úbytků váhy pacienta
- náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 12 ° pomocí elektromotoru
- mechanické spouštění zádivového dílu (CPR)
- odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení
- integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění, blokace laterálního náklonu při spuštění postranice
- výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 45cm nad ložnou plochou
- sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,...)
- v postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování
- sesterský ovládací LCD panel na vnější straně postranice s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,...)
- nožní ovladače integrované do podvozku min. pro laterální náklon lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování
- kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm,
- univerzální lišty a držáky na příslušenství
- Bezpečnostní vypnutí zdvihu lůžka při detekci objektů na podvozku
- držáky na infuzní stojan a hrazdu
- ochranná kolečka v rozích lůžka
- zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti
- alarm nebezpečného pohybu pacienta na lůžku, prevence pádů
- bezpečnostní vypnutí polohování lůžka při detekci předmětů na podvozku
- potenciálové propojení
- **příslušenství:**
- hrazda + madlo
- infuzní stojan
- držák močové lahve

Lůžka pro intenzivní péči – 1ks ARO

1 ks Lůžko intenzivní s laterálním náklonem

- Lůžko musí splňovat normu ČSN EN 60601-2-52
- stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka
- bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg
- zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-80 cm
- čtyřdílná ložná plocha - zádivý, stehenní a lýtkový díl polohovatelný pomocí elektromotorů
- ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střížných sil při polohování
- integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 20 cm, pomocí elektromotoru
- laterální náklon +/- 15° pomocí elektromotoru
- náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 12 ° pomocí elektromotoru
- mechanické spouštění zádivého dílu (CPR)
- odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení
- integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění, blokáce laterálního náklonu při spuštění postranice
- výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 45cm nad ložnou plochou
- sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokáce jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,...)
- v postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování
- sesterský ovládací LCD panel na vnější straně postranice s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokáce jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,...)
- nožní ovladače integrované do podvozku min. pro laterální náklon lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování
- kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm,
- univerzální lišty a držáky na příslušenství
- Bezpečnostní vypnutí zdvihu lůžka při detekci objektů na podvozku
- držáky na infuzní stojan a hrazdu
- ochranná kolečka v rozích lůžka
- zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti
- alarm nebezpečného pohybu pacienta na lůžku, prevence pádů
- bezpečnostní vypnutí polohování lůžka při detekci předmětů na podvozku
- potenciálové propojení
- **příslušenství:**
 - hrazda + madlo
 - polička na monitor
 - infuzní stojan
 - držák močové lahve

Lůžka pro intenzivní péči – 3ks GYN, 11 ks interna JIP

14 ks Lůžko JIP

Lůžko souladu s platnou normu ČSN 60601-2-52

- stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka
- bezpečná pracovní zátěž minimálně 230 kg
- zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-75 cm
- čtyřdílná ložná plocha - zádový, stehenní díl polohovatelný pomocí elektromotorů
- ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střížných sil při polohování
- integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm,
- náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 13° pomocí elektromotoru
- snadno dostupné mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR)
- odnímatelná čela, celoplastová se zámkami a barevnou výplní v různých dekorech
- integrované dělené sklopné celoplastové postranice složené ze tří částí (hlavová, tělová a nožní) s ochranou proti nechtěnému spuštění a dostatečnou ochranou pacienta před pádem po celé délce lůžka
- sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokáce jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,...)
- kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm
- univerzální lišty a držáky na příslušenství
- držáky na infúzní stojan a hrazdu
- ochranná kolečka v rozích lůžka
- zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti

příslušenství:

- infúzní stojan
- hrazda s madlem

Nabídka

Číslo: NT/2018/535

Dodavatel		Odběratel			
L I N E T spol. s r.o.		3 423			
Slaný - Želečnice čp. 5		Nemocnice Kyjov,			
CZ - 274 01	Slaný	CZ - 697 01	příspěvková organizace		
IČ: 00507814	DIČ: CZ00507814	IČ: 00226912	Strážovská 1247/22		
Příjemce/cílová adresa		Dodací a platební podmínky			
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace		Způsob platby			
Strážovská 1247/22		Bankovním převodem			
CZ - 697 01	Kyjov	Incoterms 2010: CPT Kyjov			
		Datum vystavení:			
		Platnost do			
		Zakázku podal:			
		Číslo objednávky:			
		Platební podmínky			
Zkratka	Název zboží	Množství	Daň	Netto/MJ	Netto

1	2,00	15%	
---	------	-----	--

1GE512055-184

Lůžko pro nemocniční péči pro oddělení intenzivní péče

Elektrické nastavení: výškové nastavení a náklon, laterální náklon, zádoový, stehenní a lýtkový díl, prodloužení lůžka
Ložná plocha: 4 dílná

Podvozek na sloupové konstrukci

SC:1 Váhy: S váhami

CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení

BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry

IM:00 Integrovaná matrace: Bez integrované matrace

MA:00 Matrace potah: Bez aktivní matrace = bez potahu

XR:00 RTG provedení: Bez RTG provedení

CM:02 Barvy kov: RAL9006

Kolečka, brzdy a podvozek

CA:72 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral, 150 mm, antistatické kolečko

BR:36 Brždění koleček: 4 centrálně bržděná, 4 brzdové pedály, brždění od hlavy

FC:22 Ovladače nožní: Nožní ovladače; nastavení laterálního náklonu, s ochranou proti neúmyslné aktivaci

UN:31 Typ podvozku: Podvozek standardní s multifunkčním adaptérem pro umístění hrazdy

A2:10 Dopř. příslušenství 2: Funkce anticrush "safe stop" - bezpečnostní vypnutí zdvihu lůžka

UC:01 Kryt podvozku: Kryt podvozku šedý

Postranice a čela

SR:20 Postranice: Dělené plastové postranice E5

PC:04 Pacientské ovladače: S pacientskými ovladači ve středových postranicích; podsvětlené klávesnice

MH:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla

BA:11 Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy

XT:04 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy

BF:11 Fixace čel: Hlavové i nožní čelo fixované pojistkou

BE:55 Čela: Plastová, design E5

Ochranné prvky a držáky

BP:05 Rohová kolečka: Ochranná kolečka 90 mm

LS:00 Polička na lůžkoviny: Bez poličky na lůžkoviny

AH:01 Lišta na příslušenství

OH:03 Ostatní držáky: 4 rohová pouzdra v ložné ploše, adaptér na příslušenství v podvozku, držáky sáčků na moč na stehenním díle

Elektrická zařízení a komunikace

VO:01 Jmenovité napětí: 230 - 240 V 50/60 Hz

PL:01 Síť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F)

PE:05 Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem

LJ:10 Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1LJ6 , 3 sloupy

PA:11 Pohony ložné plochy: 4 lineární motory, zádoový s odblokováním

AC:01 Akumulátor: Záloková baterie s indikátorem stavu

NC:40 Sesterský ovladač: IBoard Standard s ACP panelem s P&P adaptérem

HC:08 Ruční ovladač: Adaptér plug and play pro připojení ručního ovladače

NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call

CE:00 BedMonitor: Bez komunikačního rozhraní

VM:00 Vital monitor: Bez Vital Monitoru

NL:01 Podsvětlení: S nočním podsvětlením

AL:01 Alarmy: Signalizace opuštění lůžka

Další vlastnosti

LA:02 Jazyk návodu: Čeština

LY:01 Layout návodu: Linet

CL:01 Zákaznické logo: Linet

JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola dle EN 60601-2-52

LB1:00 Štítky: Standard

PG:01 Balení: Standard

AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka

SI:10 Servisní interval: 12 měsíců

Nabídka

Číslo: NT/2018/535

2	11011410A0000	hrazda napřimovací, lakováno, RAL9006, Multicare	2,00 ks	15%	
	v ceně lůžka				
	hrazda napřimovací lakováno RAL9006 Multicare				
3	4ROTGNR100GR-2	plastová rukojeť navíjecí	2,00 ks	15%	
	v ceně lůžka				
	rukojeť plastová model: TGN-R100GR-L2 provedení: - plastový triangel - barva šedá - popruh šíře 38mm - výškově nastavitelná pomocí samonavíjecího mechanismu (cca. 300mm) - k zavěšení na hrazdu lůžka				
4	4PV17744500L	stojan infúzní	2,00 ks	15%	
	v ceně lůžka				
	Teleskopický infusní stojan - umístění do plastového pouzdra lůžka (plastový adapter) - chromovaný - 4 plastové háčky *kompatibilní s lůžky Calma, Terra, Novos, all E1, E2, E3, E3XC, all Image3, Latera, Tom2, all				
5	11023800A0000	Koš na bažanta (bačkory)	2,00 ks	15%	
	v ceně lůžka				
	Koš na bažanta (bačkory) upevnění do 2 háčků (jsou součástí lůžka), určeno pro lůžka Eleganza povrchová úprava - lakováno práškovými polyester. barvami odstín - RAL 9006				
6	11028700B1000	držák nerezové lišty na postranice Eleganza 5	2,00 ks	15%	
	v ceně lůžka				

7

1,00

15%

1GE502055-7

Lůžko pro nemocniční péči pro oddělení intenzivní péče

Elektrické nastavení: výškové nastavení a náklon, laterální náklon, zádivý, stehenní a lýtkový díl, prodloužení lůžka
Ložná plocha: 4 dílná

Podvozek na sloupové konstrukci

SC:0 Váhy: Bez vah

CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení

BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry

IM:00 Integrovaná matrace: Bez integrované matrace

MA:00 Matrace potah: Bez aktivní matrace = bez potahu

XR:00 RTG provedení: Bez RTG provedení

CM:02 Barvy kov: RAL9006

Kolečka, brzdy a podvozek

CA:72 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral, 150 mm, antistatické kolečko

BR:36 Brždění koleček: 4 centrálně bržděná, 4 brzdové pedály, brždění od hlavy

FC:22 Ovladače nožní: Nožní ovladače; nastavení laterálního náklonu, s ochranou proti neúmyslné aktivaci

UN:31 Typ podvozku: Podvozek standardní s multifunkčním adaptérem pro umístění hrazdy

A2:10 Dopln. příslušenství 2: Funkce anticrush "safe stop" - bezpečnostní vypnutí zdvihu lůžka

UC:01 Kryt podvozku: Kryt podvozku šedý

Postranice a čela

SR:20 Postranice: Dělené plastové postranice E5

PC:04 Pacientské ovladače: S pacientskými ovladači ve středových postranicích; podsvětlené klávesnice

MH:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla

BA:11 Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy

XT:04 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy

BF:11 Fixace čel: Hlavové i nožní čelo fixované pojistkou

BE:55 Čela: Plastová, design E5

Ochranné prvky a držáky

BP:05 Rohová kolečka: Ochranná kolečka 90 mm

LS:00 Polička na lůžkoviny: Bez poličky na lůžkoviny

AHO01: ILišta na příslušenství

OH:03 Ostatní držáky: 4 rohová pouzdra v ložné ploše, adaptér na příslušenství v podvozku, držáky sáčků na moč na stehenním díle

Elektrická zařízení a komunikace

VO:01 Jmenovité napětí: 230 - 240 V 50/60 Hz

PL:01 Síť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F)

PE:05 Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem

LJ:10 Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1LJ6 , 3 sloup

PA:11 Pohony ložné plochy: 4 lineární motory, zádivý s odblokováním

AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu

NC:27 Sesterský ovladač: S ACP a P&P, bez I Boardu v postranici u hlavy

HC:08 Ruční ovladač: Adaptér plug and play pro připojení ručního ovladače

NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call

CE:00 BedMonitor: Bez komunikačního rozhraní

VM:00 Vital monitor: Bez Vital Monitoru

NL:01 Podsvětlení: S nočním podsvětlením

AL:00 Alarmy: Bez alarmu

Další vlastnosti

LA:02 Jazyk návodu: Čeština

LY:01 Layout návodu: Linet

CL:01 Zákaznické logo: Linet

JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola dle EN 60601-2-52

LB1:00 Štítky: Standard

PG:01 Balení: Standard

A1:00 Dopln. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství

A3:00 Dopln. příslušenství 3: Bez doplňujícího příslušenství 3

A4:00 Dopln. příslušenství 4: Bez doplňujícího příslušenství 4

AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka

SI:10 Servisní interval: 12 měsíců

Nabídka

Číslo: NT/2018/535

8	11011410A0000	hrazda napřimovací, lakováno, RAL9006, Multicare	1,00 ks	15%
	<i>v ceně lůžka</i> hrazda napřimovací lakováno RAL9006 Multicare			
9	4ROTGNR100GR-2	plastová rukojeť navíjecí	1,00 ks	15%
	<i>v ceně lůžka</i> rukojeť plastová model: TGN-R100GR-L2 provedení: - plastový triangel - barva šedá - popruh šíře 38mm - výškově nastavitelná pomocí samonavíjecího mechanismu (cca. 300mm) - k zavěšení na hrazdu lůžka			
10	4PV17744500L	stojan infúzní	1,00 ks	15%
	<i>v ceně lůžka</i> Teleskopický infusní stojan - umístění do plastového pouzdra lůžka (plastový adapter) - chromovaný - 4 plastové háčky *kompatibilní s lůžky Calma, Terra, Novos, all E1, E2, E3, E3XC, all Image3, Latera, Tom2, a			
11	11026700B0000	Polička na monitor Eleganza 5; RAL9002	1,00 ks	15%
12	11023800A0000	Koš na bažanta (bačkory)	1,00 ks	15%
	<i>v ceně lůžka</i> Koš na bažanta (bačkory) upevnění do 2 háčků (jsou součástí lůžka), určeno pro lůžka Eleganza povrchová úprava - lakováno práškovými polyester. barvami odstín - RAL 9006			
13	11028700B1000	držák nerezové lišty na postranice Eleganza 5	1,00 ks	15%
	<i>v ceně lůžka</i>			
14	1GZ57045-559	Eleganza 3	14,00 ks	15%
	Lůžko pro nemocniční péči pro standartní oddělení a oddělení intenzivní péče Elektrické nastavení: výškové nastavení a náklon, zádivý díl a stehenní díl Mechanické nastavení: lýtkový díl Ložná plocha: 4 dílná Podvozek na sloupové konstrukci Základní vlastnosti Obecné konstrukční provedení MO:5 Základní model: Eleganza 3 EN 60601-2-52 (bez vah) CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení RU:00 Regionální provedení: Standardní provedení BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry CM:01 Barvy kov: RAL9002 EA6542 Kolečka, brzdy a podvozek CA:72 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral, 150 mm, antistatické kolečko BR:10 Brždění koleček: Centrální ovládání koleček, 2 brzdové páky, ovládání od nožní části			

Nabídka

Číslo: NT/2018/535

FC:00 Ovladače nožní: Bez nožních ovladačů
 UN:15 Typ podvozku: Podvozek s integrovaným hlavovým čelem
 UC:03 Kryt podvozku: Plastový kryt podvozku
 Postranice a čela
 SR:70 Postranice: Dělené plastové s ovládáním
 SP:01 Středové zábrany: S držáky středové zábrany
 MH:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla
 BA:20 Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty (RAL 9002); rozšířené provedení na 910 mm
 XT:01 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy
 BF:11 Fixace čel: Hlavové i nožní čelo fixované pojistkou
 BE:45 Čela: Plastové, design E3
 CD:46 Barva dekoru: POLYREY B048 světle modrá
 Ochranné prvky a držáky
 BP:01 Rohová kolečka: 4 horizontální rohová nárazová kolečka
 BV:00 Svislá ochranná kolečka: Bez svislých ochranných koleček
 LS:01 Polička na lůžkoviny: Polička na lůžkoviny
 Elektrická zařízení a komunikace
 VO:01 Jmenovité napětí: 230 - 240 V 50/60 Hz
 PL:01 Síť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F)
 PE:02 Potenciálové propojení: S potenciálním propojením (čelo na podv)
 LJ:06 Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1LJ6
 PA:02 Pohony ložné plochy: Polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem, CPR mechanické odblokování zádového dílu
 AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu
 NC:01 Sesterský ovladač: Supervisory panel s pamětmi poloh
 HC:00 Ruční ovladač: Bez ručního ovladače
 OC:00 Jiné ovladače a řídicí systémy: Bez dalších ovladačů
 NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call
 CE:00 BedMonitor: Bez komunikačního rozhraní
 AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka
 NL:00 Podsvětlení: Bez podsvícení
 AL:00 Alarmy: Bez alarmu
 LY:01 Layout návodu: Linet
 LA:02 Jazyk návodu: Čeština
 CL:01 Zákaznické logo: Linet
 JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola dle EN 60601-2-52
 LB1:00 Štítky: Standard
 PG:01 Balení: Standard
 A3:00 Doplnění příslušenství 3: Bez doplňujícího příslušenství 3
 AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka

15	11011410B0000	hrazda napřimovací, lakovaná, RAL9002, Multicare	14,00 ks	15%
		<i>v ceně lůžka</i>		
		hrazda napřimovací		
		lakovaná		
		RAL9002		
		nedefinováno		
		Multicare		

16	4ROTGERSG700-2	plastová rukojeť	14,00 ks	15%
		<i>v ceně lůžka</i>		
		rukojeť plastová		
		model: TGE-RSG70-L		
		provedení.		
		- plastový triangel		
		- barva šedá		
		- výškově nastavitelná pomocí textilního pásku		
		- k zavěšení na hrazdu lůžka		

Nabídka

Číslo: NT/2018/535

17	4PV17744500L	stojan infúzní	14,00 ks	15%	
	v ceně lůžka				
	Teleskopický infusní stojan				
	- umístění do plastového pouzdra lůžka (plastový adapter)				
	- chromovaný				
	- 4 plastové háčky				
	*kompatibilní s lůžky Calma, Terra, Novos, all E1, E2, E3, E3XC, all Image3, Latera, Tom2, all El				
18	110059000ELE3	Eleganza Protector barva B048 Blue Oslo 2-52	14,00 ks	15%	
	v ceně lůžka				
	Eleganza Protector E3, E3XC				
	varianta podle normy ČSN EN 60601-2-52				
	Barva modrá - Oslo Blue, B048				
	1 sada pro lůžko (levá i pravá strana)				
19	DPCZ	Dopravné ČR, nespecifikované	1,00	15%	
	v ceně lůžka				
20	_NPSERV6225	Tržby - servis instalace zakázek	1,00	15%	
	v ceně lůžka				
21	_NPSERV6213	Tržby - servis školení obsluhy	1,00	15%	
	v ceně lůžka				

	Netto	DPH
Celkem:	1 205 098,00	180 764,70 Kč
Celkem brutto:		1 385 862,70 Kč

Záruka 24 měsíců

Dne:

Vystavil:

Upozornění zákazníků: v tomto softwaru termín "brutto" znamená cenu s DPH, termín "netto" cenu bez DPH. Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163