

Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky dělenou na pět částí zadávanou v otevřeném řízení dle
§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“)

s názvem

**Nákup drobných investic na vybavení laboratoří
a odborných učeben SPŠCH Vranovská**

Zadavatel:

**Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace,
Vranovská 1364/65, 614 00 Brno - Husovice
IČ 621 572 64**



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Dobrý den, prosíme o zodpovězení následujících dotazů k položkám z Přílohy č. 8 - (učebna biologie) viz níže:

Položka č. 6. Třepačka

- a) Pro jaké nádoby je určena?
- b) Domníváme se, že rozměry specifikované na milimetry (a hmotnost na desetiny kg) nejsou z hlediska uživatele podstatnými parametry, zda na těchto parametrech zadavatel skutečně trvá?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

- a) Je určena pro nádoby o rozměrech 135x215x78 mm, jak je uvedeno v příloze č. 8 technické podmínky pro třetí část.
- b) Zadavatel trvá na parametrech, které jsou uvedené v příloze č. 8 technické podmínky pro třetí část u položky č. 6.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Příloha č. 8 - (učebna biologie)

Položka 7. Inkubátor - prosíme potvrdit, že je zadavatel požaduje model s přirozenou konvekcí, tedy bez ventilátoru?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Zadavatel požaduje u položky č. 7 Inkubátor model s přirozeným prouděním vzduchu (konvekce), jak je uvedeno v příloze č. 8 technické podmínky pro třetí část.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Příloha č. 8 - (učebna biologie)

Položka 8. Filtrační aparatura

- a) Porozita - prosíme vyjasnit - předpokládáme že se jedná o překlep a jedná se o mikrometry, nikoliv milimetry
- c) Zda, je objemem nádoby je myšlen objem nálevky, nebo sběrné nádoby (pakliže je vyžadována)?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

- a) V příloze č. 8 technické podmínky pro třetí část je u položky č. 8 Filtrační aparatura uvedeno: „0,47 mm“. Tento rozměr je chybný a jedná se o překlep, proto zadavatel upravuje položku č. 8 Filtrační aparatura na rozměr: „0,47 µm“. Upravená příloha č. 8

technické podmínky pro třetí část je přílohou tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace.

- c) Dle přílohy č. 8 technické podmínky pro třetí část je vyžadován Objem nádoby 500 ml a jedná se o sběrnou nádobu.

Dodavatelé v rámci své nabídky pro třetí část veřejné zakázky předloží přílohu č. 8 – Technické podmínky pro třetí část ve znění SVZD č. 4. V případě, že dodavatel nepředloží v rámci své nabídky pro třetí část technické podmínky pro třetí část ve znění souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, může být ze zadávacího řízení vyloučen.

Přílohy:

Příloha č. 1 SVZD č. 4. Příloha č. 8 Technické podmínky pro třetí část ve znění SVZD č. 4

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro všechny části veřejné zakázky a to do 28. 3. 2019 do 09:00 hod.

V Brně, dne 18. 03. 2019

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele