

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2

Název veřejné zakázky:	Dodávka digitálního mamografického RDG přístroje
Evidenční číslo veřejné zakázky:	6028
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo:	Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČO:	00226912
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádosti dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

V tabulce Mamografický rdg přístroj s 3D tomosyntézou, kontrastní mamografií (CEDM) a mamografickou diagnostickou stanicí - minimální technická specifikace je požadováno:

- *Tepelná kapacita anody rentgenky min. 300 kHU*

Akceptuje zadavatel nabídku mamografu světového výrobce s rentgenkou s vynikajícím odvodem tepla z anody do krytu o tepelné kapacitě anody 162 kHU, ale zároveň o celkové tepelné kapacitě rentgenky 2.430 kHU ?

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel trvá na stávajícím znění minimální technické specifikace. Vzhledem k předpokládaným typům a počtům vyšetření zadavatel považuje technický parametr mamografického přístroje za relevantní.

DOTAZ 2

V tabulce Mamografický rdg přístroj s 3D tomosyntézou, kontrastní mamografií (CEDM) a mamografickou diagnostickou stanicí - minimální technická specifikace je požadováno:

- *SW kontrastní mamografie – zobrazení prostorové distribuce jodové kontrastní látky v zájmové oblasti po její intravenózní aplikaci
Akvizice po nasycení kontrastní látkou automatickým skenem s nízkou a vysokou energií*

Požadavek na tuto sofistikovanou funkci v dané požadované cenové hladině přístroje považujeme za nereálný pro standardní dodavatele při zachování plné funkcionality ve vysoké kvalitě. Nezváží zadavatel vypuštění tohoto požadavku z požadovaných technických parametrů na mamografický přístroj?

ODPOVĚĎ 2

Zadavatel trvá na stávajícím znění minimální technické specifikace. SW kontrastní mamografie umožňuje přesnější posouzení lokalizace a rozsahu patol. léze. Ve veřejně dostupných informacích lze jednoznačně dohledat, že v cenové relaci existuje několik přístrojů renomovaných výrobců, kteří technický požadavek splňují.

DOTAZ 3

V tabulce Mamografický rdg přístroj s 3D tomosyntézou, kontrastní mamografií (CEDM) a mamografickou diagnostickou stanicí - minimální technická specifikace je požadováno

- *Diagnostická mamografická stanice s monitory, operační systém Windows 10 Profesional, min. 128 GB SSD disk, operační paměť RAM min. 32 GB, HDD o kapacitě 3 TB.*

Akceptuje zadavatel nabídku mamografu světového výrobce s diagnostickou profesionální stanicí s operačním systémem Windows 12 (resp.16) (serverové řešení), s PC s disky zapojenými v RAID s celkovou kapacitou cca 2 TB ?

ODPOVĚĎ 3

Diagnostickou mamografickou stanicí s minimální definovanou konfigurací pokládá zadavatel za standardní, kdy žádná z vymezených hodnot není omezující ani jinak diskriminační. Zadavatel trvá na stávajícím znění minimální technické specifikace.

DOTAZ 4

V tabulce Mamografický rdg přístroj s 3D tomosyntézou, kontrastní mamografií (CEDM) a mamografickou diagnostickou stanicí - minimální technická specifikace je požadováno:

- *Kompletní software pro primární diagnostiku v mamografii, ovládání SW v českém jazyce*

Akceptuje zadavatel nabídku mamografu světového výrobce s vybavením pro primární diagnostiku v mamografii a kompletním SW v anglickém jazyce?

Máme za to, že s přístrojem bude pracovat pouze zaškolená odborná obsluha s praxí, pro kterou při velmi jednoduchém a intuitivním ovládání přístroje s plně automatizovaným workflow není čeština nezbytně nutná.

ODPOVĚĎ 4

Zadavatel trvá na stávajícím znění minimální technické specifikace. Požadavek na ovládání SW v českém jazyce je z pohledu zadavatele naprosto legitimní.

DOTAZ 5

Zadavatel v hodnocení nabídky v kritériu 11.2.2. – Kvalita a související náklady dílčí kritérium

Odklon ramene s rentgenkou do tzv. parkovací polohy pro zajištění komfortního přístupu obsluhy k pacientovi při polohování objektu snímkování CC i MLO projekcí. Automatický přesun do parkovací polohy na jeden stisk tlačítka s totožným postupem zpět do snímkovací polohy. **Váha 30%**

Dotaz: jak bude zadavatel hodnotit tento dílčí parametr, když ve svazku 3 – příloha 1 – Technická specifikace zařízení tento technický prvek není požadován?

ODPOVĚĎ 5

Zadavatel v rámci tohoto hodnotícího kritéria hodnotí funkcionalitu přístroje, a to automatický přesun do parkovací polohy na jeden stisk tlačítka s totožným postupem zpět do snímkovací polohy. Pokud dodavatelem nabízený přístroj touto funkcí disponuje, či nikoli, uvede dodavatel do krycího listu nabídky hodnotou ANO či NE, podle skutečnosti. Na jiném místě nabídky tuto informaci dodavatel neuvádí.

DOTAZ 6

Zadavatel v hodnocení nabídky v kritériu 11.2.2. – Kvalita a související náklady dílčí kritérium

Požaduje rozsah snímkovacího úhlu rentgenové lampy při tomosyntéze ve stupních **Váha 30%**

Dotaz: proč zadavatel zvýhodňuje bodovým ziskem řešení (100 bodů získá řešení s rozsahem větším než 25°), které neúměrně zatěžuje pacientku delším časem na provedení celého vyšetření

než řešení od světoznámého výrobce, které chceme nabídnout v rámci této soutěže (délka tomosyntézy 3,7 s při 15°)?

ODPOVĚĎ 6

Zadavatel spatřuje výhodu snímkovacího úhlu a preferuje přístroj s maximálním snímkaným úhlem a s tím spojenou lepší obrazovou kvalitou. Otázku časové náročnosti v provedení vyšetření vzal zadavatel při stanovování zadávacích podmínek rovněž v úvahu. Na nastavení dílčího kritéria hodnocení zadavatel však trvá.

DOTAZ 7

Zadavatel v hodnocení nabídky v kritériu 11.2.2. – Kvalita a související náklady dílčí kritérium

Tomosyntéza – systémová projekce

Váha 30%

Dotaz: proč zadavatel zvýhodňuje bodovým ziskem řešení, (100 bodů získá řešení systému step-and-shoot, když se u každé sekvence tomosyntézy u tohoto typu čeká na expozici rentgenky a tím pádem se prodlužuje doba vyšetření a zatížení pacientky než u systému kontinuálního (délka tomosyntézy 3,7 s při 15°)?

ODPOVĚĎ 7

Zadavatel spatřuje výhodu řešení systému step-and-shoot, který je spojený s lepší obrazovou kvalitou a preferuje tak řešení nekontinuálního snímání. Otázku časové náročnosti v provedení vyšetření vzal zadavatel při stanovování zadávacích podmínek rovněž v úvahu. Na nastavení dílčího kritéria hodnocení zadavatel však trvá.

INFORMACE 1

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje výzvu k podání nabídek, a to následovně:

Původní znění níže uvedeného bodu se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

nově bod **4. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Lhůta pro podání nabídek končí dne **29. 4. 2019 v 11:00 hod.**