

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

MUDr. Jana Janského 11

669 02 Znojmo

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1229
dne 11. 10. 2003

Vyřizuje: Ing. Patočka

Znojmo dne 15. 04. 2019

V Ý Z V A

***k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle ustanovení § 27
písmeno a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)***

„Multipulsní Holmium laser pro pracoviště operačních sálů“

1. Zadavatel:

Název: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Sídlo: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
Tel.: 515215111
Fax: 515222805
IČO: 00092584
DIČ CZ00092584
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 195055520217/0100

2. Vymezení plnění:

Předmětem zakázky je dodávka urologického multipulsního holmium laserového systému, jeho instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu.

Přístroj bude sloužit k provádění operačních zákroků řešících výskyt močových kamenů, zúžení močovodů a nádorů močových cest mini-invazivní technikou

Účelem pořízení tohoto zdravotnického prostředku je zvýšení bezpečnosti pacienta. Dojde též k výraznému snížení zátěže pacienta a to snížením počtu anestezií, zkrácením doby hospitalizace, snížením počtu závažnějších komplikací a v indikovaných případech i možnosti využití zachovných operačních technik.

Zadávací dokumentace je veřejně přístupná na profilu zadavatele, URL adresa https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html od 16. 04. 2019

Technické a provozní požadavky na přístroj:

- Vlnová délka 2.100 nm

- Délka pulzu minimálně v rozmezí od 100 μ s do 1.800 μ s, pro vysokou účinnost pro defragmentaci i dusting
- Ovládání prostřednictvím barevné dotykové obrazovky
- Výkon minimálně do 35 W
- Maximální energie pulzu minimálně 8.000 mJ
- Opakovací frekvence pulzů nejméně do 30 Hz
- Vodící paprsek zelený (vlnová délka 532 nm) pro lepší přehled v operačním poli
- Výkon vodícího paprsku max. 5 mW
- Provozní teplota okolí až 30°C, pro odolnost proti přehřátí
- Chlazení kapalinou - samostatný okruh bez nutnosti externího napájení
- Přenos laserové energie optickým vláknem
- Možnost použití jednorázového i resterilizovatelného optického vlákna

Požadované příslušenství – součást dodávky:

- Optické vlákno resterilizovatelné 272 μ m - 2 ks
- Optické vlákno resterilizovatelné 365 μ m - 2 ks
- Optické vlákno resterilizovatelné 600 μ m - 2 ks
- Ochranné brýle - 5 ks
- Nástroj pro zkracování optických vláken - 1 ks
- Nástroj pro obnažení izolace optického vlákna - 1 ks

V nabídce uveďte zajištění záručního a pozáručního servisu (název a adresa oprávněné servisní organizace) včetně cenových informací zahrnujících i DPH (**uveďte cenu jednoho servisního zásahu sestávajícího z jedné hodiny práce a cestovních nákladů účtovaných v souvislosti se servisním zásahem po uplynutí záruky - celková částka, nikoli jednotková sazba**). V nabídce musí být doložen doklad opravňující servisní organizaci k servisním činnostem (doložení kopie dokladu o splnění ohlašovací povinnosti pro servisní činnosti podle § 29 zákona č. 268/2014 Sb. v platném znění).

Zadavatel dále požaduje v nabídce uvést závazek dodavatele, že v případě doby potřebné k odstranění závady přístroje delší než dva dny bude zajištěno zapůjčení náhradního přístroje obdobných parametrů do doby odstranění poruchy.

Délku záruční lhůty požaduje zadavatel na celý předmět zakázky minimálně **24 měsíců**.

V nabídce uveďte cenu jedné pravidelné servisní prohlídky (BTK + KEZ) po uplynutí záruky **včetně cestovních nákladů a DPH**. V záruční době požaduje zadavatel provedení těchto povinných prohlídek zdarma.

Servisní podmínky (cena jednoho pozáručního servisního zásahu **zpracovaná podle výše uvedeného požadavku zadavatele**) a cena pravidelných servisních prohlídek (BTK + KEZ) za jeden rok jsou zařazeny do kritérií hodnocení.

V nabídce rovněž uveďte reference o zakázkách obdobného charakteru za období posledních dvou let.

Zadavatel dále požaduje doložení veškerých atestů, schvalovacích protokolů včetně prohlášení o shodě, které jsou nutné pro provozování nabízeného zařízení na území ČR. Součástí nabídky musí být manuál v českém jazyce. Dodavatel se dále musí zavázat k tomu, že

s dodávkou zařízení předá zadavateli kromě písemné formy českého manuálu rovněž český manuál v elektronické formě.

V nabídce uveďte ve zvláštní příloze následující informace:

- nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to v nabídce)
- nároky na četnost servisních prohlídek případně elektrických revizí (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to v nabídce)
- klasifikační třída zdravotnického prostředku
- způsob likvidace zařízení po jeho celkovém opotřebení (s ohledem na zákonné předpisy o nakládání s odpadem)
- seznam speciálního spotřebního materiálu, jehož používání podmiňuje dodržení záručních podmínek a zajišťuje bezpečné provozování nabízených zdravotnických prostředků, pokud je to pro tento případ relevantní. Uveďte rovněž aktuální cenu těchto materiálů a kontakt pro jeho objednávání.

Nabídka musí dále obsahovat:

- doklad o oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list - prosté kopie)
- kopii dokladu o splnění ohlašovací povinnosti pro distribuci ZP podle § 29 zákona č. 268/2014 Sb. v platném znění
- cenovou nabídku zpracovanou dle bodu č. 4 této výzvy
- krycí list nabídky (příloha výzvy) vyplněný ručně uchazečem
- krycí list nabídkové ceny (příloha výzvy), ve kterém uchazeč ručně vyplní údaje ke všem kritériím hodnocení (bod 3. této výzvy)
- ručně vyplněnou tabulku technických parametrů nabízeného zařízení, která je přílohou této výzvy
- uchazečem ručně doplněný text obchodních podmínek (viz bod 5. této výzvy)
- kategorizace zařízení podle platného číselníku klasifikace produkce „CZ-CPA“

3. *Kritéria hodnocení nabídek na veřejnou zakázku:*

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle následujících kritérií:

- celková cena dodávky zařízení bez DPH	váha	70%
- cena pravidelných servisních prohlídek (BTK + KEZ) za jeden rok po uplynutí záruky bez DPH	váha	20%
- Servisní podmínky po uplynutí záruční lhůty - cena jednoho servisního zásahu (1 hodina práce + cestovní náklady) bez DPH	váha	10%

4. *Požadavky na zpracování nabídkové ceny*

Nabídkovou cenu uveďte jako cenu bez DPH, vyčíslení DPH a celkovou cenu včetně DPH a to jak u jednotlivých komponentů, tak součtovou cenu za celou zakázku. Tato cena je cenou maximální a musí obsahovat veškeré poplatky související s dodávkou, instalací, uvedením do provozu a zaškolením personálu. Cena musí být vyčíslena v korunách českých a není ji možné překročit.

5. *Obchodní podmínky:*

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu smlouvy obligatorního charakteru. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Dodavatel vyplní v textu smlouvy rukou údaje, které jsou určeny k vyplnění, a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dodavatel není oprávněn text smlouvy měnit (kromě částí, u nichž je uvedeno „doplň dodavatel“).

6. *Místo pro podávání nabídek na veřejnou zakázku:*

Místem pro podávání nabídek je Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo, technicko investiční odbor – Ing. František Patočka. Nabídky zasílejte doporučeně v zapečetěných obálkách označených „**Neotevírat: soutěž – Multipulsní Holmium laser**“ a jménem uchazeče. Nabídky je též možné doručit osobně v pracovní dny od 8⁰⁰ hod. do 13⁰⁰ hod. na výše uvedené místo.

7. *Termín podání nabídek na veřejnou zakázku:*

Nabídky zašlete na výše uvedenou adresu nejpozději **14. 05. 2019 do 13⁰⁰ hod.** Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svojí nabídkou vázáni, činí 90 dní.


8. *Doba a místo plnění veřejné zakázky:*

Uskutečnění dodávky zadavatel požaduje nejpozději do **osmi týdnů** od nabytí účinnosti kupní smlouvy. Místem plnění zakázky je Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.

9. *Další podmínky:*

- vyzvaný dodavatel může podat jenom jednu nabídku
- náklady dodavatele spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí
- nabídka musí obsahovat dodavatelem vyplněné tabulky „krycí list nabídky“, „krycí list nabídkové ceny“ a „technické parametry“, které jsou k výzvě přiloženy
- podané nabídky nebudou dodavatelům vráceny
- zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých dodavatelích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto výběrového řízení
- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem, odmítnout všechny nabídky nebo výběrové řízení zrušit
- zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky výběrového řízení
- pro ověření splnění požadavků zadavatele uvedených v bodu 2. této výzvy si zadavatel vyhrazuje právo bezplatného zapůjčení nabízeného přístroje uchazečem na dobu cca 10 pracovních dnů.

MUDr. Miroslav Kavka, MBA
ředitel Nemocnice Znojmo


Nemocnice Znojmo,
příspěvková organizace
MUDr. Miroslav KAVKA, MBA - ředitel
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo