

## Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 07

V souladu s ustanovením § 49 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace  
IČ a DIČ: 00839205, není plátce DPH  
Sídlo zadavatele: 682 01 Vyškov, Purkyňova 36 CZ  
Zastoupený: Ing. Věrou Seidlovou ředitelkou nemocnice  
Tel: +420 517 315 100 Fax: +420 517 315 118  
e-mail: seidlova@nemvy.cz  
Kód NUTS: CZ 064  
Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889

Kontaktní osoba zadavatele: co-eo s.r.o. Milan Pavlun  
Tel: 603 251 031; Tel/fax: 517 330 292;  
e-mail: pavlunmilan@centrum.cz  
Sídlo kontaktní osoby: Závodí 233/16, 682 01 Vyškov CZ

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:  
**„Nemocnice Vyškov - Vybavení iktového centra“ (dále také zakázka).**  
označené

**DI/07/13 – část č. 12 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky**

**Jedná se o tyto dodatečné informace:**

**Otázka č. 07/1:**

V rámci VZ s Názvem „Nemocnice Vyškov – Vybavení iktového centra“ část č. 11 – Infuzní technika (Lůžko resuscitační vybavené – infuzní technika, Transportní lůžko – infuzní technika) pro Pumpu infuzní je uveden požadavek " časová předvolba max. 99 h 59 min." Uchazeč nabízí infuzní pumpu s volitelným časem infuze od 0h 01' až 168 h 00'. Bude zadavatelem akceptována časová předvolba max. 168 h?

**Odpověď: č. 07/1**

Zadavatel trvá na technické specifikaci, uvedené v zadávacích podmínkách předmětné zakázky v celém rozsahu ve znění pozdějších změn uvedených formou dodatečných informací.

Ve Vyškově 17.9.2013

.....  
Ing. Věra Seidlová  
Ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o.