

Veřejná zakázka na dodávky

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a)

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

„Digitální mamografický přístroj (FFDM) pro screeningové pracoviště oddělení radiologické a zobrazovacích metod Nemocnice Znojmo“

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní
otevřené řízení

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytli zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 590/13/K

V Brně, dne 30.9.2013

Věc: Veřejná zakázka:

„Digitální mamografický přístroj (FFDM) pro screeningové pracoviště oddělení radiologické
a zobrazovacích metod Nemocnice Znojmo“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (1)

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace.

Dotaz 1: V Zadávací dokumentaci (ZD) požadujete - výkon generátoru min. ≥ 5 kW

Připouští zadavatel u požadovaného výkonu snížení na 3,2kW v případě, že přístroj prokazatelně splňuje medicínský účel využití a diagnostické požadavky zadavatele?

Digitální mamograf s výkonem 3,2 kW je standardně používán na mamografických screeningových pracovištích a splňuje veškeré požadavky na nastavení hodnot kV, mA a mAs, používaných při všech možných vyšetřeních v mamografické praxi. Při standardním vyšetření na digitálním mamografu nelze zaznamenat rozdíly mezi 3,2 kW a 5 kW generátorem a to jak ve výkonu, tak v chlazení.

Digitální mamograf s tímto výkonem je certifikován CE, FDA pro mamografická pracoviště a mamografická screeningová pracoviště ve světě.

Pracoviště vybavená tímto typem mamografu 100% zajišťují lékařský účel využití a splňují diagnostické požadavky mamografického screeningového pracoviště.

Odpověď 1: Limitní hodnota výkonu 5 kW je zvolena s ohledem na technologickou vyspělost systému a požadavkem na provoz v budoucnu, kdy lze očekávat rozšíření technik vyšetření s potřebou dostatečného výkonu přístroje (technika snímkování dvojí energií, tomosyntéza, apod.).

Takto výkonný generátor je současně i zárukou, že v případě potřeby použití vyšších hodnot mAs nebude docházet k prodloužení expozičních časů. Prodloužení expozičních časů by znamenalo zvýšení rizika pohybových artefaktů, které v rámci mamografického screeningu nejsou zanedbatelným problémem.

V neposlední řadě zadavatel zohledňuje v rámci svého požadavku na výkon generátoru i fakt, že jednotlivé komponenty systému musí být dimenzovány na poměrně značnou provozní zátěž. Dostatečná výkonová rezerva je zárukou, že generátor nebude trvale provozován na horní hranici svého výkonu a nebude tak docházet přehřívání výkonových prvků.

Na mamografickém pracovišti jsou kromě mamografického screeningu prováděny i diagnostické mamografie např. pro onkologické oddělení nemocnice, kdy je často nutné vyšetřit i objemné prsy s tumory nebo edémem po terapii. V těchto případech je potřeba přístroj s dostatečnou výkonovou a expoziční rezervou.

Z výše uvedených důvodů proto zadavatel trvá požadavku, že výkon generátoru musí být minimálně 5 kW.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele