

## Veřejná zakázka na dodávky

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a)

zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

### „Digitální mamografický přístroj (FFDM) pro screeningové pracoviště oddělení radiologické a zobrazovacích metod Nemocnice Znojmo“

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní  
otevřené řízení

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytli zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 604/13/K

V Brně, dne 4.10.2013

**Věc: Veřejná zakázka:**

„Digitální mamografický přístroj (FFDM) pro screeningové pracoviště oddělení radiologické  
a zobrazovacích metod Nemocnice Znojmo“

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (2)**

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace.

K dotazům č. 2-7: Zadavatel požaduje v technické specifikaci v bodě 8.7. v odstavci Předinstalační příprava:

- dodání a instalace chladicí jednotky SPLIT pro mamografickou vyšetřovnu s chladícím výkonem minimálně 3 kW
- dodání a instalace kabelových kanálů a kotvicích komponentů
- dodání a instalace elektrického rozvaděče pro připojení přístroje
- vypracování technologického projektu
- provedení nezbytných stavebních úprav, které bude vyžadovat instalace nového přístroje a chladicí jednotky SPLIT (např. úpravy podlahy, výmalba místností, přívod silového kabelu, zajištění odvodu kondenzátu, zajištění trasy vedení chladicího potrubí, atd.)

Pro správné nacenění této jednotky a vypracování technologického projektu potřebujeme technické informace včetně stavebního výkresu určeného objektu.

- Dotaz 2: Bude zapotřebí k místu kde bude osazena vnitřní jednotka přivést samostatně jištěný elektrický přívod?
- Odpověď 2: Ano
- Dotaz 3: Jaká bude vzdálenost mezi jističi a místem kde bude vnitřní jednotka.
- Odpověď 3: Do 50 metrů
- Dotaz 4: Požadované chlazení budete vyžadovat celoročně ?
- Odpověď 4: Ano
- Dotaz 5: Vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou pro výpočet metrů chladičového potrubí.
- Odpověď 5: Předpoklad do 10 metrů
- Dotaz 6: Vzdálenost odpadu - od místa vnitřní jednotky, kde je možnost se napojit a zda je možnost od vnitřní jednotky svést odvod kondenzátu samospádem do odpadu?
- Odpověď 6: Do 10 metrů, možno svést samospádem. Vše závisí na tom, kde uchazeč jednotku umístí.
- Dotaz 7: Umístění venkovní jednotka (zeď, plochá střecha, šikmá střecha) a případně popis trasy mezi vnitřní a venkovní jednotkou (jen přes zeď, zapotřebí izolovaný prostup střechou, apod.)
- Odpověď 7: Umístění venkovní jednotky je předpokládáno na ploché střeše nad mamografickým pracovištěm. Je zapotřebí izolovaný prostup střechou.
- Půdorys pracoviště je součástí zadávací dokumentace, která je zveřejněna na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková  
za zastupujícího zadavatele