

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky	
Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele, d) v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky, oproti skutečnostem uvedeným podle ust. § 1 vyhlášky č. 232/2012, o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky	V bodech a), b), c), nedošlo ke změně oproti skutečnostem uvedeným v Oznámení předběžných informací (opravném formuláři). V bodu d) došlo ke změně ve vztahu k první části veřejné zakázky – Monitorovací systém, kdy se předpokládá nový termín splnění veřejné zakázky a to do 31. 1. 2014
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek	Zadavatel stanovil požadavek na dobu plnění díla s ohledem na rizika prodlení s plněním veřejné zakázky. V případě nedodržení dohodnutého termínu splnění předmětu veřejné zakázky se prodávající zavazuje kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,15 % z kupní ceny, a to za každý započatý den prodlení.
Plánovaný cíl veřejné zakázky	Cílem veřejné zakázky je realizace projektu Nemocnice Břeclav – Vybavení iktového centra – Monitorovací systém
Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem.	Vybavení iktového centra bude dosaženo realizováním veřejné zakázky.
Popis alternativ naplnění plánovaného cíle a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.	Cíle nelze dosáhnout alternativní cestou.
Popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.	Výběr dodavatele vybavení iktového centra zabezpečí dosažení cíle v plném rozsahu.
Popis očekávaného budoucího negativního stavu nebo účinku, který bude vyžadovat vynaložení dalších finančních prostředků pro tuto veřejnou zakázku původně neplánovaných, lze-li jej předpokládat.	Nastavením požadovaných kvalifikačních předpokladů, zadavatel nepředpokládá negativní stav.
Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky. (nepovinný údaj)	

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady	
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných dodávek.	Zadavatel považuje za nutné, aby uchazeči měli zkušenosti s obdobnými zakázkami. Zadavatel požaduje minimálně 3 zakázky obdobného charakteru, aby zjistil, zda je uchazeč dostatečně kvalifikován a má zkušenosti s obdobným

	plněním. Požadovaný limit je nastaven níž, než jsou předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání.	Zadavatel požaduje předložení podrobného popisu veškerého zboží určeného k dodání, tj. kompletní specifikaci přístroje technickými údaji včetně veškerého příslušenství. Tento kvalifikační předpoklad uchazeč prokáže předložením listin (zejm. technických listů, produktových listů, návodů k použití apod.) obsahujících technickou specifikaci zboží. Z předložených listin musí vyplývat, že zboží splňuje veškeré technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci. Zadavatel tento požadavek vyžaduje, aby měl jistotu, že nabídka předmětu veřejné zakázky splňuje požadavky stanovené v zadávací dokumentaci.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky k potřebám veřejného zadavatele	
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur.	Délka splatnosti faktur vychází z potřeb zadavatele. V období po vydání faktury zadavatel ověří správnost faktury a zda fakturovaná dodávka odpovídá skutečně provedeným pracím a dodávkám. Po ukončení kontroly je faktura předána na finanční oddělení, kde proběhne kontrola a zaplacení faktury.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím.	Zadavatel nebude požadovat.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky.	Zadavatel nebude požadovat.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu delší než 24 měsíců.	Zadavatel nebude požadovat.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele.	V případě nedodržení dohodnutého termínu splnění předmětu smlouvy se prodávající zavazuje kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,15 % z kupní ceny, a to za každý započatý den prodlení. V případě nedodržení dohodnuté doby nástupu na opravu po nahlášení závady se prodávající zavazuje kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,15 % z kupní ceny, a to za každý započatý den prodlení. V případě takového neposkytnutí zboží se prodávající zavazuje kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,15 % z kupní ceny, a to za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je motivačním nástrojem k řádnému a včasnému plnění, přičemž její

	výše je v souladu s dobrými mravy a poctivým obchodním stykem.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur.	Zadavatel nestanovil smluvní pokutu.
Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek.	--

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele	
Technické podmínky	Odůvodnění technické podmínky
Obecné požadavky na monitory Monitory pro všechny věkové skupiny pacientů od 3 kg hmotnosti do min. 150 kg Stejný software a způsob ovládání všech monitorů Vzájemně zaměnitelné moduly Ovládání v českém jazyce Přenositelnost zařízení - transport monitoru s pacientem uvnitř nemocnice Přenositelnost modulů mezi všemi lůžkovými monitory v této dodávce Monitor vitálních funkcí: (9 ks) Základní Charakteristika - modulární patientský monitor, barevný LCD display s velikostí min. 12" - ovládání v češtině, český software - přenositelný modul vitálních funkcí zahrnující níže požadované parametry - ovládání přes klávesnici nebo funkční klávesy, či otočné kolečko - plné zobrazení minimálně 12 křivek na obrazovce, kontinuální 12 svodové EKG - napojení monitorů na centrální monitor - trendy v grafické nebo číselné formě po dobu minimálně 36 hodin, zobrazování všech vzniklých události alarmových stavů a přímý tisk těchto dat na centrální na tiskárně - funkce lékové kalkulace - volně konfigurovatelné zobrazení umožňující nastavení minimálně pěti předem uživatelsky volitelných a nastavitelných profilů zobrazení pro rychlou změnu obrazovky dle závažnosti stavu pacienta a měření speciálních parametrů - možnost modulového rozšíření zařízení o plynovou analýzu, ICP, C.O.	Technické specifikace vychází z potřeb odborného medicínského pracoviště nutných pro zajištění předmětu plnění v dané oblasti zdravotnické techniky ve vztahu k poskytování specializované zdravotní péče a zajištění bezpečnosti pacienta.

- bateriový provoz minimálně na 2hodiny

Požadované parametry pro každý monitor:

- 3-5-12 svodů EKG, kontinuální zobrazení všech stop EKG, základní analýza arytmií, HR, ST analýza všech svodů, respirace, NIBP, SPO2, 2 x teplota,
- měření CO2 přenositelným modulem pro každý monitor
- měření C.O. a SvO2
- kompletní příslušenství pro měřené parametry

Požadované parametry interního modulu kalorimetrie:

Integrovaný přenositelný modul přímého kontinuálního měření energetického výdeje a respiračního kvocientu, spotřeby kyslíku a produkce CO2 z výdechových plynů pacienta - interní přenositelný modul

Souhrnné požadavky na moduly:

9 ks - modul hemodynamický invazivní kardiologický (parametry EKG 3-5-12 svodů, NIBP, SpO2, 2 xIBP, 2xTemp, Resp.)

9 ks - 4 kanálové elektroencefalografie (4CH EEG)

1 ks - modul kapnometrie (měření CO2 Sidestream):

1 ks - modul CO a SvO2(srdeční výdej a SvO2 s měřením REF)

1 ks - kalorimetrický modul (interní přenositelný modul přímého kontinuálního měření z výdechových plynů – spotřeba kyslíku, produkce CO2, energetický výdej a respirační kvocient)

Centrální monitor (1 ks)

Charakteristika

- - plochá TFT obrazovka min. 19" - zadavatel připouští variantní řešení: centrální monitor může být opatřen 2 obrazovkami

- ovládání z klávesnice

- zobrazení 9 pacientů

- plné zobrazení lůžkového monitoru na centrále

- možnost ovládání a nastavení lůžkového monitoru z centrály

- možnost sledování všech stop lůžkového monitoru na centrále současně

- tisk na laserové tiskárně jak z centrály, tak z jednotlivých lůžkových monitorů

- možnost propojení s NIS, internetem a intranetem

- možnost volitelně nastavit full disclosure min. 1, 24 až 36 hodin pro volitelný počet pacientů a monitorů - trendy v grafické nebo číselné formě po dobu minimálně 36 hodin - klasifikace alarmových událostí do kategorií dle priorit - možnost elektronické archivace dat ve formátu pdf	
---	--

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele	
Hodnotící kritérium	Odůvodnění
Nejnižší nabídková cena, včetně DPH	V souladu se zásadou účelného, hospodárného a efektivního vynakládání veřejných prostředků a s ohledem na charakter veřejné zakázky je základní hodnotící kritérium stanoveno dle ust. § 78 odst. 1 písm.b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění předpokládané hodnoty	
Hodnota	Odůvodnění
3 487 603,30 Kč bez DPH (4 220 000 Kč včetně DPH)	Při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se vycházelo z cenových nabídek průzkumu trhu a uskutečněné veřejné zakázky na vybavení Multioborové interní JIP realizované v lednu 2012.