



ISO 9001



ISO 13485



ASOCIACE VÝROBČŮ A DODAVATELŮ
ZDRAVOTNICKÝCH PŘÍSTROJŮ



1999, 2000, 2002
2003, 2005, 2007

Zdravotnická záchranná služba

Jihomoravského kraje, p.o.

Ing. Tureček

Kamenice 798/1d

625 00 Brno

Váš dopis ze dne / ČJ

Naše značka
jv131011_01

Vyřizuje/linka
Janoušková/423

V Plzni
11.10.2013

Žádost o dodatečné informace

Vážený zadavateli,
v rámci veřejné zakázky s názvem: „**VZ 27-13 defibrilátory**“ na dodávku 8 ks zdravotnického přístroje – transportního defibrilátoru/monitoru vhodného pro sanitní vozidla RLP, RZP a LZS a vrtulník ZS, Vás žádáme o poskytnutí dodatečných informací.

Dotaz č. 1:

v zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky je v příloze č. 1 – specifikaci požadovaného předmětu plnění, požadavek zadavatele na bifazický defibrilační výboj s eskalací energie výboje do 360J s maximální hodnotou energie při manuálním i automatickém režimu.

Umožní zadavatel nabídnout přístroj s jiným typem defibrilačního výboje? Požadovaná výše defibrilačního výboje 360J se uchazeči jeví jako diskriminační a jiná hodnota defibrilačního výboje nepředstavuje relevantní odchylku od medicínského účelu přístroje.

Dotaz č. 2:

v zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky je v příloze č. 1 – specifikaci požadovaného předmětu plnění, požadavek zadavatele na telemetrický datový přenos (především 12-ti svodového EKG a ostatních měřených zdrojových dat) včetně příslušenství k jeho realizaci z nabízeného přístroje do stávajícího systému LIFENET RS - zdravotnický přístroj (včetně potřebného příslušenství pro provoz).

Umožní zadavatel nabídnout přístroj s jiným typem telemetrického datového přenosu? Požadavek na přenos dat do **stávajícího systému LIFENET RS** je diskriminační, neboť souvisí s dodávkou pouze jednoho typu defibrilátoru.

Dotaz č. 3:

v zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky je v příloze č. 1 – specifikaci požadovaného předmětu plnění, požadavek zadavatele na schopnost přenosu dat nabízeného přístroje se stávající softwarovou zdrojovou databází (Code Stat Suite) - softwarová kompatibilita.

Umožní zadavatel nabídnout přístroj s jiným typem datového přenosu? Požadavek na přenos dat **se stávající softwarovou zdrojovou databází (Code Stat Suite) - softwarovou kompatibilitou** je diskriminační, neboť souvisí s dodávkou pouze jednoho typu defibrilátoru.

Dotaz č. 4:

v zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky je v příloze č. 1 – specifikaci požadovaného předmětu plnění, požadavek zadavatele na ukládání dat v paměti defibrilátoru a možnost následného



ISO 9001



ISO 13485



ASOCIACE VÝROBČŮ A DODAVATELŮ
ZDRAVOTNICKÝCH PŘÍSTŘEDKŮ



1999, 2000, 2002
2003, 2005, 2007

tisku záznamu resuscitace pro potřeby dokumentace a předání pacientů; možnost přenesení těchto zdrojových dat z přístroje do stávající zdrojové databáze.

Požadavek na přenos dat do **stávající zdrojové databáze** je diskriminační, neboť souvisí s dodávkou pouze jednoho typu defibrilátoru.

Dotaz č. 5:

v zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky je v příloze č. 1 – specifikaci požadovaného předmětu plnění, požadavek zadavatele na dodání 3 ks výměnných baterií s indikací stavu kapacity na obrazovce přístroje a na těle baterie.

Požadavek na indikaci stavu kapacity **na těle baterie** je diskriminační, neboť jej nabízí pouze jeden typ defibrilátoru a nesplnění tohoto požadavku nepředstavuje relevantní odchylku od medicínského účelu přístroje.

Dotaz č. 6:

v zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky je v příloze č. 1 – specifikaci požadovaného předmětu plnění, požadavek zadavatele na brašnu se třemi kapsami, přezkou a krytem monitoru.

Umožní zadavatel nabídnout přístroj s jiným typem brašny, která plní zcela srovnatelně účel ochrany přístroje?

Za zodpovězení dotazů děkujeme.

S pozdravem.

Vladimíra Janoušková
vedoucí obchodního oddělení