



**Dotaz č. I/2:**

*Zadavatel v technické specifikaci požaduje nábytek vyroben z Al plechu bezhlučné (antivibračním) provedení:*

*Může dodavatel nabídnout nepřírodní materiál obdobných vlastností (tvrzený plast) s testem dle platných norem, který zadavateli přinese výrazné snížení ceny sanitní zástavby řádově až o 10% a rozšíření možného počtu uchazečů, jelikož takto explicitně vymezený materiál nábytku výrazně snižuje případný počet uchazečů?*

*Bude zadavatel akceptovat jiný materiál než je AL plech, pokud bude materiál vykazovat obdobné funkční vlastnosti a bude od dodavatele garantována záruka na opotřebení materiálu stejná jako bude životnost základního vozidla vyrobeného v I. st. výroby?*

**Odpověď na dotaz č. I/2:**

Zadavatel trvá na nábytku vyrobeném z hliníkového plechu. Pojem „obdobné funkční vlastnosti“ nelze akceptovat pro jeho přílišnou všeobecnost.

**Dotaz č. I/3:**

*Zadavatel v technické specifikaci požaduje nabíječku autobaterií bez bližší specifikace. Bude zadavatel akceptovat nabíječku kombinovanou s měničem napětí?*

**Odpověď na dotaz č. I/3:**

Zadavatel nebude akceptovat nabíječku kombinovanou s měničem napětí. Požadavky na nabíječku – viz bod technické specifikace:

- plně automatická dobíječka obou baterií min. 25 A s automatickou regulací pro obě baterie, propojení druhé baterie s vozidlovou startovací baterií umožňující dobíjení druhé baterie za jízdy.

**Dotaz č. I/4:**

*Zadavatel v technické specifikaci požaduje funkce odpojovače spotřebičů pro ochranu před vybitím baterií – popis uveden v kapitole Multifunkční odpojovač spotřebičů. Žádáme zadavatel o uvedení konkrétního typu vyhovujícího odpojovače napětí, nebo sdělení, že bude akceptovat jakýkoliv odpojovač spotřebičů, který splní textovou část specifikace.*

**Odpověď na dotaz č. I/4:**

Zadavatel akceptuje použití odpojovače spotřebičů, který splní textovou část specifikace. S ohledem na ustanovení § 89 odst. 5 zákona není zadavatel oprávněn zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky.

**Dotaz č. I/5:**

*Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje prohlášení o shodě dodávaného sanitního vozu s vyhláškou č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto prostředky. Žádáme zadavatele o vysvětlení zda bude akceptovat prohlášení o shodě výrobce, že vozidlo je ve shodě s výše citovanou vyhláškou, nebo zda bude požadovat prohlášení o shodě dle EN1789 +A2 vydané akreditovanou zkušebnou akreditované zkušebny? Žádáme přesnou specifikaci dokumentu, který má být s vozidlem dodán v rámci technické kvalifikace?*

**Odpověď na dotaz č. I/5:**

Pokud jde o část 1 veřejné zakázky Sanitní vozidla, jejímž předmětem je dodávka nových sanitních vozidel typu B podle ČSN EN 1789+A2 s globální homologací včetně účelové a zdravotnické zástavby

vozidla s dále specifikovaným vybavením v počtu 9 ks., požaduje zadavatel prohlášení o shodě dle ČSN EN 1789+A2.

Prohlášení o shodě dodávaného sanitního vozu s vyhláškou č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto prostředky, je požadováno ve vztahu k části 2 veřejné zakázky Vozidla RV, jejímž předmětem je dodávka nových vozidel RV pro setkávací systém rendez-vous v počtu 3 ks.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom  
vedoucí odboru

v z. Mgr. Jakub Váňa  
vedoucí oddělení veřejných zakázek