



Příloha č. 3 Technická specifikace DEFIBRILÁTORU – 1ks

- klinický bifazický defibrilátor s EKG monitorem, zapisovačem s pamětí a tiskárnou
- 3kabelové EKG a elektrody pro dospělé a děti
- funkce synchronní a asynchronní defibrilace
- funkce OKAMŽITÉHO POUŽITÍ
- funkce manuálního nastavení výboje v rozsahu 50-360 J
- příslušenství-modul pro zevní srdeční stimulaci
- doplnění požadavků na tiskárnu: tisk aktuální křivky i tisk epizod z paměti, paměť pro 12svodové EKG na 500 případů
- výdrž baterie včetně integrované záložní baterie: monitorace 12h, minimálně 100 defibrilačních výbojů 360 J na jedno nabití
- podpora používání jednorázových nalepovacích elektrod, použití jednorázových elektrod pro zevní stimulaci i defibrilaci
- místo funkce okamžitého použití lze napsat doba nabíjení na 200J méně než 5s, nabíjení na 360J méně než 8s, doba nabíjení baterie na 100% méně než 3h
- pulsní oxymetrie 3 metodami: z toho metoda Masimo podmínkou
- alarm maligních arytmií, asystolie a apnoe akustický a vizuální pro dospělé i děti
- hmotnost do 7,2 kg, velikost displeje min. 8,4"

V Hustopečích dne 11.10.2019

Ing. Petr Bařka

ředitel