

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro výběrové řízení nemocnice Kyjov

„Dodávka a uvedení do provozu porodních lůžek, elektricky polohovacích lůžek a lůžek pro pacientky po porodu“

Zadavatel veřejné zakázky: **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace**
ČO: 00226912
Sídlo: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
Zastoupena: Ing. Mgr. Lubomírem Wenzlem, ředitelem

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Zadavatel dne 10.10.2019 obdržel dotaz týkající se výše uvedené veřejné zakázky:

Zadavatel požaduje dle požadavků na splnění minimálních technických podmínek v části 2 – elektricky polohovací lůžka

- Postranice - Integrované spustitelné (s tlumením) dělené plastové postranice na 2/3 lůžka

Dotaz č. 1

Bude zadavatel akceptovat řešení, které je bezpečnější (o 90% méně nežádoucích příhod pádu pacienta oproti 2/3 postranicím) a zaručí vyšší komfort pacientům s následující specifikací:

Postranice-Integrované spustitelné (s tlumením) dělené plastové postranice v celé délce lůžka?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat nabídku integrovaných – spustitelných postranic (s tlumením) dělených plastových postranic v celé délce lůžka.

V Kyjově dne 11. 10. 2019

Ing. Mgr. Lubomír Wenzl
ředitel