

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I

Název zadavatele: Nemocnice TGM Hodonín, p. o.
Sídlo: Purkyňova 2731/11, 695 26 Hodonín
IČO: 00226637
Zastoupený: Ing. Antonínem Tesaříkem, ředitelem

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Pořízení dvou RDG přístrojů“

Jako osoba smluvně zastupující zadavatele vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“) zasílám vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na dodávky, zadávané v otevřeném řízení.

Dotaz č. 1

detektory a expozice

Zadavatel požaduje, aby detektory byly přenosné na obou pracovních místech.....

Otázka: Bude zadavatel akceptovat koncepci světového výrobce skiagrafií, kdy je jeden panel fixní ve vertigrafu formátu 43 x 43 cm a druhý ve stole formátu 35 x 43 cm volný, tzn. zaměnitelný s panelem na pojízdném přístroji? Jedná se o variantu, kterou nabízí většina výrobců skiagrafických RTG přístrojů a která plně vyhovuje technicko-mediciálnímu požadavkům zadavatele.

Odpověď č. 1

Zadavatel trvá na tom, aby všechny tři detektory byly přenosné ve vertigrafu, ve stole i na pojízdném přístroji.

Informace poskytnutá zadavatelem:

Protože nedošlo k provedení úpravy zadávacích podmínek, která by měla vliv na potenciální okruh uchazečů, zadavatel rozhodl tak, že lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

V Brně dne 15. 10. 2019

Ing. Martin Cetkovský
WALLET s.r.o.
(osoba smluvně zastupující zadavatele)