

**Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace**

**MUDr. Jana Janského 11**

**669 02 Znojmo**

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1229  
dne 11. 10. 2003

Vyřizuje: Ing. Patočka

Znojmo dne 16. 10. 2019

**V Ý Z V A**

***k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle ustanovení § 27  
písmeno a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)***

***„Mobilní operační stůl pro COT“***

**1. Zadavatel:**

Název: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace  
Sídlo: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo  
Tel.: 515215111  
Fax: 515222805  
IČO: 00092584  
DIČ CZ00092584  
Bankovní spojení: KB Znojmo  
Číslo účtu: 195055520217/0100

**2. Vymezení plnění:**

Předmětem zakázky je dodávka mobilního operačního stolu, jeho instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu.

Operační stůl bude sloužit k zabezpečení operativy na centrálních operačních sálech Nemocnice Znojmo. Jde o náhradu za starší operační stůl, který bude přesunut na infekční oddělení.

Zadávací dokumentace je veřejně přístupná na profilu zadavatele, URL adresa [https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile\\_display\\_111.html](https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html) od 17. 10. 2019

***Technické a provozní požadavky na operační stůl:***

- Mobilní plně elektro-hydraulický operační stůl s hydraulicky ovládaným 5. směrovým kolečkem
- 4 elektro-hydraulicky ovládané stabilizační nohy s automatickou kompenzací nerovnosti podlahy (výhodou)
- Šesti segmentová operační deska RTG transparentní

- Dělená nožní část, možnost samostatného i souběžného nastavení nožních částí
- Zdvojený systém pro zvýšení bezpečnosti (2 samostatné obvody akumulátorů, 2 hydraulická čerpadla) – výhodou
- Délka min. 2.100 mm
- Šířka bez medilišt max. 530 mm
- Šířka s medilišti max. 590 mm
- Nastavitelná výška minimálně v rozmezí 600 až 1.150 mm
- Přednastavené minimálně 4 základní polohy (Flex, Reflex, TR, ATR, level)
- Možnost ovládání stolu panelem na základně stolu a ručním kabelovým nebo dálkovým ovladačem s autodiagnostikou systému
- Boční náklon min.  $\pm 20^\circ$
- TR/ATR min.  $\pm 30^\circ$
- Zádová část min.  $-40^\circ/+65^\circ$
- Nožní část min.  $-100^\circ/+80^\circ$
- Hlavová část min.  $-45^\circ/+40^\circ$
- Flex stolu min.  $250^\circ$
- Reflex min.  $100^\circ$
- Volný přístup pro RTG přístroj – min. 1.240 mm,
- Sloup kompletně z nerezové oceli – výhodou
- Pracovní zatížení stolu min. 350 kg
- Maximální nosnost min. 490 kg
- Modulární systém s jednoduchou manipulací segmentů
- Boční lišty na příslušenství z nerezové oceli
- Odnímatelná visko-elastická matrace s integrovanou paměťovou funkcí max. 60 mm

#### Požadované příslušenství

- |                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| • Polohovatelný anesteziologický rám s upínací svorkou       | - 1 ks  |
| • Plně polohovatelná kloubová podložka paže                  | - 2 ks  |
| • Upínka horní končetiny k hraně operačního stolu            | - 1 ks  |
| • Fixační pás přes pacienta                                  | - 1 ks  |
| • Kroužek pod hlavu                                          | - 1 ks  |
| • Ramenní zarážka – pár                                      | - 1 pár |
| • Fixační zarážky pro polohování pacienta na boku s opěrkami | - 2 ks  |
| • Podložka (stůl) pro operativu ruky                         | - 1 ks  |
| • Ramenní opěrka                                             | - 1 ks  |

V nabídce uveďte zajištění záručního a pozáručního servisu (název a adresa oprávněné servisní organizace) včetně cenových informací zahrnujících i DPH (**uveďte cenu jednoho servisního zásahu sestávajícího z jedné hodiny práce a cestovních nákladů účtovaných v souvislosti se servisním zásahem po uplynutí záruky - celková částka, nikoli jednotková sazba**). V nabídce musí být doložen doklad opravňující servisní organizaci k servisním činnostem (doložení kopie dokladu o splnění ohlašovací povinnosti pro servisní činnosti podle § 29 zákona č. 268/2014 Sb. v platném znění).

Zadavatel dále požaduje v nabídce uvést závazek dodavatele, že v případě doby potřebné k odstranění závady přístroje delší než tři dny bude zajištěno zapůjčení náhradního stolu obdobných parametrů do doby odstranění poruchy.

Délku záruční lhůty požaduje zadavatel na celý předmět zakázky minimálně **24 měsíců**.

V nabídce uveďte cenu jedné pravidelné servisní prohlídky (BTK + KEZ) po uplynutí záruky **včetně cestovních nákladů a DPH**. V záruční době požaduje zadavatel provedení těchto povinných prohlídek zdarma.

Servisní podmínky (cena jednoho pozáručního servisního zásahu **zpracovaná podle výše uvedeného požadavku zadavatele**) a cena pravidelných servisních prohlídek (BTK + KEZ) za jeden rok jsou zařazeny do kritérií hodnocení.

V nabídce rovněž uveďte reference o zakázkách obdobného charakteru za období posledních dvou let.

Zadavatel dále požaduje doložení veškerých atestů, schvalovacích protokolů včetně prohlášení o shodě, které jsou nutné pro provozování nabízeného zařízení na území ČR. Součástí nabídky musí být manuál v českém jazyce. Dodavatel se dále musí zavázat k tomu, že s dodávkou zařízení předá zadavateli kromě písemné formy českého manuálu rovněž český manuál v elektronické formě.

V nabídce uveďte ve zvláštní příloze následující informace:

- nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to v nabídce)
- nároky na četnost servisních prohlídek případně elektrických revizí (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to v nabídce)
- klasifikační třída zdravotnického prostředku
- způsob likvidace zařízení po jeho celkovém opotřebení (s ohledem na zákonné předpisy o nakládání s odpadem)
- seznam speciálního spotřebního materiálu, jehož používání podmiňuje dodržení záručních podmínek a zajišťuje bezpečné provozování nabízených zdravotnických prostředků, pokud je to pro tento případ relevantní. Uveďte rovněž aktuální cenu těchto materiálů a kontakt pro jeho objednávání.

Nabídka musí dále obsahovat:

- doklad o oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list - prosté kopie)
- kopii dokladu o splnění ohlašovací povinnosti pro distribuci ZP podle § 29 zákona č. 268/2014 Sb. v platném znění
- cenovou nabídku zpracovanou dle bodu č. 4 této výzvy
- krycí list nabídky (příloha výzvy) vyplněný ručně uchazečem
- krycí list nabídkové ceny (příloha výzvy), ve kterém uchazeč ručně vyplní údaje ke všem kritériím hodnocení (bod 3. této výzvy)
- ručně vyplněnou tabulku technických parametrů nabízeného zařízení, která je přílohou této výzvy
- uchazečem ručně doplněný text obchodních podmínek (viz bod 5. této výzvy)
- kategorizace zařízení podle platného číselníku klasifikace produkce „CZ-CPA“

3. *Kritéria hodnocení nabídek na veřejnou zakázku:*

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle následujících kritérií:

- |                                                                                                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - celková cena dodávky zařízení bez DPH                                                         | váha 55% |
| - 4 elektro-hydraulicky ovládané stabilizační nohy s automatickou kompenzací nerovnosti podlahy | váha 15% |
| - Zdvojený systém pro zvýšení bezpečnosti                                                       | váha 15% |
| - Sloup kompletně z nerezové oceli                                                              | váha 15% |

4. *Požadavky na zpracování nabídkové ceny*

Nabídkovou cenu uveďte jako cenu bez DPH, vyčíslení DPH a celkovou cenu včetně DPH a to jak u jednotlivých komponentů, tak součtovou cenu za celou zakázku. Tato cena je cenou maximální a musí obsahovat veškeré poplatky související s dodávkou, instalací, uvedením do provozu a zaškolením personálu. Cena musí být vyčíslena v korunách českých a není ji možné překročit.

5. *Obchodní podmínky:*

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu smlouvy obligatorního charakteru. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Dodavatel vyplní v textu smlouvy rukou údaje, které jsou určeny k vyplnění, a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dodavatel není oprávněn text smlouvy měnit (kromě částí, u nichž je uvedeno „doplň dodavatel“).

6. *Místo pro podávání nabídek na veřejnou zakázku:*

Místem pro podávání nabídek je Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo, technicko investiční odbor – Ing. František Patočka. Nabídky zasílejte doporučeně v zapečetěných obálkách označených „**Neotevírat: soutěž – Mobilní operační stůl**“ a jménem uchazeče. Nabídky je též možné doručit osobně v pracovní dny od 8<sup>00</sup> hod. do 13<sup>00</sup> hod. na výše uvedené místo.

7. *Termín podání nabídek na veřejnou zakázku:*

Nabídky zašlete na výše uvedenou adresu nejpozději **25. 10. 2019 do 13<sup>00</sup> hod.** Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svojí nabídkou vázáni, činí 90 dní.

8. *Doba a místo plnění veřejné zakázky:*

Uskutečnění dodávky zadavatel požaduje nejpozději do **osmi týdnů** od nabytí účinnosti kupní smlouvy. Místem plnění zakázky je Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.

9. *Další podmínky:*

- vyzvaný dodavatel může podat jenom jednu nabídku
- náklady dodavatele spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí
- nabídka musí obsahovat dodavatelem vyplněné tabulky „krycí list nabídky“, „krycí list nabídkové ceny“ a „technické parametry“, které jsou k výzvě přiloženy
- podané nabídky nebudou dodavatelům vráceny

- zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých dodavatelích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto výběrového řízení
- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem, odmítnout všechny nabídky nebo výběrové řízení zrušit
- zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky výběrového řízení
- pro ověření splnění požadavků zadavatele uvedených v bodu 2. této výzvy si zadavatel vyhrazuje právo bezplatného zapůjčení nabízeného přístroje uchazečem na dobu cca 10 pracovních dnů.

MUDr. Miroslav Kavka, MBA  
ředitel Nemocnice Znojmo

**Nemocnice Znojmo,**  
příspěvková organizace  
MUDr. Miroslav KAVKA, MBA - ředitel  
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

