

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

pro výběrové řízení nemocnice Kyjov

### **„Dodávka a uvedení do provozu porodních lůžek, elektricky polohovacích lůžek a lůžek pro pacientky po porodu“**

Zadavatel veřejné zakázky: **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace**  
ČO: 00226912  
Sídlo: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov  
Zastoupena: Ing. Mgr. Lubomírem Wenzlem, ředitelem

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Zadavatel dne 14.10.2019 obdržel dotaz týkající se výše uvedené veřejné zakázky:

Zadavatel požaduje splnění minimálních technických podmínek v části 2 – elektricky polohovací lůžka

- Postranice - Integrované spustitelné (s tlumením) dělené plastové postranice na 2/3 lůžka

#### **Dotaz č. 2**

***Bude zadavatel akceptovat řešení v podobě 3/4 jednodílných kovových sklopných zábran pokrývajících 2/3 ložné plochy lůžka s bezpečným mechanismem spuštění zábran v nožní části lůžka pod ložnou plochou (mimo dosah pacienta - velice důležitý bezpečnostní prvek)?***

#### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel nebude akceptovat Vámi nabízené řešení a požaduje splnění minimálních technických podmínek v části 2 - elektricky polohovací lůžka

- Postranice – Integrované spustitelné(s tlumením) dělené plastové postranice na 2/3 lůžka nebo po celé délce lůžka

Zadavatel požaduje splnění minimálních technických podmínek v části 2 – elektricky polohovací lůžka

- Maximální celková šířka lůžka 100cm (včetně bočnic)

#### **Dotaz č. 3**

***Bude zadavatel akceptovat celkovou šířku lůžka 102cm včetně bočnic?***

#### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel bude akceptovat celkovou šířku lůžka 102cm včetně bočnic.

Informace:

Zadavatel z důvodu doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následovně

Bod 7.3. nově: Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **25.10.2019**

V Kyjově dne 16. 10. 2019

Ing. Mgr. Lubomír Wenzl  
ředitel